

Medentika® Prothetiklösungen

KATALOG 2026

Vertrieb in Österreich durch:

Medentical care

Bestell-Hotline: +43 (0) 7672 22530

MEDENTiKA®
A Straumann Group Brand

MEDENTICAL CARE			3
Das ist MEDENTiKA®			5
Innovationen von MEDENTiKA®			13
Produkt Highlights			21
Nützliche Informationen			41
Anthogyr	Axiom®* Bone Level	AB Serie	51
	Axiom®* Tissue Level	AT Serie	59
BEGO Implant Systems	Semados®* S/SC/SCX/RS/RSX/RI	BS Serie	73
BioHorizons Camlog	Camlog®*	C Serie	79
	Conelog®*	D Serie	115
	BioHorizons Tapered System	R Serie	373
Bredent Medical	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	B Serie	63
Dentium	SuperLine Implantium, Implantium II	DT Serie	129
DENTSPLY SIRONA	ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV	EV Serie	163
	ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX	S Serie	395
	XiVE®* S	T Serie	417
	ANKYLOS®* C/X	Y Serie	435
HiOssen Implant®*	ET System	OT Serie	359
MEDENTiKA®	PROCONE	C Serie	79
	MICROCONE, QUATTROCONE, QUATTROCONE30	IPS Serie	249
Medentis Medical	ICX®*-Active, ICX®*-Premium	CX Serie	107
MegaGen	AnyRidge®*	MG Serie	317
MIS	SEVEN Internal Hex	R Serie	373
Neodent®*	Grand Morse®*	GM Serie	209
NEOSS®*	ProActive®*	NE Serie	349
Nobel Biocare	NobelReplace®*, Replace Select™, NobelSpeedy®* Replace	E Serie	141
	NobelActive®* CC, NobelReplace®* CC, NobelParallel™ CC	F Serie	185
	Brånemark System®*, NobelSpeedy®*, Groovy®*	K Serie	275
OSSTEM Implants	TS System	OT Serie	359
Straumann	Bone Level, Bone Level Tapered	L Serie	287
	BLX, BLC	LX Serie	309
	Tissue Level	N Serie	329
T-Plus Implant Tech	A+ Implant, ST Implant	OT Serie	359
ZimVie*	Biomet 3i Certain®* Internal Connection	H Serie	217
	Biomet 3i External Hex	I Serie	237
	Zimmer Tapered Screw-Vent®*	R Serie	373
Novaloc® und Optiloc®			447
Werkzeuge und Zubehör			455

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MEDENTICAL CARE



Im Mittelpunkt stehen unsere Kunden und Ihre Patienten.
Dieser Leitspruch wird von Medentical Care täglich gelebt. Medentical Care ist ein unabhängiges, österreichisches Unternehmen im Besitz der Familien Mörixbauer und Weilguni. Medentical Care positioniert sich als spezialisierter Handels-partner und Dienstleister im Bereich der dentalen Implantologie und Prothetik, Knochen- und Weichgewebe-regeneration sowie der innovativen, digitalen Zahnheilkunde und Zahntechnik.

Medentical Care setzt auf Fortbildung.

Unter dem Titel „Dental Lakeside-Education“ bieten wir im MC Schulungscenter in Regau, nahe des schönen Attersees, interessante CAD CAM Kurse und Fortbildungen für Implantologen, Zahnärzte, zahnärztliche Assistenz und Techniker an. Das aktuelle Kursprogramm können Sie auf unserer Homepage bequem online buchen. Vielleicht ist auch für Sie etwas dabei – wir würden uns freuen, Sie demnächst begrüßen zu dürfen.

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG IM DENTALBEREICH, DAS DAMIT EINHERGEHENDE UNIVERSELL ERWORBENE FACHWISSEN SOWIE DAS KONTINUIERLICHE VERTRAUEN UNSERER KUNDEN BILDEN UNSERE BASIS FÜR INNOVATION UND ERFOLG

Das Medentical Care Team steht für Fachkompetenz, Kundennähe, Service und Support.

„Jahrzehntelange Erfahrung im Dentalbereich, das damit einhergehende universell erworbene Fachwissen sowie das kontinuierliche Vertrauen unserer Kunden bilden unsere Basis für Innovation und Erfolg“, sagt Geschäftsführer Christian Weilguni. Unser Team aus spezialisierten Medizinprodukteberatern und Support & Service-Mitarbeitern steht Ihnen jederzeit gerne für Ihre Bestellungen, Fragen und Wünsche zur Verfügung.

Medentical Care GmbH
Pucheggerstraße 2, A-4844 Regau
Telefon: +43 (0) 7672 22530
Email: office@medentical-care.at
Internet: www.medentical-care.at

Handelsgericht Wels, FN 397448 h UID: ATU67950719

AUFTRAGSANNAHME & BESTELLHOTLINE
+43 7672 22530

Selina Mörixbauer
Rayana Bashtaeva
Claudia Wenger
Elisabeth Bieregger

Immer ein offenes Ohr für Sie:

UNSERE MP-BERATER IM AUSSENDIENST

Christian Weilguni
Medizinprodukteberater,
Geschäftsführer
+43 664 82 22 580
c.weilguni@medentical-care.at

Mag. Clemens Gruber
Medizinprodukteberater
+43 664 23 55 930
c.gruber@medentical-care.at

CAD / CAM Support:
Ing. Karl Steinbauer
Valton Kastrati
Herwig Mörixbauer
Alexander Altendorfer

Till Weller
Medizinprodukteberater
(Zahntechniker)
+43 664 96 95 871
t.weller@medentical-care.at

Jacopo Favero
Medizinprodukteberater
(Zahntechniker)
+43 664 34 08 768
j.favero@medentical-care.at

Versandbedingungen

BESTELLUNG UND ZUSTELLUNG

Bei Bestelleingang Mo-Do bis 16.00 Uhr und Fr bis 14.00 Uhr erfolgt der Versand am gleichen Tag.

Zustellung im **Standardversand mit GLS** binnen 1–2 Werktagen zu 7,90 EUR.
Zustellung im **Expressversand mit GLS** am darauffolgenden Werktag bis 12.00 Uhr zu 12,90 EUR.
Zustellung im **Expressversand mit GLS** am darauffolgenden Werktag bis 10.00 Uhr zu 18,00 EUR (nur eingeschränkt möglich).

Preise ohne Gewähr, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Ab einem Netto-Warenwert von 300,– EUR übernehmen wir Ihren Versandkostenanteil des Standardversands in der Höhe von 7,90 EUR.

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 10 Tagen abzüglich 2% Skonto, 30 Tage netto.
Bei Bankeinzug gewähren wir 3% Skonto.

RÜCKSENDUNG/WARENTAUSCH

Im Schadensfall / Reklamationsfall ist in 1. Instanz die Medentical Care GmbH zu informieren:

Die Medentical Care GmbH stimmt dem Umtausch oder der Rücksendung von Artikeln unter folgenden Bedingungen zu:

- Als Rücksendung wird nur einwandfreie, ungeöffnete Ware in freigemachten Sendungen mit Rechnungskopie akzeptiert.
- Bei nicht sterilen Artikeln ist eine Gutschrift/ Rücksendung nur möglich, wenn die Ware spätestens bis 3 Monate nach Rechnungsdatum bei der Medentical Care GmbH eingeht und ungeöffnet ist.
- Bei sterilen Artikeln ist ein kostenloser Warenumtausch nur möglich, wenn die Ware ungeöffnet ist und eine Mindestresthaltbarkeit von mindestens 12 Monaten aufweist.
- Sterile Produkte sind bei geöffneter Verpackung grundsätzlich vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen.

DAS IST MEDENTiKA®

Medentika beliefert Zahntechniker/innen und Zahnärzte/-ärztinnen mit präzise gefertigten Implantaten und langlebigen Prothetiklösungen, die mit allen gängigen Implantatsystemen kompatibel sind – und das zu erschwinglichen Preisen.

Wir bei Medentika sind mehr als ein Hersteller – wir sind Ihr Partner für Erfolg. Unsere innovativen Lösungen, präzise gefertigten Produkte und unser Einsatz für Kundenzufriedenheit sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für die Arbeit in der Zahnprothetik und Implantologie brauchen.



Führender Hersteller von kompatiblen Prothetikkomponenten
Kompatibel mit allen gängigen Implantatsystemen.


Made in Germany
Qualität hergestellt in Deutschland, wo präzises Handwerk und industrielle Fertigung eine lange Tradition haben.

Präzision aus Leidenschaft
Um Produkte zu perfektionieren und den Zugang zu der Grundlagentechnologie zu ermöglichen.

Lebenslange Garantie
Bis zu lebenslange Garantie auf Prothetikkomponenten und Implantate. Damit Sie immer ein sicheres Gefühl haben.

BEYOND THE ORIGINAL

DAS WORT „ORIGINAL“ STAMMT AUS DEM LATEINISCHEN UND BEDEUTET „URSPRUNG“ ODER „QUELLE“. EIN ORIGINAL IST ALSO EIN PROTOTYP, AUS DEM ETWAS HERVORGEHT UND SICH WEITERENTWICKELT. BEI MEDENTiKA® OPTIMEREN WIR ORIGINALPRODUKTE.



Originale betrachten wir als eine Herausforderung. Es wäre sinnlos und wenig inspirierend, einfach ein vorhandenes Produkt oder System zu kopieren. Originale sollen verbessert und perfektioniert werden, sonst würden wir heute noch Wählscheibentelefone benutzen und nicht das Smartphone. Unser Ziel bei Medentika ist es, weiterentwickelte Prothetiklösungen anzubieten. Dazu analysieren wir die Konstruktionen und Materialqualitäten der einzelnen Hersteller, beziehen die Praxiserfahrungen der Anwender ein und optimieren, wo immer möglich, das Design. Bei Bedarf verfeinern wir in unserer Produktion die mechanischen Eigenschaften und garantieren dabei volle Kompatibilität und Präzision.

WIR BIETEN WEITERENTWICKELTE PROTHETIKLÖSUNGEN.

So perfektionieren wir Originalprodukte. Unser Engagement für Qualität ist ungebrochen. Dennoch stellen wir unsere Produkte häufig kostengünstiger als andere Hersteller her. Wir sorgen dafür, dass dieser Preisvorteil unseren Kunden direkt zugute kommt. Dies mag zwar unerwartet sein, aber unser Erfolg gibt uns recht.

Bislang wurden weltweit Millionen von Medentika Abutments verkauft. Inzwischen wird unser Sortiment in über 50 Ländern vertrieben. Wir sind transparent und schätzen unsere zahlreichen Partnerschaften mit renommierten großen Dentalunternehmen.

MIT MEDENTIKA® SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE.



ALLE MEDENTiKA® PRODUKTE UND KOMPONENTEN WERDEN IN DEUTSCHLAND HERGESTELLT UND ERFÜLLEN HOHE QUALITÄTSSTANDARDS. DARUM KÖNNEN WIR EINE LEBENSLANGE GARANTIE ANBIETEN, SODASS SIE IMMER AUF DER SICHEREN SEITE SIND.

Wenn Sie sich für Medentika entscheiden, arbeiten Sie mit einer namhaften Marke, bei der Qualität und Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt stehen. Darauf können Sie vertrauen. Wir garantieren nicht nur die Qualität und Haltbarkeit unserer Medentika Abutments und MedentiCAD Abutments, sondern gewähren sogar eine lebenslange Garantie für Implantate anderer Hersteller, wenn diese in von uns zugelassenen Kombinationen mit unseren Abutments verwendet werden.

LEBENSLANGE GARANTIE DAMIT SIE IMMER EIN SICHERES GEFÜHL HABEN.

Diese erweiterte Garantie ist vor allem nützlich, weil andere Hersteller möglicherweise keine Garantie für ihre Implantate übernehmen, wenn diese mit einem Abutment von Medentika verwendet werden. Mit unserer erweiterten Garantie sind Ihre Investitionen in Dentalimplantate und Abutments langfristig geschützt. Darauf können Sie sich verlassen.

Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website **www.medentika.com**

LEBENSLANGE GARANTIE

FÜR IHRE SICHERHEIT UND MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT.

Medentika ist sich bewusst, dass Ihr Erfolg unser Erfolg ist. Mit unserem umfassenden Garantieprogramm sind sowohl Zahnarztpraxen als auch Dentallabore geschützt.

UNSERE KUNDEN SOLLEN UNSERE PRODUKTE MIT EINEM SICHEREN GEFÜHL EINSETZEN KÖNNEN:

Lebenslange Garantie
Wir bieten eine lebenslange Garantie* auf unsere Abutments aus Titan, einschließlich Schrauben

Für unsere Medentika Implantate:
Ersatz durch ein gleichwertiges Implantat**

Erweiterter Implantatschutz
Wir erfüllen auch die Garantiebestimmungen für Implantate anderer Hersteller, wenn ein Implantathersteller die Garantie auf sein Implantat verweigert, weil dieses mit einem Abutment von Medentika kombiniert wurde.

Unsere Produkte, einschließlich Implantaten und Prothetiklösungen, werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und sind nach den weltweit strengsten Normen zertifiziert:

- ISO, CE, MDR (Medizinprodukteverordnung),
- Health Canada,
- FDA (Food and Drug Administration) und
- MDSAP (Medical Device Single Audit Program).

*3 Jahre Garantie (MedentiLOC™ Abutment, Ersatz durch ein gleichwertiges MedentiLOC™ Abutment)

*10 Jahre Garantie (Novaloc®/Optiloc® Abutment, Ersatz durch ein gleichwertiges Novaloc®/Optiloc® Abutment)

*Ausgenommen Matrizen und Retentionseinsätze, da diese einer natürlichen Abnutzung unterliegen.

**Jeder Garantiefall des MINICONE Implantats wird aufgrund seines integrierten prothetischen Retentionssystems und des damit verbundenen möglichen Abriebs überprüft.

MEDENTiKA® TRAINING & EDUCATION CENTER

MedentiTEC
TRAINING & EDUCATION CENTER

SETZEN SIE SICH GEMEINSAM MIT UNS DAFÜR EIN, DIE ZAHNMEDIZINISCHEN VERSORGUNGSSTANDARDS DURCH LEBENSLANGE FORTBILDUNGEN UND SCHULUNGEN KONTINUIERLICH ZU VERBESSERN.

ENTDECKEN SIE DAS HERZ DER INNOVATION UND WEITERBILDUNG BEI MEDENTiKA®

MedentiTEC, das Medentika Training & Education Center, ist eine Schulungseinrichtung zur Weiterbildung und beruflichen Entwicklung von Dentalfachleuten. Mit hochmodernen Einrichtungen und einem breiten Angebot an Kursen und Workshops bietet das Zentrum Zahnärzten/-ärztinnen, Zahntechnikern/-innen und anderen Fachleuten eine hervorragende Plattform, um ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern und zu vertiefen.

Das direkt über unserem Produktionsbereich gelegene Schulungszentrum verfügt über große Glaswände, die eine einzigartige Sicht auf unsere aktive Produktionsumgebung bieten.

Mit unseren Fortbildungsprogrammen bleiben Sie auf dem neusten Stand der zahnmedizinischen Innovation. Wir bieten umfassende Schulungen an, die auf Ihre Praxisbedürfnisse und die Weiterentwicklungen der Branche zugeschnitten sind. Unser Ziel ist es, Sie mit den Fähigkeiten auszustatten, die Sie für die optimale Behandlung Ihrer Patient/innen benötigen.



MEDENTiKA® PRODUKTIONSSTÄTTE JETZT MIT DREIMAL HÖHERER KAPAZITÄT



QUALITÄT UND PRÄZISION AUS DEUTSCHLAND

Alle Medentika Produkte und Komponenten werden in Deutschland hergestellt und erfüllen strenge Qualitätsstandards. 2020 haben wir eine moderne Produktionsstätte in Calw im Herzen des Schwarzwaldes eröffnet.

Diese Einrichtung erweitert unsere Produktionsmöglichkeiten und passt zu unserem Fokus auf Innovation und Präzision. Unsere Produktionsstätte ist in einer Gegend gelegen, die für seine Ingenieurskunst bekannt ist – ganz in der Nähe großer Uhren- und Automobilhersteller wie Mercedes und Porsche. Dieses Umfeld unterstützt unser Ziel, zuverlässige, ausgereifte Prothetiklösungen anzubieten.

2025 hat Medentika seine Produktionsstätten um weitere 9.000 Quadratmeter erweitert, um der weltweit steigenden Nachfrage besser gerecht werden zu können. Dieses Wachstum spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Innovation, Effizienz und hochwertige Lösungen für Dentalfachleute auf der ganzen Welt wider.



Sehen Sie sich das Video über unsere hochmoderne Produktionsstätte an und erleben Sie unsere kompetenten Ingenieure in Aktion.

KLICKEN SIE HIER
ODER SCANNEN SIE
DEN QR-CODE

INNOVATIONEN VON MEDENTiKA®

BEI DER ENTWICKLUNG DER FOLGENDEN INNOVATIVEN KOMPONENTEN HAT MEDENTiKA® ALS BRANCHENVORREITER PIONIERARBEIT GELEISTET. MIT DIESEN ERFINDUNGEN WURDEN WEITERE NÜTZLICHE FUNKTIONEN AUF DEN MARKT GEBRACHT UND NEUE STANDARDS IN DER ZAHNMEDIZINISCHEN VERSORGUNG GESETZT.



2007

Titanbasis
Die wegweisende, erste Titanbasis auf dem Markt.



2018

Titanbasis ASC Flex
Maximale Flexibilität durch den abgewinkelten Schraubenkanal, vier variable Kaminhöhen und ein optimiertes, schlankes Emergenzprofil.

2007 2011 2013 2016 2018



2011

Titanbasis 2. Generation
Mit zwei Kaminhöhen und ihrem angepassten Emergenzprofil bietet sie mehr Möglichkeiten.

2013

PreFace-Abutment
Der digitale Game-Changer – erhältlich in CoCr oder Titan.






2016

Novaloc® Optiloc®
Hohe Haltbarkeit, hohe Flexibilität und einfache Handhabung.

NEU



2025

MedentiWINGS
Revolutioniert intraorale Scanverfahren für Full-Arch-Versorgungen und komplexe Fälle, bei denen es bei einem kosteneffizienten Workflow auf Präzision ankommt.



2024

Neu designte Scanbodies (-SB) und RevEX™ Scanbody
Für effiziente und präzise Scanverfahren – daher die ideale Lösung für alle Zahnarztpraxen und Dentallabore, die die Komplexität ihrer Workflows verringern möchten.

2025

Titanbasis SSC Flex und SSC Flex Molar
Vielseitige Lösungen für verbesserte prothetische Versorgungen.



2024 **2025**



2024

Novaloc® / MedentiLOC™ Digital
Digitale Präzision für herausnehmbaren Zahnersatz.



2025

Laborimplantate CADCAM-CS
Konzipiert für eine präzise und sichere Positionierung und stabile, zuverlässige Modelle.

ZAHNMEDIZINISCHE EXZELLENZ MIT MEDENTiKA® KOMPONENTEN FÜR DEN DIGITALEN WORKFLOW

WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT DER ZAHNMEDIZIN

Als Pionier der digitalen Zahnmedizin ist unsere Mission, die zahnmedizinische Versorgung und das Patientenerlebnis zu transformieren.

Mit unseren wegweisenden Technologien und innovativen Lösungen befähigen wir Zahnärzte und -ärztinnen, ihre Präzision und Effizienz zu steigern und eine höhere Patientenzufriedenheit zu erreichen.

Ob Sie nach Wegen suchen, Ihren Workflow zu optimieren, verbesserte Behandlungsergebnisse zu erreichen oder Ihren Patient/innen ein angenehmeres Behandlungserlebnis zu bieten – Medentika ist Ihr Partner der Wahl, denn unsere Komponenten für digitale Workflows begleiten Sie auf jedem Schritt Ihrer Reise.

Begleiten Sie uns auf eine Reise jenseits der traditionellen Zahnmedizin und entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten von digitaler Innovation, mit der Sie Lächeln und Leben verändern können.




Effizienz
Ein digitaler Workflow für mehr als 100 Implantatverbindungen

Flexibilität
Ein umfangreiches Prothetikportfolio für alle klinischen Bedürfnisse

Integrität
Ständig aktualisierte, integrierte CADCAM-Bibliotheken

Vertrauen
Vertrauen Sie auf 20 Jahre Erfahrung und deutsche Präzisionsarbeit, auf die Sie sich ein Leben lang verlassen können

STEIGERUNG DER PRÄZISION UND DER PATIENTENZUFRIEDENHEIT.
MIT LÖSUNGEN VON MEDENTiKA®
LIEFERN SIE ERSTKLASSIGE QUALITÄT
MIT EINEM SICHEREN GEFÜHL.



DER DIGITALE WORKFLOW FÜR DEN ERFOLG IHRER PRAXIS

Medentika® Implantatsysteme und Prothetiklösungen sind in allen gängigen Planungssoftwareprogrammen enthalten.

SCANBODIES



Implantatniveau




Abutmentniveau



Novaloc® /
MedentiLOC™



RevEX™



MedentiWINGS

Medentika® Implantatsysteme und Prothetiklösungen sind in allen wichtigen Planungssoftwareprogrammen enthalten.

PLANUNG

coDiagnostiX®
exocad
3shape
PLANMECA
smop powered by swissmeda
Dentsply Sirona
Carestream DENTAL
Zirkonzahn Human Zirconium Technology
blenderfordental

... und viele mehr

SCAN



Intraoral-Scanner



Laborscanner

DESIGN

AMANNGIRRBACH
exocad
3shape
PROMADENT Quality Dentalware
hypsocad
dental wings A Straumann Group Brand
blenderfordental
CARES® Visual

... und viele mehr

LABORIMPLANTATE



CADCAM-CS



Multi-unit / MedentiBASE



Novaloc® / MedentiLOC™

KONFEKTIONIERTE ABUTMENTS



Titanbasis SSC Flex



Titanbasis ASC Flex



Titanbasis 2. Generation



Multi-unit / MedentiBASE



Novaloc® / MedentiLOC™

ZENTRALFERTIGUNG



Individuelles Abutment



Individuelles Abutment AL

IN-HOUSE-FERTIGUNG



PreFace-Abutment



TI-Forms-Abutment

MODELL







3-D Druck

FERTIGGESTELLTE PROTHETIK



Dentsply Sirona

ímes-icore® Dental & Medical Solutions


vhf

YENADENT

ivoclar

röders TEC

DGSHAPE A Roland DG Group Company



... und viele mehr

CADCAM-BIBLIOTHEKEN

KLICKEN SIE HIER ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE

PRÜFEN SIE DIE AKTUALISIERTEN BIBLIOTHEKEN FÜR DIE NEUEN PRODUKTE



Vereinfachte Workflows für höhere Produktivität und bessere Behandlungsergebnisse


Für einen verbesserten digitalen Workflow

Vollständig kompatibel mit dem 3Shape Dental System und exocad

FINDEN SIE DIE RICHTIGE CADCAM-BIBLIOTHEK UND ERKUNDEN SIE UNSERE UMFANGREICHE TUTORIAL-SAMMLUNG

KLICKEN SIE HIER ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE




RC

PRODUKT-HIGHLIGHTS

NEU DESIGNTE SCANBODIES

ENTWICKELT FÜR PRÄZISION UND HALTBARKEIT.

Kompatibel mit Chairside- und Laborscannern

Lasermarkiert
Zur einfachen Identifizierung der Implantatkompatibilität

Spezielle nicht reflektierende Oberflächentechnologie
Kein Scanspray oder Scanpulver erforderlich

Zuverlässige Leistung
Perfekt für alle Zahnarztpraxen und Dentallabore, die die Komplexität ihrer Workflows verringern möchten

NEUES UND VERBESSERTES SCANBODY-DESIGN (-SB)

Mehrfach verwendbar und sterilisierbar
Kann für mehrere Scanverfahren verwendet werden, da sterilisierbar

Reduzierter Durchmesser
Mehr Platz für die angrenzenden Zähne schaffen

Die neu designten Multi-unit Scanbodies von Medentika sind jetzt für alle Serien erhältlich.



Abgerundete Kanten
Für hohe Scangenauigkeit in der CAD-Software

Höherer Körper
Mehr sichtbare Bereiche für den Scanner

Verlängertes und konturiertes Design*
Zur Ausgestaltung des Emergenzprofils (weniger Druck auf das Weichgewebe, begrenzte Auswirkung auf das Hartgewebe, ermöglicht eine korrekte Endposition im Implantat, auch wenn Knochengewebe über die Implantatschulter eingewachsen ist)

*Dieser Teil des Scanbodys ist auf das jeweilige Implantat abgestimmt und kann von Serie zu Serie leicht abweichen.

KLICKEN SIE HIER ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM ZU UNSEREM ONLINE-SHOP ZU GELANGEN

Bitte beachten: MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies kompatibel (-SB). Achten Sie darauf, für jeden verwendeten Scanbody/ScanPost die korrekte digitale Bibliothek auszuwählen, um eine hohe Scangenauigkeit und erfolgreiche Ergebnisse zu gewährleisten.


MEDENTIWINGS

VEREINFACHTES SCANVERFAHREN BEI ZAHNLOSEN PATIENT/INNEN.

MedentiWINGS ist eine neue Ergänzung des Medentika-Produktportfolios und wurde entwickelt, um Präzision zu gewährleisten und Probleme beim intraoralen Scannen zu vermeiden.

Sie verbinden entfernt voneinander positionierte Scanbodies, damit mehr Referenzpunkte zur Verfügung stehen, verbessern Ihren digitalen Workflow und bieten insbesondere bei Versorgungen des gesamten Kiefers eine höhere Genauigkeit.

- Bessere Scangenauigkeit
- Weniger Nacharbeit und erneutes Scannen
- Besserer Sitz der Prothese
- Verwendung in Kombination mit den neuen Medentika Scanbodies aus Metall
- Ein kosteneffizienter digitaler Workflow, der eine hohe Flexibilität bietet
- Erhältlich in fünf Konfigurationen zur optimalen Anpassung an die individuelle klinische Patientensituation.



Link zur Anleitung

KLICKEN SIE HIER ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Bitte beachten: Achten Sie darauf, für jeden verwendeten Scanbody/ScanPost die korrekte digitale Bibliothek auszuwählen, um eine hohe Scangenauigkeit und erfolgreiche Ergebnisse zu gewährleisten.

NOVALOC® / MEDENTILOC™ DIGITAL

DIGITALE PRÄZISION FÜR HERAUSNEHMBAREN ZAHNERSATZ

Novaloc®/MedentiLOC™ Digital repräsentiert unsere Innovation, die herausnehmbare Prothetik in das digitale Zeitalter der Zahnmedizin führt.

Dieser volldigitale Workflow beinhaltet Scanbodies für Novaloc® und MedentiLOC™ Abutments, sterilisierbare repositionierbare Modellanaloge aus Titan sowie Halteschrauben; alle Komponenten sind auf Präzision und Effizienz ausgelegt.

Die integrierte Bibliothek für 3Shape und exocad vereinfacht die Datenspeicherung und -übermittlung, macht herkömmliche Abformmaterialien überflüssig und reduziert die Zahl der erforderlichen Behandlungstermine. Novaloc® / MedentiLOC™ Digital ist ein vielseitiges und unverzichtbares Tool für moderne Zahnarztpraxen und mit allen gängigen Intraoral-Scannern kompatibel.

KLICKEN SIE HIER ODER
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
FÜR WEITERE INFORMATIONEN

exocad
Digitaler Workflow in exocad

3Shape
Digitaler Workflow in 3Shape



WORKFLOW AUF ABUTMENTNIVEAU

1 Scanverfahren auf Abutmentniveau

2 Konstruktion der Prothetik

3 Herstellung der Prothetik

WORKFLOW AUF ABUTMENTNIVEAU MIT GEDRUCKTEM MODELL

1 Scanverfahren auf Abutmentniveau

2 Konstruktion der Prothetik

3 Konstruktion des Modells

4 Herstellung des Modells

5 Herstellung der Prothetik

REVEX™ SCANBODY

DIGITALISIEREN SIE IHREN FULL-ARCH-WORKFLOW

Verringern Sie die Komplexität Ihres Workflows mit dem RevEX™ Scanbody für die präzise Planung und Herstellung von Full-Arch-Versorgungen.

Mit dieser innovativen Lösung können Sie die provisorische Versorgung extraoral scannen und mit dem dazugehörigen digitalen Bissregistrat übertragen. Herkömmliche Abformungen und Bissregistrierungen im Mund des Patienten/der Patientin entfallen.

3 ANSTELLE VON 5 BEHANDLUNGSTERMINEN

Analoger Goldstandard	1. Termin Abformung	2. Termin Kieferrelationen	3. Termin Anprobe des Wachsmodells	4. Termin Anprobe des Gerüsts	5. Finaler Termin
Digital mit RevEX™ Scanbody	1. Termin Digitale Abformung und Kieferrelation		2. Termin Anprobe des Prototyps und der Verifikations-schablone		3. Finaler Termin

Digitalisieren Sie Ihre Praxis
Müheloser Übergang zu digitalen Abformungen mit wenigen Schritten.

Zeit sparen
Kürzere Behandlungszeit mit RevEX™ (3 statt 5 Behandlungstermine).

Verbesserter Patientenkomfort
Abformungen ohne Abformlöffel für ein angenehmeres Patientenerlebnis.

Aufrechterhaltung der Okklusion
Übertragen Sie die bestehende Bisslage.

Kostengünstig
Sparen Sie Zeit und Kosten mit RevEX™ – weniger Behandlungs-termine, kein zusätzliches Inventar.

Nahtlose Integration
Arbeiten Sie mit Ihren vorhandenen Scannern – keine zusätzlichen Geräte erforderlich.

Langlebige Scanbodies
Die RevEX™ Scanbodies aus Metall sind mehrfach verwendbar und zeichnen sich durch eine lange Nutzungsdauer aus.



NEU DESIGNTE CADCAM-CS LABORIMPLANTATE



ENTDECKEN SIE UNSERE NEUESTE INNOVATION

Unsere neuen, für die nahtlose Integration in Ihren digitalen Workflow fachmännisch gefertigten CADCAM Laborimplantate werden mit einer präzisionsgefertigten Konterschraube im Modell fixiert, die für einen genauen und lagestabilen Sitz sorgt. Dank der radialen und axialen Stabilität des im Modell fixierten Laborimplantats werden Positionsänderungen verhindert, sodass keine weiteren Anpassungen erforderlich sind.

Ein hörbares „Klick“ zeigt das Erreichen der genauen Endposition an und bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit.

Effizienz
Vereinfachtes Bestandsmanagement für nahtlose Abläufe.

Präzision
Präzise Positionierung und minimierte Mikrobewegungen.

Flexibilität
Klick-System und Fixierung mit Konterschraube.

NEU IN 2025

Aus Titan Grad 5

Farbcodierung und Lasermarkierungen für eine vereinfachte Identifikation

Kompaktes Design verhindert Kollisionen mit angrenzenden Implantaten

Klick-System

Nur eine Konterschraube und ein Eindrehinstrument für alle Serien




UNIVERSELLE KONTERSCHRAUBE MIT EINDREHINSTRUMENT HEX 1.26

Kompatibel mit allen Medentika Serien für eine optimierte Handhabung bei verschiedenen Implantatverbindungen.



Um das Laborimplantat CADCAM-CS in das Modell einzusetzen und zu fixieren, verwenden Sie bitte das entsprechende Positionierungsinstrument.



Für die Befestigung der Konterschraube wird nur das Eindrehinstrument Hex 1.26 benötigt.



EIN INSTRUMENT – MEHRERE SYSTEME.

TITANBASIS SSC FLEX



Die Titanbasis SSC Flex* baut auf der hochmodernen ASC Flex auf und bringt unser Titanbasis-Portfolio mit erweiterten Funktionen auf ein neues Niveau. Die Titanbasis besitzt einen geraden Schraubenkanal und bietet als rotierende oder rotationsgesicherte Komponente mehr Flexibilität bei der Versorgung mit Einzelkronen und Brücken. Das innovative Design dieser Titanbasis beinhaltet mehrere Gingivahöhen; der höhere Kamin kann auf die gewünschte Höhe gekürzt werden.

NEUHEIT AUS DEM JAHR 2025, BALD FÜR ALLE SERIEN ERHÄLTLICH


Originalschraube und Eindrehinstrument:
Kompatibel mit den Originalschrauben und Schraubendrehern.

Variable Kaminhöhe
Die Kaminhöhe von 8,0 mm unterstützt auch hohe Restaurationen, kann jedoch zur individuellen Anpassung an die klinische Situation auf 7,0/6,0/5,0 und 4,0 mm gekürzt werden.

NEU

ROTATIONSSCHUTZ
Verhindert nicht gewünschte Rotationsbewegungen der Krone.

Mehrere Gingivahöhen
Bis maximal 3,0 mm** für mehr Flexibilität.



* Gerader Schraubenkanal

DIE TITANBASIS SSC FLEX IST MIT DEN ORIGINAL-SCHRAUBENKÖPFEN UND ALLEN GÄNGIGEN IMPLANTATVERBINDUNGEN KOMPATIBEL UND SETZT NEUE STANDARDS IN DER IMPLANTATPROTHETISCHEN VERSORGUNG.




NEU

Rillen
Höhere Retention für eine verbesserte Stabilität der Krone.

Mehr Gingivahöhen-Optionen für rotierende Titanbasen**
Für mehr Flexibilität bei Brücken- und Stegversorgungen.

Leicht konisches Schulterdesign
Leicht konische Plattform zur Aufnahme des Befestigungsmaterials verkleinert den Klebespalt im Übergangsbereich zur Gingiva.



Optimiertes Emergenzprofil
Für mehr Flexibilität bei Brücken- und Stegversorgungen

** Nicht alle Produkte sind für alle Serien erhältlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Produktkatalog.

TITANBASIS SSC FLEX MOLAR

SPEZIELL FÜR KRONEN IM MOLARENBEREICH.



Dickere Wandstärke*

Größerer Kamindurchmesser*

Breitere Plattform* zur Abstützung der dickeren Wand auf der Titanbasis an der Präparationsgrenze der Restauration

* Verglichen mit unserer Titanbasis SSC Flex

KEIN SANDSTRAHLEN ERFORDERLICH

SPAREN SIE ZEIT, OHNE DIE RETENTION ZU GEFÄHRDEN



Das neue Rillendesign der Titanbasis SSC Flex wurde für eine optimale mechanische Retention entwickelt – ohne Sandstrahlen.


Im Gegensatz zu herkömmlichen Abutments, deren Oberfläche behandelt werden muss, um die Haftung zu verbessern, verfügt die SSC Flex über präzisionsgefertigte Mikrorillen, die eine hohe Retention gewährleisten.

Ein weiterer Bearbeitungsschritt ist nicht erforderlich, die Vorbereitungszeit wird verkürzt und es werden konsistente Ergebnisse erzielt, ohne Risiko einer Überbehandlung oder Beschädigung.

- Kein Sandstrahlen erforderlich
- Schnellerer Workflow
- Konsistente mechanische Retention
- Intakte Oberflächenbeschaffenheit

DIE TITANBASIS SSC FLEX BIETET EINE KONSISTENTE RETENTION – OHNE SANDSTRAHLEN.

EINFACHE UND ZUVERLÄSSIGE RETENTION



Die Titanbasis SSC Flex bietet im Vergleich zur sandgestrahlten Titanbasis der 2. Generation auch ohne Sandstrahlen eine höhere Retention.

TITANBASIS ASC FLEX

PRÄZISIONSGEFERTIGTE KOMPONENTEN FÜR ÄSTHETISCH ANSPRUCHSVOLLE PROTHETIKFÄLLE

Das wegweisende Design dieser Titanbasis wurde speziell für abgewinkelte Schraubenkanäle entwickelt und eignet sich ideal für die Anforderungen von prothetischen Versorgungen in der ästhetischen Zone.

Als rotationsgesicherte und nicht rotationsgesicherte Komponenten erhältlich.*

ASC: Abgewinkelter Schraubenkanal



Variable Kaminhöhe
Die Kaminhöhe von 6,5 mm unterstützt auch hohe Restaurationen, kann jedoch zur individuellen Anpassung an die klinische Situation auf 5,5/4,5/3,5 mm gekürzt werden.

Gingivahöhe
Erhältlich in zwei Gingivahöhen, 1,0 und 2,5 mm, für mehr Flexibilität.


Optimiertes Emergenzprofil
Das optimierte Emergenzprofil unterstützt und schont das Weichgewebe.

*Nicht alle Produkte sind für alle Serien erhältlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Produktkatalog.



Kugel-Torx Eindrehinstrument
Für Angulationen bis 25°.
Für ein müheloses und zuverlässiges Anziehen der Schraube.

Schraubenkanal
Kompatibel mit abgewinkelten und geraden Schraubenkanälen.



Leicht konisches Schulterdesign
Die nach unten verjüngte Plattform zur Aufnahme des Befestigungsmaterials verkleinert den Klebespalt im Übergangsbereich zur Gingiva.

PREFACE ABUTMENTS UND ABUTMENTHALTER

MIT DEN PREFACE FRÄSROHLINGEN FÜR DIE PRÄZISE IN-HOUSE-HERSTELLUNG VON INDIVIDUELLEN ABUTMENTS HEBEN SIE IHRE PRAXIS AUF DIE NÄCHSTE STUFE

Die PreFace Abutments zeichnen sich durch hohe Präzision und maximale Gestaltungsfreiheit aus. Die in zwei Durchmessern erhältlichen Fräsrohlinge verringern die Fertigungszeiten und steigern die Effizienz Ihres In-House-Labors.



MIT DER MEDENTiKA® PREFACE PRODUKTLINIE ÜBERNEHMEN SIE DIE VOLLE KONTROLLE ÜBER DIE IN-HOUSE-FERTIGUNG IHRER INDIVIDUELLEN ABUTMENTS.

VIELSEITIGKEIT UND PRÄZISION MIT MEDENTiKA® PREFACE ABUTMENTS:

Maximale Gestaltungsfreiheit
Zwei praktische Rohlingdurchmesser (11,5 mm und 16 mm) ermöglichen die Herstellung eines breiten Spektrums individueller Abutments.

Vereinfachtes Design
Das einzigartige Design vereinfacht die individuelle Anpassung des Emergenzprofils an die jeweilige klinische Situation.

Präzise Verbindung
Vorgefertigte hochpräzise Implantat-Abutment-Verbindung mit Medentika-Garantie.

Verfügbare Materialien
Abhängig von den individuellen Anforderungen können Sie zwischen Fräsrohlingen aus biokompatiblem Titan oder aus CoCr wählen.

STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT MIT PREFACE ABUTMENTHALTERN

Das innovative einteilige Design der PreFace Abutmenthalter gewährleistet ein hohes Maß an Präzision. Diese Halter bieten zahlreiche Vorteile:

Optimierter Workflow
Fräsen Sie gleichzeitig bis zu sechs Rohlinge in einem Durchgang und sparen Sie wertvolle Zeit.


Vereinfachte Befestigung am Abutmenthalter
Für einen schnellen und effizienten Workflow wird das Abutment lediglich mit einer Schraube gesichert.

Verbesserter Schutz
Wie das Design der PreFace Abutments schützt das Design des Abutmenthalters die Implantatverbindung während des Festziehenns.

Weniger Komponenten
Das einfache Design mit weniger Komponenten minimiert Herstellungsfehler und senkt die Kosten.

Kosteneffiziente Investition
Dank des einfachen Designs ohne teure Verschleißteile sind die PreFace Abutmenthalter eine attraktive Investition.

Dentsply Sirona · vhf · ivoclar · YENADENT · DGSHAPE · röders TEC · imes-icore



DIE MEDENTiKA® PREFACE PRODUKTLINIE – MIT INNOVATIONSGEIST ENTWICKELT UND MIT PRÄZISION HERGESTELLT. ERSCHLIESSEN SIE EINE NEUE WELT DER MÖGLICHKEITEN, UM DIE FERTIGUNG IHRER ABUTMENTS AUF EINE NEUE STUFE ZU HEBEN.

MULTI-UNIT ABUTMENTS

VIELSEITIGE LÖSUNGEN FÜR KOMPLEXE PROTHETIKFÄLLE

Unsere Multi-unit Abutments sind für Vielseitigkeit konzipiert. Sie sind in verschiedenen Abwinkelungen und Gingivahöhen erhältlich, um Implantatdivergenzen auszugleichen, und gewährleisten eine präzise und lagestabile Platzierung der Prothetik.

Sie dienen der zuverlässigen und langlebigen Abstützung der prothetischen Versorgung und sorgen durch eine gleichmäßige okklusale Kräfteverteilung über mehrere Implantate für überlegenen Langzeiterfolg.

DIE MULTI-UNIT ABUTMENTS SIND IN ZWEI ABWINKELUNGEN ERHÄLTLICH: 17° UND 30°.

Behandlungsoptionen
Eine breite Auswahl an Prothetik-komponenten für unterschiedliche Behandlungsoptionen.

Gingivahöhe
Die Multi-unit Abutments sind in verschiedenen Gingivahöhen erhältlich.




Implantatverbindung
Kompatibel mit den Implantat-verbindungen der wichtigsten Implantathersteller.

EINDREHINSTRUMENT

Die mitgelieferte Brückenschraube besitzt den bewährten Antrieb für das Kugel-Torx Eindrehinstrument M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.





TITANKAPPE FLEX

Die Titankappe Flex bietet eine variable Kaminhöhe. Die Kaminhöhe 14,5 mm unterstützt auch hohe Restaurationen (für provisorische oder definitive Versorgungen) und kann zur Anpassung an die individuelle klinische Situation in 2-mm-Schritten bis auf 4,5 mm gekürzt werden. Die unterschiedlichen Kaminhöhen sind in der CAD-Bibliothek hinterlegt.

TITANBASIS GERADE UND ASC

Bei einer ungünstigen Implantatposition oder einer Implantatposition in der ästhetischen Zone besteht die Möglichkeit, den Schraubenkanal in den nicht sichtbaren Bereich zu verlagern.

NEU



SCANBODY

Multi-unit Scanbody zur Abformung gerader und abgewinkelter Multi-unit Abutments.

NEU



LABORIMPLANTAT CADCAM-CS

Zur Verwendung bei der digitalen Modellherstellung (3D gedruckte Modelle).

HERAUSNEHMBARE PROTHETIKLÖSUNGEN



NOVALOC®

NOVALOC® ABUTMENTS

Das Novaloc® Abutment besitzt eine nahezu verschleißfreie spiegelglatte Oberfläche, die annähernd Diamanthärte besitzt. Die kleine Schraubenkopföffnung der Abutments verhindert die Ansammlung von Speiseresten.

Die geraden und abgewinkelten Novaloc® Abutments sind in fünf verschiedenen Gingivahöhen erhältlich.

NOVALOC® MATRIZENSYSTEM

Das Novaloc® Matrizensystem mit seiner neu entwickelten Technologie ist ein konfektioniertes Verbindungselement zur Befestigung von herausnehmbaren Restaurationen auf MedentiLOC™ und Novaloc® Abutments. Das Matrizengehäuse ist in Titan oder in farbneutralem PEEK erhältlich.





NEU

NOVALOC® SCANBODIES*

Der Novaloc® PEEK Scanbody ist mit allen gängigen IOS-Systemen und CAD-Softwareanwendungen kompatibel und kann problemlos in etablierte Workflows integriert werden. Die einteilige Komponente vereinfacht die Handhabung während des Scanverfahrens.

Novaloc® Modellanalog CADCAM

Das Novaloc® Modellanalog CADCAM kann mühelos in ein 3D-gedrucktes Modell eingesetzt werden und rastet mit einem hörbaren Klicken ein. Eine Konterschraube sorgt für einen festen und sicheren Sitz. Das äußerst widerstandsfähige Titanmaterial ermöglicht eine mehrfache Verwendung und kann gekürzt werden, um Material beim Drucken der 3D-Modelle zu sparen. Die Novaloc® Modellanaloge sind in Verpackungseinheiten von 4 und 10 Stück erhältlich.

* Der Novaloc® Scanbody ist auch mit dem MedentiLOC™ Abutment kompatibel, und das Novaloc® Modellanalog kann auch für das MedentiLOC™ Abutment im Modell verwendet werden.

OPTILOC®



OPTILOC® ABUTMENTS


Das Optiloc® Abutment vereint die Vorteile des Novaloc® Abutments mit dem geringen Platzbedarf der Kugel. Es besitzt eine nahezu verschleißfreie, spiegelglatte Oberfläche, die annähernd Diamanthärte besitzt. Optiloc® Abutments sind in fünf verschiedenen Gingivahöhen erhältlich.

OPTILOC® MATRIZENSYSTEM

Das Optiloc® Matrizensystem mit seiner neu entwickelten Technologie ist ein konfektioniertes Verbindungselement zur Befestigung von herausnehmbaren Restaurationen auf Optiloc® Abutments. Das Matrizengehäuse ist in Titan oder in farbneutralem PEEK erhältlich.

Die geringe Größe bietet erhebliche Vorteile. Die Retentionseinsätze aus dem Hochleistungskunststoff PEEK sind extrem präzise gefertigt und können seitlichen Druck dank ihres innovativen patentgeschützten Designs optimal absorbieren.





MEDENTILOC™ ABUTMENTS

Das MedentiLOC™ Abutment ist ein hochpräzise gefertigtes Abutment und mit dem Novaloc® Matrizensystem kompatibel. Das MedentiLOC™ Abutment ist eine besonders kostengünstige Alternative zur Befestigung von Deckprothesen. Die einfache Vorgehensweise mit der Option der Chairside-Versorgung ist ein herausragendes Merkmal des MedentiLOC™ Abutments.

Die MedentiLOC™ Abutments sind in geraden und abgewinkelten Ausführungen und in fünf verschiedenen Gingivahöhen erhältlich.



NÜTZLICHE INFORMATIONEN



BESTIMMUNG DER GINGIVAHÖHE


In diesem Katalog finden Sie zwei unterschiedliche Gingivahöhen.

- Die erste Ziffer in der Tabelle bezeichnet die GH 1 (1).
- Die zweite Ziffer bezeichnet die GH 2 (2).

Beispiel der Produktinformationen in diesem Katalog:


Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm



Implantatverbindung		/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0
Gingivahöhe (mm)		1,1/2,5	2,1/3,5	4,1/5,5
Eindrehinstrument		Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0
Artikel-Nr.		**Y 8100X**	**Y 8101X**	**Y 8102X**


MULTI-UNIT ABUTMENTS



NOVALOC® ABUTMENTS





MEDENTILOC™ ABUTMENTS



EINDREHINSTRUMENT – KURZÜBERSICHT

Nachstehend finden Sie eine kurze Übersicht über unsere Abutments und die dazu passenden Eindrehinstrumente.

	Abutment	Abwinkelung	Geeignete Eindrehinstrumente
	**Titanbasis SSC Flex**	Gerade	Entsprechendes Medentika Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems
	**Standardabutment / Massivabutment**	Gerade / abgewinkelt	Entsprechendes Medentika Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems
	**Titanbasis ASC Flex**	Gerade	Eindrehinstrument Kugel-Torx 6-13-06 | M 03-8 | M 10-8
	**Titanbasis 2. Generation**	Gerade	Entsprechendes Medentika Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems
	**PreFace Abutment Titan / CoCr**	–	Entsprechendes Medentika Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems
	**MedentiBASE Abutment**	Gerade	Eindrehinstrument MedentiBASE Abutment M 11-6
	**Multi-unit Abutment**	Gerade	Eindrehinstrument Multi-unit Abutment gerade M 11-11
	**Multi-unit Abutment**	Abgewinkelt	Entsprechendes Medentika Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems
	**Multi-unit Schraubpatrize MedentiLOC™ / Novaloc®**	–	Entsprechendes Medentika Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems
	**MedentiLOC™**	Gerade	Eindrehinstrument Hex 1.26 M 03-1 | M 09-1 | M 10-1 | M 11-1
	**MedentiLOC™**	Abgewinkelt	Eindrehinstrument Kugel-Hex M 03-7 | M 10-7
	**Novaloc®**	Gerade	Entsprechendes Medentika Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems
	**Novaloc®**	Abgewinkelt	Eindrehinstrument Kugel-Torx 6-13-06 | M 03-8 | M 10-8
	**Optiloc®**	Gerade	Eindrehinstrument Optiloc® M 59 | M 79


SCANBODY – KURZÜBERSICHT

NACHSTEHEND FINDEN SIE EINE KURZE ÜBERSICHT MIT DEN ARTIKELNUMMERN UNSERER SCANBODIES UND IHREN KOMPATIBLEN IMPLANTATSYSTEMEN.

Marken der Straumann Group

Implantatsystem	Implantatlinie	Interface	Scanbody	Durchmesser
MEDENTiKA®	MICROCONE	Multi-unit	0-31-21	4,5 ■
		MedentiBASE	0-28-23	3,7 ▲
		NI	1-09-11	3,7 ▲
		RI	2-09-25	4,0 ●
	QUATTROCONE	Multi-unit	0-31-21	4,5 ■
		MedentiBASE	0-28-23	3,7 ▲
		RI	2-09-25	4,0 ●
		AI	4-09-02	4,5 ■
	PROCONE	Multi-unit	C 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	C 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,3	C 1400-SB	3,7 ▲
		D 3,8	C 1410-SB	4,0 ●
		D 4,3	C 1420-SB	4,5 ■
		D 5,0	C 1430-SB	5,0 ⬟
		D 6,0	C 1430-SB	5,0 ⬟
Straumann	Bone Level und Bone Level Tapered	Multi-unit	L 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	L 4900-SB	3,7 ▲
		SC	L 1420-SB	3,7 ▲
		NC	L 1400-SB	4,0 ●
		RC	L 1410-SB	4,5 ■
	Tissue Level	Multi-unit	N 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	N 4900-SB	3,7 ▲
		MedentiBASE	NNC 4900-SB	3,7 ▲
		NNC	N 1430-SB	3,7 ▲
		RN	N 1410-SB	5,0 ⬟
		WN	N 1420-SB	5,5 ⏢
	BLX / BLC	RB/WB	LX 1400-SB	4,0 ●
Anthogyr	Axiom®* Bone Level	D 3,4-5,2	AB 1400-SB	3,7 ▲
	Axiom®* Tissue Level	N	AT 1400-SB	4,0 ●
		R	AT 1410-SB	5,0 ⬟
Neodent®*	Grand Morse®*	D 3,5-5,0	GM 1400-SB	4,0 ●

* ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens



Implantatsystem	Implantatlinie	Interface	Scanbody	Durchmesser
Bego Implant System	SEMADOS®* S / SC / SCX / RS / RSX / RI	D 3,25 / 3,75 / 4,1 / 4,5 / 5,5	BS 1400-SB	4,5 ■
BioHorizons Camlog	Camlog*	Multi-unit	C 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	C 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,3	C 1400-SB	3,7 ▲
		D 3,8	C 1410-SB	4,0 ●
		D 4,3	C 1420-SB	4,5 ■
		D 5,0/D 6,0	C 1430-SB	5,0 ⬟
	Conelog*	MedentiBASE	D 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,3	D 1400-SB	3,7 ▲
		D 3,8/4,3	D 1410-SB	4,0 ●
	BioHorizons Tapered System	MedentiBASE	R 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,5	R 1400-SB	4,0 ●
		D 4,5	R 1410-SB	4,5 ■
		D 5,7	R 1420-SB	5,5 ⬟
Bredent Medical	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	MedentiBASE	B 4900-SB	3,7 ▲
	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	NP	B 1400-SB	4,0 ●
	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	RP	B 1400-SB	4,0 ●
Dentium	SuperLine, Implantium, Implantium II	Multi-unit	DT 8500-SB	4,5 ■
		D 3,6-7,0	DT 1400-SB	4,0 ●
Dentsply Sirona®	ANKYLOS®* C/X	Multi-unit	Y 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	Y 4900-SB	3,7 ▲
		C / 3,5-7,0	Y 1400-SB	4,0 ●
		X / 3,5-7,0	Y 1400X-L	–
	ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV	Multi-unit	EV 8500-SB	4,5 ■
		D 3,0	EV 1400-SB	3,7 ▲
		D 3,6	EV 1410-SB	4,0 ●
		D 4,2	EV 1420-SB	4,5 ■
		D 4,8	EV 1430-SB	5,0 ⬟
		D 5,4	EV 1440-SB	5,5 ⏢

SCANBODY – KURZÜBERSICHT


Implantatsystem	Implantatlinie	Interface	Scanbody	Durchmesser
Dentsply Sirona®	ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX	Multi-unit	S 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	S 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,0	S 1430-SB	3,7 ▲
		D 3,5/4,0	S 1400-SB	4,0 ●
		D 4,5/5,0	S 1420-SB	5,0 ⬟
	XiVE®* S	MedentiBASE	T 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,4	T 1400-SB	4,0 ●
		D 3,8	T 1405-SB	4,5 ■
		D 4,5/5,5	T 1410-SB	5,0 ⬟
HiOssen Implant®	ET-System	Multi-unit	OT 8500-SB	4,5 ■
		M	OT 1400-SB	4,0 ●
		R	OT 1410-SB	4,5 ■
Medical Medentis	ICX®*-ACTIVE ICX®*-PREMIUM	D 3,75-4,8	CX 1400-SB	4,0 ●
MegaGen	ANYRIDGE®*	Multi-unit	MG 8500-SB	4,5 ■
		D 3,5-8,0	MG 1400-SB	4,0 ●
MIS	SEVEN Internal Hex	Multi-unit	R 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	R 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,5	R 1400-SB	4,0 ●
		D 4,5	R 1410-SB	4,5 ■
		D 5,7	R 1420-SB	5,5 ⏢
NEOSS®*	ProActive®*	Multi-unit	NE 8500-SB	4,5 ■
		SP D 3,5-6,5	NE 1400-SB	5,0 ⬟
Nobel Biocare	Brånemark System®*, NobelSpeedy®*, Groovy®	MedentiBASE	K 4900-SB	3,7 ▲
		NP	K 1400-SB	4,0 ●
		RP	K 1410-SB	4,5 ■
		WP	K 1420-SB	5,5 ⏢
	NobelActive®*, NobelReplace®* CC, NobelParallel TM* CC	Multi-unit	F 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	F 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,0	F 1420-SB	3,7 ▲
		NP	F 1400-SB	4,0 ●
		RP	F 1410-SB	4,5 ■
		WP	F 1430-SB	5,0 ⬟



Implantatsystem	Implantatlinie	Interface	Scanbody	Durchmesser
Nobel Biocare	NobelReplace®*, Replace Select™*, NobelSpeedy®* Replace	Multi-unit	E 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	E 4900-SB	3,7 ▲
		NP	E 1400-SB	4,0 ●
		RP	E 1410-SB	4,5 ■
		WP	E 1420-SB	5,0 ⬟
		D 6,0	E 1430-SB	5,5 ⏢
OSSTEM	TS-System	Multi-unit	OT 8500-SB	4,5 ■
		M	OT 1400-SB	4,0 ●
		R	OT 1410-SB	4,5 ■
T-Plus Implant Tech	A+ Implant, ST Implant	Multi-unit	OT 8500-SB	4,5 ■
		M	OT 1400-SB	4,0 ●
		R	OT 1410-SB	4,5 ■
ZimVie	BIOMET 3i Certain®*	Multi-unit	H 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	H 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,4	H 1400-SB	4,0 ●
		D 4,1	H 1410-SB	5,5 ⏢
		D 5,0	H 1410-SB	5,5 ⏢
	BIOMET 3i External Hex	MedentiBASE	I 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,4	I 1400-SB	4,0 ●
		D 4,1	I 1410-SB	4,5 ■
		D 5,0	I 1410-SB	4,5 ■
	Zimmer Tapered Screw-Vent®*	Multi-unit	R 8500-SB	4,5 ■
		MedentiBASE	R 4900-SB	3,7 ▲
		D 3,5	R 1400-SB	4,0 ●
		D 4,5	R 1410-SB	4,5 ■
		D 5,7	R 1420-SB	5,5 ⏢

ABKÜRZUNGEN

ADLC	Amorpher diamantartiger Kohlenstoff
Ncm	Newtonzentimeter, Maßeinheit für das Drehmoment
PEEK	Polyetheretherketon
POM	Polyoxymethylen
CF	Kaltgeformt
WAK-Wert	Wärmeausdehnungskoeffizient
HSL	Hochschmelzende Legierung
NEM	Nichtedelmetall
PC	Polycarbonat
CoCr	Kobalt-Chrom
Ti	Titan
Au	Gold
Pd	Palladium
Pt	Platin
Ir	Iridium
Mo	Molybdän
C	Kohlenstoff
Si	Silizium
Mn	Mangan
Fe	Eisen



AB-SERIE




Die Abutments der AB-Serie sind kompatibel zu

Anthogyr
Axiom®* Bone Level


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche



TYP 2

abgewinkelt über Eck

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4-5,2
Eindrehinstrument	Hex 1,18
Halteschraube	AB 60 SB
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**AB 1400-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan

Neu




Implantatanschluss	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		AB 80 T
Artikel-Nr.	**AB 50**	**AB 80-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3,4-5,2
Artikel-Nr.	**AB 80 T**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,18	Hex 1,18
Abutmentschraube	AB 60	AB 60
Laborschraube	AB 60 L	AB 60 L
Artikel-Nr.	**AB 1600-S**	**AB 1601-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex Molar

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,18	Hex 1,18
Abutmentschraube	AB 60	AB 60
Laborschraube	AB 60 L	AB 60 L
Artikel-Nr.	**AB 1700-S**	**AB 1701-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,18	Hex 1,18
Abutmentschraube	AB 60	AB 60
Laborschraube	AB 60 L	AB 60 L
Artikel-Nr.	**AB 1800-S**	**AB 1801-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis
SSC Flex rotierend Molar

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm


	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,18	Hex 1,18
Abutmentschraube	AB 60	AB 60
Laborschraube	AB 60 L	AB 60 L
Artikel-Nr.	**AB 1900-S**	**AB 1901-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abtmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- SC (Scanbody Corner): winkelt über die rechte Ecke des Scanbodys ab
- Drehmoment: 25 Ncm






Implantatanschluss	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	AB 61	AB 61
Artikel-Nr. Type 1	**AB 1600-1-SF**	**AB 1700-1-SF**
Artikel-Nr. Type 2	**AB 1600-2-SC**	**AB 1700-2-SC**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4-5,2
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Abutmentschraube	AB 61
Artikel-Nr.	**AB 1800**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm




Implantatanschluss	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Durchmesser	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,18	Hex 1,18
Abutmentschraube	AB 60	AB 60
Laborschraube	AB 60 L	AB 60 L
Artikel-Nr.	**AB 9000-R**	**AB 9000-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4-5,2
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,18
Abutmentschraube	AB 60
Laborschraube	AB 60 L
Artikel-Nr.	**AB 9000-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

AT-SERIE




Die Abutments der AT-Serie sind kompatibel zu

Anthogyr
Axiom®* Tissue Level

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 2

abgewinkelt über Eck

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm




Implantatanschluss	N	R
Eindrehinstrument	Hex 1,18	Hex 1,18
Halteschraube	AT 60 SB	AT 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 5,0
Kompatibilitäts-symbol	●	⬟
Artikel-Nr.	**AT 1400-SB**	**AT 1410-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4

Bitte beachten: Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl





Implantatanschluss	N	R
Artikel-Nr.	**AT 80 T**	**AT 81 T**

Laborimplantat

- Titan

Neu **Neu**






Implantatanschluss	N	N	R	R
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		AT 80 T		AT 81 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**AT 50**	**AT 80-CS**	**AT 51**	**AT 81-CS**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	N	N	R	R
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,18	Hex 1,18	Hex 1,18	Hex 1,18
Abutmentschraube	AT 60	AT 60	AT 60	AT 60
Laborschraube	AT 60 L	AT 60 L	AT 60 L	AT 60 L
Artikel-Nr.	**AT 9000-R**	**AT 9000-16R**	**AT 9010-R**	**AT 9010-16R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	N	R
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,18	Hex 1,18
Abutmentschraube	AT 60	AT 60
Laborschraube	AT 60 L	AT 60 L
Artikel-Nr.	**AT 9000-ST**	**AT 9010-ST**

Bitte beachten: **Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

B-SERIE




Die Abutments der B-Serie sind kompatibel zu

Bredent Medical
narrow SKY
blue SKY
classic SKY

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

Neu



Implantatanschluss	NP
Eindrehinstrument	Torx
Halteschraube	B 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Kompatibilitäts-symbol	●
Artikel-Nr.	**B 1400-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan

Neu



Implantatanschluss	RP	RP
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		B 80 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**B 50**	**B 80-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	RP
Artikel-Nr.	**B 80 T**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	NP	NP
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 1,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	B 63	B 63
Laborschraube	B 63 L	B 63 L
Artikel-Nr.	**B 1600-S**	**B 1601-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



	
Implantatanschluss	NP
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Abutmentschraube	B 62
Artikel-Nr. Type 1	**B 1600-1-SF**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	
Implantatanschluss	NP
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Abutmentschraube	B 62
Artikel-Nr.	**B 1800**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm




Implantatanschluss	NP	NP
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	B 60	B 60
Laborschraube	B 60 L	B 60 L
Artikel-Nr.	**B 1000**	**B 1100**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	NP
Kaminhöhe	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3
Eindrehinstrument	Torx
Abutmentschraube	B 60
Laborschraube	B 60 L
Artikel-Nr.	**B 1500**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	NP	RP	RP
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	B 60	B 60	B 60
Laborschraube	B 60 L	B 60 L	B 60 L
Artikel-Nr.	**B 9000-R**	**B 9001-R**	**B 9000-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RP
Durchmesser	D 16,0
Eindrehinstrument	Torx
Abutmentschraube	B 60
Laborschraube	B 60 L
Artikel-Nr.	**B 9800-16R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	NP
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Torx
Abutmentschraube	B 60
Laborschraube	B 60 L
Artikel-Nr.	**B 9000-ST**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**B 4000**	**B 4100**	**B 4200**	**B 4300**	**B 4400**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Torx	Torx
Brückenschraube	6-28-01	B 7600	B 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**B 4730**	**B 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Brückenschraube	B 7600	B 7600
Artikel-Nr.	**B 4710**	**B 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Brückenschraube	B 7600		B 7600	
Artikel-Nr.	**B 4800**	**B 4810**	**B 4820**	**B 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Torx
Brückenschraube	B 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**B 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7 ▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:	**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

Neu

- Titan





Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan






Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**B 4610**	**B 4620**


MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm











Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**B 2000**	**B 2100**	**B 2200**	**B 2300**	**B 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Titan
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	B 61	B 61	B 61	B 61	B 61
Artikel-Nr. Type 1	**B 2500-1**	**B 2600-1**	**B 2700-1**	**B 2800-1**	**B 2900-1**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.**

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

MedentiLOC Laborimplantat


- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**56**	**57**

Bredent Medical
narrow SKY, blue SKY, classic SKY

BS-SERIE




Die Abutments der BS-Serie sind kompatibel zu

BEGO Implant Systems
Semados®* S/SC/SCX/RS/RSX/RI

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

Neu



Implantatanschluss	D 3,25-5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Halteschraube	BS 60 SB
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**BS 1400-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu




		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan

Neu Neu Neu Neu



Implantatanschluss	D 3,25/3,75	D 4,1	D 4,5	D 5,5
Version	CADCAM-CS	CADCAM-CS	CADCAM-CS	CADCAM-CS
Eindrehinstrument	BS 80 T	BS 80 T	BS 80 T	BS 80 T
Konterschraube	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**BS 80-PS-CS**	**BS 81-PS-CS**	**BS 82-PS-CS**	**BS 83-PS-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3,25-5,5
Artikel-Nr.	**BS 80 T**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- Platform Switch Design
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1  Type SF 



Implantatanschluss	D 3,25/3,75-PS	D 4,1-PS	D 4,5-PS	D 5,5-PS
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,45	GH 0,15	GH 0,3
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	BS 61	BS 61	BS 61	BS 61
Artikel-Nr. Type 1	**BS 1600-1-SF**	**BS 1610-1-SF**	**BS 1620-1-SF**	**BS 1630-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,25/3,75-PS	D 4,1-PS	D 4,5-PS	D 5,5-PS
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,45	GH 0,15	GH 0,3
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	BS 61	BS 61	BS 61	BS 61
Artikel-Nr.	**BS 1800**	**BS 1810**	**BS 1820**	**BS 1830**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,5	D 4,5
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,1	GH 0,1	GH 0,1	GH 0,1
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	BS 60	BS 60	BS 60	BS 60
Laborschraube	BS 60 L	BS 60 L	BS 60 L	BS 60 L
Artikel-Nr.	**BS 1010**	**BS 1110**	**BS 1020**	**BS 1120**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm




Implantatanschluss	D 5,5	D 5,5
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,1	GH 0,1
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	BS 60	BS 60
Laborschraube	BS 60 L	BS 60 L
Artikel-Nr.	**BS 1030**	**BS 1130**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm




Implantatanschluss	D 4,1	D 4,5
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,15	GH 0,15
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	BS 60	BS 60
Laborschraube	BS 60 L	BS 60 L
Artikel-Nr.	**BS 1510**	**BS 1520**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm




Implantatanschluss	D 3,25-5,5	D 3,25-5,5
Durchmesser	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	BS 60	BS 60
Laborschraube	BS 60 L	BS 60 L
Artikel-Nr.	**BS 9000-R**	**BS 9000-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,25-5,5
Durchmesser	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	BS 60
Laborschraube	BS 60 L
Artikel-Nr.	**BS 9800-16R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,25-5,5
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	BS 60
Laborschraube	BS 60 L
Artikel-Nr.	**BS 9000-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

C-SERIE




Die Abutments der C-Serie sind kompatibel zu

BioHorizons Camlog
Camlog®*

MEDENTiKA®
PROCONE


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche



TYP 2

abgewinkelt über Nocke

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Durchmesser	D 4,2	D 4,5	D 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 70-2**	**C 70-4**	**C 70-6**

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Durchmesser	D 5,0	D 5,3	D 5,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 71-2**	**C 71-4**	**C 71-6**

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Durchmesser	D 5,5	D 5,8	D 5,8
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 72-2**	**C 72-4**	**C 72-6**

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt




Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Durchmesser	D 6,2	D 6,5	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 73-2**	**C 73-4**	**C 73-6**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Abformpfosten offener Löffel


- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8
Länge	kurz	lang	kurz	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 10**	**C 20**	**C 11**	**C 21**

Abformpfosten offener Löffel

- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Länge	kurz	lang	kurz	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 12**	**C 22**	**C 13**	**C 23**

Abformpfosten geschlossener Löffel


- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Artikel-Nr.	**C 30**	**C 31**	**C 32**	**C 33**

Laborimplantat

- Titan



		Neu		Neu
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		C 80 T		C 81 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 50**	**C 80-CS**	**C 51**	**C 81-CS**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Laborimplantat

· Titan

			Neu		Neu
					
Implantatanschluss		D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Version			CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument			C 82 T		C 83 T
Konterschraube			Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.		**C 52**	**C 82-CS**	**C 53**	**C 83-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

· Edelstahl

					
Implantatanschluss		D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0/6,0
Artikel-Nr.		**C 80 T**	**C 81 T**	**C 82 T**	**C 83 T**

Scanbody

· Titan
· spezialbeschichtet
· inkl. Halteschraube
· Drehmoment: 10 Ncm

		Neu	Neu	Neu	Neu
					
Implantatanschluss		D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0/6,0
Eindrehinstrument		Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
MedentiWINGS		D 3,7	D 4,0	D 4,5	D 5,0
Kompatibilitäts-symbol		▲	●	■	⬟
Artikel-Nr.		**C 1400-SB**	**C 1410-SB**	**C 1420-SB**	**C 1430-SB**
Bitte beachten:		**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**			

MedentiWINGS

· POM
· Menge: 4 Stück pro Packung

Neu

		 gerade unilateral lang	 gerade unilateral kurz	 gerade bilateral kurz	 abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	 abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment gerade


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5
Durchmesser	D 4,2	D 4,5	D 5,0	D 5,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	**C 100-1**	**C 100-3**	**C 110-1**	**C 110-3**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5
Durchmesser	D 4,8	D 4,5	D 5,0	D 5,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**C 200-1-1**	**C 200-1-3**	**C 210-1-1**	**C 210-1-3**
Artikel-Nr. Type 2	**C 200-2-1**	**C 200-2-3**	**C 210-2-1**	**C 210-2-3**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,8	D 6,2	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 120-1**	**C 120-3**	**C 130-1**	**C 130-3**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,8	D 6,2	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr. Type 1	**C 220-1-1**	**C 220-1-3**	**C 230-1-1**	**C 230-1-3**
Artikel-Nr. Type 2	**C 220-2-1**	**C 220-2-3**	**C 230-2-1**	**C 230-2-3**

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Goldgewicht (g)	0,40	0,52	0,73	0,89
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 300**	**C 310**	**C 320**	**C 330**

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Goldgewicht (g)	0,28	0,38	0,48	0,59
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 300 R**	**C 310 R**	**C 320 R**	**C 330 R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 700**	**C 710**	**C 720**	**C 730**	**C 740**
Bitte beachten:	Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.				

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 700 R**	**C 710 R**	**C 720 R**	**C 730 R**	**C 740 R**
Bitte beachten:	Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.				

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Kaminhöhe	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
Gingivahöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Eindrehinstrument	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Abutmentschraube	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Laborschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Artikel-Nr.	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Bitte beachten:	**C 1600-S**	**C 1610-S**	**C 1620-S**	**C 1630-S**	**C 1640-S**
	Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex

- Platform Switch Design
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

In Kürze erhältlich | **In Kürze erhältlich** | **In Kürze erhältlich**



Implantatanschluss	D 3,8-PS	D 4,3-PS	D 5,0-PS
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 1610P-S**	**C 1620P-S**	**C 1630P-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

In Kürze erhältlich | **In Kürze erhältlich** | **In Kürze erhältlich** | **In Kürze erhältlich** | **In Kürze erhältlich**



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 1800-S**	**C 1810-S**	**C 1820-S**	**C 1830-S**	**C 1840-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
SSC Flex rotierend


- Platform Switch Design
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
			
Implantatanschluss	D 3,8-PS	D 4,3-PS	D 5,0-PS
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 1810P-S**	**C 1820P-S**	**C 1830P-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis
ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SC (Scanbody Corner): winkelt über die rechte Ecke des Scanbodys ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




				
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 68
Artikel-Nr. Type 1	**C 1600-1-SC**	**C 1610-1-SC**	**C 1620-1-SC**	**C 1630-1-SC**
Artikel-Nr. Type 2	**C 1600-2-SF**	**C 1610-2-SF**	**C 1620-2-SF**	**C 1630-2-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- Platform Switch Design
- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SC (Scanbody Corner): winkelt über die rechte Ecke des Scanbodys ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,8-PS	D 4,3-PS	D 5,0-PS
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 68
Artikel-Nr. Type 1	**C 1610P-1-SC**	**C 1620P-1-SC**	**C 1630P-1-SC**
Artikel-Nr. Type 2	**C 1610P-2-SF**	**C 1620P-2-SF**	**C 1630P-2-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 68
Artikel-Nr.	**C 1800**	**C 1810**	**C 1820**	**C 1830**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	**C 1000**	**C 1100**	**C 1010**	**C 1110**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis 2. Generation


- Titan
- inkl. Abtmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 1020**	**C 1120**	**C 1030**	**C 1130**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abtmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 6,0	D 6,0
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 62	C 62
Laborschraube	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 1040**	**C 1140**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abtmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 60	C 60	C 60
Artikel-Nr.	**C 1500**	**C 1510**	**C 1520**

ScanPost

- Titan
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	Neu	Neu	Neu	Neu
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 1401**	**C 1411**	**C 1421**	**C 1431**	**C 1441**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis CEREC®*

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	Neu	Neu	Neu	Neu	Neu
					
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 3,8-PS	D 4,3	D 4,3-PS
Kaminhöhe	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm
Gingivahöhe	GH 0,4	GH 0,3	GH 0,8	GH 0,3	GH 0,8
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26		Hex 1,26	
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	**C 1001**	**C 1011**	**C 1011P**	**C 1021**	**C 1021P**

Titanbasis CEREC®*

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	Neu	Neu	Neu
			
Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0-PS	D 6,0
Kaminhöhe	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,8	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26		Hex 1,26
Abutmentschraube	C 62	C 62	C 62
Laborschraube	C 62 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 1031**	**C 1031P**	**C 1041**

Titanbasis CEREC®* rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	Neu	Neu	Neu	Neu	Neu
					
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 3,8-PS	D 4,3	D 4,3-PS
Kaminhöhe	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm
Gingivahöhe	GH 0,4	GH 0,3	GH 0,8	GH 0,3	GH 0,8
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26		Hex 1,26	
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	**C 1501**	**C 1511**	**C 1511P**	**C 1521**	**C 1521P**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis CEREC®* rotierend

- Titan
- inkl. Abtmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




	Neu	Neu
Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0-PS
Kaminhöhe	4,7 mm	4,7 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,8
Eindrehinstrument	Hex 1,26	
Abutmentschraube	C 62	C 62
Laborschraube	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 1531**	**C 1531P**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm







Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8	D 4,3
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	**C 9000-R**	**C 9000-16R**	**C 9010-R**	**C 9010-16R**	**C 9020-R**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm







Implantatanschluss	D 4,3	D 5,0	D 5,0	D 6,0	D 6,0
Durchmesser	D 16,0	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 62	C 62	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 62 L	C 62 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 9020-16R**	**C 9030-R**	**C 9030-16R**	**C 9040-R**	**C 9040-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm







Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Durchmesser	D 16,0	D 16,0	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 9800-16R**	**C 9810-16R**	**C 9820-16R**	**C 9830-16R**	**C 9840-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	**C 9000-ST**	**C 9010-ST**	**C 9020-ST**	**C 9030-ST**	**C 9040-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**				

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**C 4000**	**C 4100**	**C 4200**	**C 4300**	**C 4400**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**C 4010**	**C 4110**	**C 4210**	**C 4310**	**C 4410**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**C 4020**	**C 4120**	**C 4220**	**C 4320**	**C 4420**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-28-01	C 7600	C 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**C 4730**	**C 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	C 7600	C 7600
Artikel-Nr.	**C 4710**	**C 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	C 7600		C 7600	
Artikel-Nr.	**C 4800**	**C 4810**	**C 4820**	**C 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	C 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**C 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

Bitte beachten: Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Titan





	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Bezeichnung		
Artikel-Nr.	**C 4610**	**C 4620**

MedentiBASE Laborimplantat

- Titan

Neu





Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm







Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**C 8000**	**C 8001**	**C 8002**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Steril verpackt
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 





Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 3,6/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Type 1	**C 8100**	**C 8101**	**C 8102**
Artikel-Nr. Type 2	**C 8200**	**C 8201**	**C 8202**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Steril verpackt
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 





Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Type 1	**C 8300**	**C 8301**	**C 8302**
Artikel-Nr. Type 2	**C 8400**	**C 8401**	**C 8402**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**C 8010**	**C 8011**	**C 8012**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Steril verpackt
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 





Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 3,6/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Type 1	**C 8110**	**C 8111**	**C 8112**
Artikel-Nr. Type 2	**C 8210**	**C 8211**	**C 8212**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Steril verpackt
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Type 1	**C 8310**	**C 8311**	**C 8312**
Artikel-Nr. Type 2	**C 8410**	**C 8411**	**C 8412**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**C 8020**	**C 8021**	**C 8022**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Steril verpackt
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 3,6/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Type 1	**C 8120**	**C 8121**	**C 8122**
Artikel-Nr. Type 2	**C 8220**	**C 8221**	**C 8222**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Steril verpackt
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Type 1	**C 8320**	**C 8321**	**C 8322**
Artikel-Nr. Type 2	**C 8420**	**C 8421**	**C 8422**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**C 8030**	**C 8031**	**C 8032**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Steril verpackt
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 3,6/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 65	C 65	C 65
Artikel-Nr. Type 1	**C 8130**	**C 8131**	**C 8132**
Artikel-Nr. Type 2	**C 8230**	**C 8231**	**C 8232**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Steril verpackt
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	C 65	C 65	C 65
Artikel-Nr. Type 1	**C 8330**	**C 8331**	**C 8332**
Artikel-Nr. Type 2	**C 8430**	**C 8431**	**C 8432**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-31-01		C 8501	C 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**C 8508**	**C 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	C 8501	C 8501
Artikel-Nr.	**C 8506**	**C 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 8517**	**C 8518**

Multi-unit Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

Neu



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	C 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**C 8500-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

Neu


- Titan



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**C 8502**	**C 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 2000**	**C 2100**	**C 2200**	**C 2300**	**C 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 2010**	**C 2110**	**C 2210**	**C 2310**	**C 2410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 2020**	**C 2120**	**C 2220**	**C 2320**	**C 2420**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade


- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 2030**	**C 2130**	**C 2230**	**C 2330**	**C 2430**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 6,0	D 6,0	D 6,0	D 6,0	D 6,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 2040**	**C 2140**	**C 2240**	**C 2340**	**C 2440**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**56**

Novaloc Abutment gerade


- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 6000**	**C 6100**	**C 6200**	**C 6300**	**C 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Artikel-Nr. Type 1	**C 6500-1**	**C 6600-1**	**C 6700-1**	**C 6800-1**	**C 6900-1**
Artikel-Nr. Type 2	**C 6500-2**	**C 6600-2**	**C 6700-2**	**C 6800-2**	**C 6900-2**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 6010**	**C 6110**	**C 6210**	**C 6310**	**C 6410**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Artikel-Nr. Type 1	**C 6510-1**	**C 6610-1**	**C 6710-1**	**C 6810-1**	**C 6910-1**
Artikel-Nr. Type 2	**C 6510-2**	**C 6610-2**	**C 6710-2**	**C 6810-2**	**C 6910-2**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 6020**	**C 6120**	**C 6220**	**C 6320**	**C 6420**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Artikel-Nr. Type 1	**C 6520-1**	**C 6620-1**	**C 6720-1**	**C 6820-1**	**C 6920-1**
Artikel-Nr. Type 2	**C 6520-2**	**C 6620-2**	**C 6720-2**	**C 6820-2**	**C 6920-2**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm




Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**C 6030**	**C 6130**	**C 6230**	**C 6330**	**C 6430**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	C 68	C 68	C 68	C 68	C 68
Artikel-Nr. Type 1	**C 6530-1**	**C 6630-1**	**C 6730-1**	**C 6830-1**	**C 6930-1**
Artikel-Nr. Type 2	**C 6530-2**	**C 6630-2**	**C 6730-2**	**C 6830-2**	**C 6930-2**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**C 5000**	**C 5100**	**C 5200**	**C 5300**	**C 5400**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**C 5010**	**C 5110**	**C 5210**	**C 5310**	**C 5410**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**C 5020**	**C 5120**	**C 5220**	**C 5320**	**C 5420**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**C 5030**	**C 5130**	**C 5230**	**C 5330**	**C 5430**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

CX-SERIE




Die Abutments der CX-Serie sind kompatibel zu

Medentis Medical
ICX®*-Active
ICX®*-Premium

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	D 3,75-4,8
Eindrehinstrument	Hex 1,4
Halteschraube	CX 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Kompatibilitäts-symbol	●
Artikel-Nr.	**CX 1400-SB**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

Laborimplantat

Neu

- Titan



Implantatanschluss	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		CX 80 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**CX 50**	**CX 80-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3,75-4,8
Artikel-Nr.	**CX 80 T**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- angussfähig
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,75-4,8
Eindrehinstrument	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 700**
Bitte beachten:	**Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- angussfähig
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,75-4,8
Eindrehinstrument	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 700 R**
Bitte beachten:	**Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	**In Kürze erhältlich**	**In Kürze erhältlich**
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,4	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60	CX 60
Laborschraube	CX 60 L	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 1600-S**	**CX 1601-S**
Bitte beachten:	**Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**	

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex Molar

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,4	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60	CX 60
Laborschraube	CX 60 L	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 1700-S**	**CX 1701-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,4	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60	CX 60
Laborschraube	CX 60 L	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 1800-S**	**CX 1801-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
SSC Flex rotierend Molar

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,4	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60	CX 60
Laborschraube	CX 60 L	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 1900-S**	**CX 1901-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis
ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- Drehmoment: 30 Ncm



		
Implantatanschluss	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,1	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	CX 61	CX 61
Artikel-Nr. Type 1	**CX 1600-1-SF**	**CX 1700-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis
ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	
Implantatanschluss	D 3,75-4,8
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,1
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Abutmentschraube	CX 61
Artikel-Nr.	**CX 1800**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm






Implantatanschluss	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	Hex 1,4	Hex 1,4	Hex 1,4	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60	CX 60	CX 60	CX 60
Laborschraube	CX 60 L	CX 60 L	CX 60 L	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 1000**	**CX 1200**	**CX 1100**	**CX 1300**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,75-4,8
Kaminhöhe	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65
Eindrehinstrument	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 1500**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm




Implantatanschluss	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Durchmesser	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,4	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60	CX 60
Laborschraube	CX 60 L	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 9000-R**	**CX 9000-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,75-4,8
Durchmesser	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 9800-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,75-4,8
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	**CX 9000-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

D-SERIE




Die Abutments der D-Serie sind kompatibel zu

BioHorizons Camlog Conelog®*


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche



TYP 2

abgewinkelt über Nocke

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

	Neu	Neu
		
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Halteschraube	D 60 SB	D 60 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0
Kompatibilitäts-symbol	▲	●
Artikel-Nr.	**D 1400-SB**	**D 1410-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**	

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu		 gerade unilateral lang	 gerade unilateral kurz	 gerade bilateral kurz	 abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	 abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan

			Neu	Neu
				
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3	D 3,3	D 3,8/4,3
Version			CADCAM-CS	CADCAM-CS
Eindrehinstrument			D 80 T	D 81 T
Konterschraube			Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**D 50**	**D 51**	**D 80-CS**	**D 81-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl

		
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3
Artikel-Nr.	**D 80 T**	**D 81 T**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Provisorisches Abutment

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	**D 3500**	**D 3510**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm






	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3	D 3,3	D 3,8/4,3
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 65	D 65	D 65	D 65
Laborschraube	D 65 L	D 65 L	D 65 L	D 65 L
Artikel-Nr.	**D 1600-S**	**D 1610-S**	**D 1601-S**	**D 1611-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
Implantatanschluss	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 65	D 65
Laborschraube	D 65 L	D 65 L
Artikel-Nr.	**D 1710-S**	**D 1711-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
				
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3	D 3,3	D 3,8/4,3
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 65	D 65	D 65	D 65
Laborschraube	D 65 L	D 65 L	D 65 L	D 65 L
Artikel-Nr.	**D 1800-S**	**D 1810-S**	**D 1801-S**	**D 1811-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm


	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 65	D 65
Laborschraube	D 65 L	D 65 L
Artikel-Nr.	**D 1910-S**	**D 1911-S**


Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SC (Scanbody Corner): winkelt über die rechte Ecke des Scanbodys ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3	D 3,3	D 3,8/4,3
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube		D 62	D 63	D 63
Artikel-Nr. Type 1	**D 1600-1-SC**	**D 1610-1-SC**	**D 1700-1-SC**	**D 1710-1-SC**
Artikel-Nr. Type 2	**D 1600-2-SF**	**D 1610-2-SF**	**D 1700-2-SF**	**D 1710-2-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	D 62	D 62
Artikel-Nr.	**D 1800**	**D 1810**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 60	D 60	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	**D 1000**	**D 1200**	**D 1100**	**D 1300**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 60	D 60	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	**D 1010**	**D 1210**	**D 1110**	**D 1310**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 0,65
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	**D 1500**	**D 1510**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 60	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	**D 9000-R**	**D 9010-R**	**D 9010-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3
Durchmesser	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	**D 9800-R**	**D 9810-16R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 3,3	D 3,8/4,3
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	**D 9000-ST**	**D 9010-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**	

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 20 Ncm







Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**D 4000**	**D 4100**	**D 4200**	**D 4300**	**D 4400**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 20 Ncm







Implantatanschluss	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**D 4010**	**D 4110**	**D 4210**	**D 4310**	**D 4410**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-28-01	D 7600	D 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**D 4730**	**D 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	D 7600	D 7600
Artikel-Nr.	**D 4710**	**D 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	D 7600		D 7600	
Artikel-Nr.	**D 4800**	**D 4810**	**D 4820**	**D 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	D 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**D 4900-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7 ▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:	**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

- Titan

Neu



Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**D 4610**	**D 4620**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**D 2000**	**D 2100**	**D 2200**	**D 2300**	**D 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**D 2010**	**D 2110**	**D 2210**	**D 2310**	**D 2410**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**56**	**57**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**D 6000**	**D 6100**	**D 6200**	**D 6300**	**D 6400**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**D 6010**	**D 6110**	**D 6210**	**D 6310**	**D 6410**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**58**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**D 5000**	**D 5100**	**D 5200**	**D 5300**	**D 5400**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**D 5010**	**D 5110**	**D 5210**	**D 5310**	**D 5410**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.

- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.**

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

DT-SERIE




Die Abutments der DT-Serie sind kompatibel zu

Dentium
SuperLine
Implantium
Implantium II

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

Neu



Implantatanschluss	D 3,6-7,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Halteschraube	DT 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Kompatibilitäts-symbol	●
Artikel-Nr.	**DT 1400-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan

Neu



Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		DT 80 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**DT 50**	**DT 80-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3,6-7,0
Artikel-Nr.	**DT 80 T**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	DT 64	DT 64
Laborschraube	DT 64 L	DT 64 L
Artikel-Nr.	**DT 1600-S**	**DT 1601-S**
Bitte beachten:	**Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**	

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	DT 64	DT 64
Laborschraube	DT 64 L	DT 64 L
Artikel-Nr.	**DT 1700-S**	**DT 1701-S**
Bitte beachten:	**Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**	

Titanbasis
SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	DT 64	DT 64
Laborschraube	DT 64 L	DT 64 L
Artikel-Nr.	**DT 1800-S**	**DT 1801-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis
SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	DT 64	DT 64
Laborschraube	DT 64 L	DT 64 L
Artikel-Nr.	**DT 1900-S**	**DT 1901-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm






Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	DT 61	DT 61
Laborschraube	DT 61 L	DT 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**DT 1600-1-SF**	**DT 1700-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6-7,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Abutmentschraube	DT 61
Laborschraube	DT 61 L
Artikel-Nr.	**DT 1800**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6-7,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	DT 60
Laborschraube	DT 60 L
Artikel-Nr.	**DT 9000-R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6-7,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	DT 60
Laborschraube	DT 60 L
Artikel-Nr.	**DT 9800-R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6-7,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	DT 60
Laborschraube	DT 60 L
Artikel-Nr.	**DT 9000-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**DT 8000**	**DT 8001**	**DT 8002**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	DT 63	DT 63	DT 63
Artikel-Nr. Type 1	**DT 8100**	**DT 8101**	**DT 8102**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	DT 63	DT 63	DT 63
Artikel-Nr. Type 1	**DT 8300**	**DT 8301**	**DT 8302**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-31-01		DT 8501	DT 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**DT 8508**	**DT 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	DT 8501	DT 8501
Artikel-Nr.	**DT 8506**	**DT 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**DT 8517**	**DT 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	DT 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**DT 8500-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

Neu

- Titan



Version	CADCAM-CS	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°
Eindrehinstrument	M 11-11 0-13-76			
Konterschraube	Hex 1,26			
Artikel-Nr.	**6-31-03**	**8504**	**8514-17**	**8514-30**

Multi-unit Zubehör

- Titan




Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**DT 8502**	**DT 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm







Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**DT 2000**	**DT 2100**	**DT 2200**	**DT 2300**	**DT 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**56**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm







Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**DT 6000**	**DT 6100**	**DT 6200**	**DT 6300**	**DT 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	DT 62	DT 62	DT 62	DT 62	DT 62
Artikel-Nr. Type 1	**DT 6500-1**	**DT 6600-1**	**DT 6700-1**	**DT 6800-1**	**DT 6900-1**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**DT 5000**	**DT 5100**	**DT 5200**	**DT 5300**	**DT 5400**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**


Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

E-SERIE




Die Abutments der E-Serie sind kompatibel zu

Nobel Biocare
NobelReplace®*
Replace Select™
NobelSpeedy®* Replace


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche




TYP 2

abgewinkelt über Nocke

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Abformpfosten offener Löffel


- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	NP 3,5	RP 4,3
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	**E 10**	**E 11**	**E 20**	**E 21**

Abformpfosten offener Löffel

- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	WP 5,0	WP 5,0
Länge	kurz	lang
Eindrehinstrument	UG	UG
Artikel-Nr.	**E 12**	**E 22**

Abformpfosten geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Artikel-Nr.	**E 30**	**E 31**	**E 32**

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	**Neu**	**Neu**	**Neu**
Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0	D 6,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Halteschraube	E 60 SB	E 61 SB	E 61 SB	E 61 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5	D 5,0	D 5,5
Kompatibilitäts-symbol	●	■	⬟	▲
Artikel-Nr.	**E 1400-SB**	**E 1410-SB**	**E 1420-SB**	**E 1430-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu




		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4
D 5,5	⏢	6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

Laborimplantat

- Titan

Neu **Neu**



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	NP 3,5	RP 4,3
Version			CADCAM-CS	CADCAM-CS
Eindrehinstrument			E 80 T	E 81 T
Konterschraube			Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**E 50**	**E 51**	**E 80-CS**	**E 81-CS**

Laborimplantat

- Titan

Neu **Neu**



Implantatanschluss	WP 5,0	D 6,0	WP 5,0	D 6,0
Version			CADCAM-CS	CADCAM-CS
Eindrehinstrument			E 82 T	E 83 T
Konterschraube			Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**E 52**	**E 53**	**E 82-CS**	**E 83-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0	D 6,0
Artikel-Nr.	**E 80 T**	**E 81 T**	**E 82 T**	**E 83 T**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Provisorisches Abutment

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 3500**	**E 3510**	**E 3520**

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 3700**	**E 3710**	**E 3720**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	NP 3,5	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 3,7	D 4,5	D 4,5	D 5,3
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 60	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 60 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 100-1**	**E 110-1**	**E 100**	**E 110**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	WP 5,0	D 6,0	WP 5,0	D 6,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 5,6	D 6,2	D 5,5	D 6,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 61	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 120-1**	**E 130-1**	**E 120**	**E 130**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 






Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	NP 3,5	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 3,7	D 4,5	D 4,5	D 4,8
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 60	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 60 L	E 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**E 200-1-1**	**E 210-1-1**	**E 200-1**	**E 210-1**
Artikel-Nr. Type 2	**E 200-2-1**	**E 210-2-1**	**E 200-2**	**E 210-2**

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 






Implantatanschluss	WP 5,0	D 6,0	WP 5,0	D 6,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 5,2	D 6,2	D 5,5	D 6,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 61	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**E 220-1-1**	**E 230-1-1**	**E 220-1**	**E 230-1**
Artikel-Nr. Type 2	**E 220-2-1**	**E 230-2-1**	**E 220-2**	**E 230-2**

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0	D 6,0
Goldgewicht (g)	0,37	0,63	0,77	1,33
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 300**	**E 310**	**E 320**	**E 330**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Goldgewicht (g)	0,30	0,48	0,56
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 300 R**	**E 310 R**	**E 320 R**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 700**	**E 710**	**E 720**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 700 R**	**E 710 R**	**E 720 R**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Massivabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0	D 6,0
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 4,8	D 5,0	D 5,8	D 6,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 400**	**E 410**	**E 420**	**E 430**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**			

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 4,6	D 5,0	D 5,8
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**E 500-1**	**E 510-1**	**E 520-1**
Artikel-Nr. Type 2	**E 500-2**	**E 510-2**	**E 520-2**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**		

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- SC (Scanbody Corner): winkelt über die rechte Ecke des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type SF 

Type 2  Type SC 



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	E 68	E 69	E 69
Artikel-Nr. Type 1	**E 1600-1-SF**	**E 1610-1-SF**	**E 1620-1-SF**
Artikel-Nr. Type 2	**E 1600-2-SC**	**E 1610-2-SC**	**E 1620-2-SC**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**		

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	E 68	E 69	E 69
Artikel-Nr.	**E 1800**	**E 1810**	**E 1820**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis
2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	NP 3,5	RP 4,3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 60	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 60 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 1000**	**E 1010**	**E 1100**	**E 1110**

Titanbasis
2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	WP 5,0	D 6,0	WP 5,0	D 6,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 61	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 1020**	**E 1030**	**E 1120**	**E 1130**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 1500**	**E 1510**	**E 1520**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm







Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0	RP 4,3	WP 5,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 9000-R**	**E 9010-R**	**E 9020-R**	**E 9010-16R**	**E 9020-16R**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 6,0
Durchmesser	D 16,0
Eindrehinstrument	UG
Abutmentschraube	E 61
Laborschraube	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 9030-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 9800-R**	**E 9810-16R**	**E 9820-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	**E 9000-ST**	**E 9010-ST**	**E 9020-ST**

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**E 4000**	**E 4100**	**E 4200**	**E 4300**	**E 4400**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**E 4010**	**E 4110**	**E 4210**	**E 4310**	**E 4410**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	UG	UG
Brückenschraube	6-28-01	E 7600	E 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**E 4730**	**E 4840**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	UG	UG
Brückenschraube	E 7600	E 7600
Artikel-Nr.	**E 4710**	**E 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebehülse	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Brückenschraube	E 7600		E 7600	
Artikel-Nr.	**E 4800**	**E 4810**	**E 4820**	**E 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	UG
Brückenschraube	E 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**E 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7 ▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:	**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

Neu

- Titan





Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan





Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**E 4610**	**E 4620**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP 3,5	NP 3,5
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**E 8000**	**E 8001**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindrehinstrument M 11-11.**	

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	NP 3,5	NP 3,5
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	E 601	E 601
Artikel-Nr. Type 1	**E 8100**	**E 8101**
Artikel-Nr. Type 2	**E 8200**	**E 8201**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	NP 3,5	NP 3,5
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	E 601	E 601
Artikel-Nr. Type 1	**E 8300**	**E 8301**
Artikel-Nr. Type 2	**E 8400**	**E 8401**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss	RP 4,3	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**E 8010**	**E 8011**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindrehinstrument M 11-11.**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	RP 4,3	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	E 602	E 602
Artikel-Nr. Type 1	**E 8110**	**E 8111**
Artikel-Nr. Type 2	**E 8210**	**E 8211**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	RP 4,3	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	E 602	E 602
Artikel-Nr. Type 1	**E 8310**	**E 8311**
Artikel-Nr. Type 2	**E 8410**	**E 8411**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss	WP 5,0	WP 5,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**E 8020**	**E 8021**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindrehinstrument M 11-11.**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	WP 5,0	WP 5,0
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	E 602	E 602
Artikel-Nr. Type 1	**E 8120**	**E 8121**
Artikel-Nr. Type 2	**E 8220**	**E 8221**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	WP 5,0	WP 5,0
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	E 602	E 602
Artikel-Nr. Type 1	**E 8320**	**E 8321**
Artikel-Nr. Type 2	**E 8420**	**E 8421**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		UG	UG
Brückenschraube	6-31-01		E 8501	E 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**E 8508**	**E 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	UG	UG
Brückenschraube	E 8501	E 8501
Artikel-Nr.	**E 8506**	**E 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	UG	UG
Artikel-Nr.	**E 8517**	**E 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	UG
Brückenschraube	E 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**E 8500-SB**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

- Titan


Neu



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**E 8502**	**E 8503**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**E 2000**	**E 2100**	**E 2200**	**E 2300**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 




Implantatanschluss	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	E 64	E 64	E 64	E 64	E 64
Artikel-Nr. Type 1	**E 2500-1**	**E 2600-1**	**E 2700-1**	**E 2800-1**	**E 2900-1**
Artikel-Nr. Type 2	**E 2500-2**	**E 2600-2**	**E 2700-2**	**E 2800-2**	**E 2900-2**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**E 2010**	**E 2110**	**E 2210**	**E 2310**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	E 65	E 65	E 65	E 65	E 65
Artikel-Nr. Type 1	**E 2510-1**	**E 2610-1**	**E 2710-1**	**E 2810-1**	**E 2910-1**
Artikel-Nr. Type 2	**E 2510-2**	**E 2610-2**	**E 2710-2**	**E 2810-2**	**E 2910-2**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	WP 5,0	WP 5,0	WP 5,0	WP 5,0	WP 5,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**E 2020**	**E 2120**	**E 2220**	**E 2320**	**E 2420**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**56**	**57**
Please note:	**The entire product overview is available in section Novaloc.**	

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	**E 6000**	**E 6100**	**E 6200**	**E 6300**	**E 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	**E 6010**	**E 6110**	**E 6210**	**E 6310**	**E 6410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**58**
Please note:	**The entire product overview is available in section Novaloc.**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**E 5000**	**E 5100**	**E 5200**	**E 5300**	**E 5400**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**E 5010**	**E 5110**	**E 5210**	**E 5310**	**E 5410**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

EV-SERIE




Die Abutments der EV-Serie sind kompatibel zu

DENTSPLY SIRONA
ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche



TYP 2

abgewinkelt über Nocke

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	Neu	Neu	Neu	Neu
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Halteschraube	EV 60 SB	EV 61 SB	EV 62 SB	EV 63 SB	EV 63 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 4,5	D 5,0	D 5,5
Kompatibilitäts-symbol	▲	●	■	⬟	⏢
Artikel-Nr.	**EV 1400-SB**	**EV 1410-SB**	**EV 1420-SB**	**EV 1430-SB**	**EV 1440-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**				

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung



Neu		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4
D 5,5	⏢	6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan



		Neu		Neu
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		EV 80 T		EV 81 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**EV 50**	**EV 80-CS**	**EV 51**	**EV 81-CS**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Laborimplantat

· Titan








		Neu		Neu
Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,8	D 4,8
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		EV 82 T		EV 83 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**EV 52**	**EV 82-CS**	**EV 53**	**EV 83-CS**

Laborimplantat

· Titan




			Neu
Implantatanschluss		D 5,4	D 5,4
Version			CADCAM-CS
Eindrehinstrument			EV 84 T
Konterschraube			Hex 1,26
Artikel-Nr.		**EV 54**	**EV 84-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

· Edelstahl







Implantatanschluss	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Artikel-Nr.	**EV 80 T**	**EV 81 T**	**EV 82 T**	**EV 83 T**	**EV 84 T**

Standardabutment gerade

· Titan
· inkl. Abutmentschraube
· Drehmoment: 25 Ncm






Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6
Gingivahöhe	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Durchmesser	D 4,0	D 4,0	D 4,5	D 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 60	EV 60	EV 61	EV 61
Laborschraube	EV 60 L	EV 60 L	EV 61 L	EV 61 L
Artikel-Nr.	**EV 100-1**	**EV 100-3**	**EV 110-1**	**EV 110-3**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1 



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6
Gingivahöhe	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Durchmesser	D 4,0	D 4,0	D 4,5	D 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 60	EV 60	EV 61	EV 61
Laborschraube	EV 60 L	EV 60 L	EV 61 L	EV 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**EV 200-1-1**	**EV 200-1-3**	**EV 210-1-1**	**EV 210-1-3**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,8	D 4,8
Gingivahöhe	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,5	D 5,5	D 7,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 62	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 62 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 120-1**	**EV 120-3**	**EV 130-1**	**EV 130-3**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1 



Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,8	D 4,8
Gingivahöhe	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,5	D 5,5	D 7,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 62	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 62 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr. Type 1	**EV 220-1-1**	**EV 220-1-3**	**EV 230-1-1**	**EV 230-1-3**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm




Implantatanschluss	D 5,4	D 5,4
Gingivahöhe	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Durchmesser	D 7,0	D 7,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 140-1**	**EV 140-3**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1 




Implantatanschluss	D 5,4	D 5,4
Gingivahöhe	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Durchmesser	D 7,0	D 7,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr. Type 1	**EV 240-1-1**	**EV 240-1-3**

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	D 3,6	D 4,2	D 4,8
Goldgewicht (g)	0,35	0,48	0,67
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 61	EV 62	EV 63
Laborschraube	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 310**	**EV 320**	**EV 330**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6	D 4,2	D 4,8
Goldgewicht (g)	0,31	0,44	0,60
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 61	EV 62	EV 63
Laborschraube	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 310 R**	**EV 320 R**	**EV 330 R**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 700**	**EV 710**	**EV 720**	**EV 730**	**EV 740**
Bitte beachten:	**Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**				

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 700 R**	**EV 710 R**	**EV 720 R**	**EV 730 R**	**EV 740 R**
Bitte beachten:	**Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	Neu	Neu	Neu	Neu	Neu
					
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Durchmesser	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 602	EV 602	EV 603	EV 603	EV 603
Laborschraube	EV 602 L	EV 602 L	EV 603 L	EV 603 L	EV 603 L
Artikel-Nr.	**EV 1600-S**	**EV 1601-S**	**EV 1610-S**	**EV 1611-S**	**EV 1612-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	Neu	Neu	Neu
			
Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Durchmesser	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 604	EV 604	EV 604
Laborschraube	EV 604 L	EV 604 L	EV 604 L
Artikel-Nr.	**EV 1620-S**	**EV 1621-S**	**EV 1622-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	Neu	Neu	Neu	Neu
				
Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 5,4	D 5,4
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0
Durchmesser	D 5,0	D 5,0	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 605	EV 605	EV 605	EV 605
Laborschraube	EV 605 L	EV 605 L	EV 605 L	EV 605 L
Artikel-Nr.	**EV 1630-S**	**EV 1631-S**	**EV 1640-S**	**EV 1641-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	Neu	Neu
		
Implantatanschluss	D 3,6	D 3,6
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0
Durchmesser	D 4,0	D 4,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 603	EV 603
Laborschraube	EV 603 L	EV 603 L
Artikel-Nr.	**EV 1810-S**	**EV 1811-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	Neu	Neu
		
Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0
Durchmesser	D 4,5	D 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 604	EV 604
Laborschraube	EV 604 L	EV 604 L
Artikel-Nr.	**EV 1820-S**	**EV 1821-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	Neu	Neu	Neu	Neu
				
Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 5,4	D 5,4
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0
Durchmesser	D 5,0	D 5,0	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 605	EV 605	EV 605	EV 605
Laborschraube	EV 605 L	EV 605 L	EV 605 L	EV 605 L
Artikel-Nr.	**EV 1830-S**	**EV 1831-S**	**EV 1840-S**	**EV 1841-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 2  Type SF 






Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,15	GH 2,5	GH 1,15	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	EV 70	EV 600	EV 67	EV 601
Artikel-Nr. Type 2	**EV 1600-2-SF**	**EV 1700-2-SF**	**EV 1610-2-SF**	**EV 1710-2-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 2  Type SF 






Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,8	D 4,8
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,15	GH 2,5	GH 1,15	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	EV 68	EV 68	EV 69	EV 69
Artikel-Nr. Type 2	**EV 1620-2-SF**	**EV 1720-2-SF**	**EV 1630-2-SF**	**EV 1730-2-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 2  Type SF 




Implantatanschluss	D 5,4	D 5,4
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,15	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	EV 69	EV 69
Artikel-Nr. Type 2	**EV 1640-2-SF**	**EV 1740-2-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,15	GH 1,15	GH 1,15	GH 1,15	GH 1,15
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	EV 70	EV 67	EV 68	EV 69	EV 69
Artikel-Nr.	**EV 1800**	**EV 1810**	**EV 1820**	**EV 1830**	**EV 1840**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**				

Titanbasis
2. Generation


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	D 3,0	D 3,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 60	EV 60	EV 60	EV 60
Laborschraube	EV 60 L	EV 60 L	EV 60 L	EV 60 L
Artikel-Nr.	**EV 1000**	**EV 1200**	**EV 1100**	**EV 1300**

Titanbasis
2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 61	EV 61	EV 61	EV 61
Laborschraube	EV 61 L	EV 61 L	EV 61 L	EV 61 L
Artikel-Nr.	**EV 1010**	**EV 1210**	**EV 1110**	**EV 1310**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 62	EV 62	EV 62	EV 62
Laborschraube	EV 62 L	EV 62 L	EV 62 L	EV 62 L
Artikel-Nr.	**EV 1020**	**EV 1220**	**EV 1120**	**EV 1320**

Titanbasis 2. Generation


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 1030**	**EV 1230**	**EV 1130**	**EV 1330**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 5,4	D 5,4	D 5,4	D 5,4
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 1040**	**EV 1240**	**EV 1140**	**EV 1340**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 0,65	GH 0,65	GH 0,65
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 1500**	**EV 1510**	**EV 1520**	**EV 1530**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,6	D 3,6	D 4,2	D 4,2
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 61	EV 62	EV 62
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 62 L
Artikel-Nr.	**EV 9000-R**	**EV 9010-R**	**EV 9010-16R**	**EV 9020-R**	**EV 9020-16R**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 5,4	D 5,4
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 9030-R**	**EV 9030-16R**	**EV 9040-R**	**EV 9040-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 9800-R**	**EV 9810-16R**	**EV 9820-16R**	**EV 9830-16R**	**EV 9840-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	**EV 9000-ST**	**EV 9010-ST**	**EV 9020-ST**	**EV 9030-ST**	**EV 9040-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**				

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**EV 8010**	**EV 8011**	**EV 8012**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 64	EV 64	EV 64
Artikel-Nr. Type 1	**EV 8110**	**EV 8111**	**EV 8112**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 64	EV 64	EV 64
Artikel-Nr. Type 1	**EV 8310**	**EV 8311**	**EV 8312**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**EV 8020**	**EV 8021**	**EV 8022**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 65	EV 65	EV 65
Artikel-Nr. Type 1	**EV 8120**	**EV 8121**	**EV 8122**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 65	EV 65	EV 65
Artikel-Nr. Type 1	**EV 8320**	**EV 8321**	**EV 8322**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**EV 8030**	**EV 8031**	**EV 8032**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 66	EV 66	EV 66
Artikel-Nr. Type 1	**EV 8130**	**EV 8131**	**EV 8132**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	EV 66	EV 66	EV 66
Artikel-Nr. Type 1	**EV 8330**	**EV 8331**	**EV 8332**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-31-01		EV 8501	EV 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**EV 8508**	**EV 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	EV 8501	EV 8501
Artikel-Nr.	**EV 8506**	**EV 8507**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**EV 8517**	**EV 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	EV 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**EV 8500-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5 ■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:	**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Laborimplantat

Neu


- Titan



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**EV 8502**	**EV 8503**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**EV 6010**	**EV 6110**	**EV 6210**	**EV 6310**	**EV 6410**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 2





Implantatanschluss	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	EV 67	EV 67	EV 67	EV 67	EV 67
Artikel-Nr. Type 2	**EV 6510-2**	**EV 6610-2**	**EV 6710-2**	**EV 6810-2**	**EV 6910-2**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**EV 6020**	**EV 6120**	**EV 6220**	**EV 6320**	**EV 6420**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 2 



Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	EV 68	EV 68	EV 68	EV 68	EV 68
Artikel-Nr. Type 2	**EV 6520-2**	**EV 6620-2**	**EV 6720-2**	**EV 6820-2**	**EV 6920-2**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**				

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**EV 6030**	**EV 6130**	**EV 6230**	**EV 6330**	**EV 6430**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 2 



Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	EV 69	EV 69	EV 69	EV 69	EV 69
Artikel-Nr. Type 2	**EV 6530-2**	**EV 6630-2**	**EV 6730-2**	**EV 6830-2**	**EV 6930-2**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

Please note: The entire product overview is available in section Novaloc.

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**EV 5010**	**EV 5110**	**EV 5210**	**EV 5310**	**EV 5410**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**EV 5020**	**EV 5120**	**EV 5220**	**EV 5320**	**EV 5420**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**EV 5030**	**EV 5130**	**EV 5230**	**EV 5330**	**EV 5430**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.**

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

F-SERIE




Die Abutments der F-Serie sind kompatibel zu

Nobel Biocare
NobelActive®* CC
NobelReplace®* CC
NobelParallel™ CC


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche




TYP 2

abgewinkelt über Eck

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Abformpfosten offener Löffel


- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	NP	NP	RP	RP
Länge	kurz	lang	kurz	lang
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	**F 10**	**F 20**	**F 11**	**F 21**

Abformpfosten geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube



Implantatanschluss	D 3,0	NP	RP
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 61
Artikel-Nr.	**F 32**	**F 30**	**F 31**

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	**Neu**	**Neu**	**Neu**
Implantatanschluss	D 3,0	NP	RP	WP
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Halteschraube	F 66 SB	F 60 SB	F 61 SB	F 61 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 4,5	D 5,0
Kompatibilitäts-symbol	▲	●	■	⬟
Artikel-Nr.	**F 1420-SB**	**F 1400-SB**	**F 1410-SB**	**F 1430-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4


Bitte beachten: Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Laborimplantat

- Titan






		Neu		Neu
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	NP	NP
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		F 82 T		F 80 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**F 52**	**F 82-CS**	**F 50**	**F 80-CS**

Laborimplantat

- Titan






		Neu		Neu
Implantatanschluss	RP	RP	WP	WP
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		F 81 T		F 83 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**F 51**	**F 81-CS**	**F 53**	**F 83-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl






Implantatanschluss	D 3,0	NP	RP	WP
Artikel-Nr.	**F 82 T**	**F 80 T**	**F 81 T**	**F 83 T**

Provisorisches Abutment

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: NP: 35 Ncm
- Drehmoment: RP: 35 Ncm





Implantatanschluss	D 3,0	NP	RP
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 61
Laborschraube	F 66 L	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 3520**	**F 3500**	**F 3510**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NP	RP
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 3700**	**F 3710**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	NP	NP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 60	F 61	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 60 L	F 61 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 100**	**F 100-3**	**F 110**	**F 110-3**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 






Implantatanschluss	NP	NP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 60	F 61	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 60 L	F 61 L	F 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**F 200-1**	**F 200-1-3**	**F 210-1**	**F 210-1-3**
Artikel-Nr. Type 2	**F 200-2**	**F 200-2-3**	**F 210-2**	**F 210-2-3**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NP	RP
Goldgewicht (g)	0,35	0,44
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 300**	**F 310**

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NP	RP
Goldgewicht (g)	0,28	0,37
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 300 R**	**F 310 R**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NP	RP
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 700**	**F 710**
Bitte beachten:	**Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**	

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NP	RP
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 700 R**	**F 710 R**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

Massivabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NP	RP
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 5,0	D 5,5
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 400**	**F 410**

Bitte beachten: **Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 




Implantatanschluss	NP	RP
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 5,0	D 5,5
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**F 500-1**	**F 510-1**
Artikel-Nr. Type 2	**F 500-2**	**F 510-2**

Bitte beachten: **Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: NP: 35 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
				
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	NP	NP
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 66	F 604	F 604
Laborschraube	F 66 L	F 66 L	F 604 L	F 604 L
Artikel-Nr.	**F 1620-S**	**F 1621-S**	**F 1600-S**	**F 1601-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
					
Implantatanschluss	RP	RP	RP	WP	WP
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5	GH 3,5	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 605	F 605	F 605	F 605	F 605
Laborschraube	F 605 L	F 605 L	F 605 L	F 605 L	F 605 L
Artikel-Nr.	**F 1610-S**	**F 1611-S**	**F 1612-S**	**F 1630-S**	**F 1631-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	RP	RP
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 605	F 605
Laborschraube	F 605 L	F 605 L
Artikel-Nr.	**F 1710-S**	**F 1711-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	NP	NP
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 604	F 604
Laborschraube	F 604 L	F 604 L
Artikel-Nr.	**F 1800-S**	**F 1801-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
				
Implantatanschluss	RP	RP	WP	WP
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 605	F 605	F 605	F 605
Laborschraube	F 605 L	F 605 L	F 605 L	F 605 L
Artikel-Nr.	**F 1810-S**	**F 1811-S**	**F 1830-S**	**F 1831-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	RP	RP
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 605	F 605
Laborschraube	F 605 L	F 605 L
Artikel-Nr.	**F 1910-S**	**F 1911-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: NP: 35 Ncm

Type 1  Type SF 



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	NP	NP
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	F 69	F 602	F 67	F 67
Artikel-Nr. Type 1	**F 1620-1-SF**	**F 1720-1-SF**	**F 1600-1-SF**	**F 1700-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type SF 



Implantatanschluss	RP	RP	WP	WP
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	F 68	F 68	F 68	F 68
Artikel-Nr. Type 1	**F 1610-1-SF**	**F 1710-1-SF**	**F 1630-1-SF**	**F 1730-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: NP: 35 Ncm
- Drehmoment: RP: 35 Ncm
- Drehmoment: WP: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	NP	RP	WP
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	F 69	F 67	F 68	F 68
Artikel-Nr.	**F 1820**	**F 1800**	**F 1810**	**F 1830**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 0,65
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 66
Laborschraube	F 66 L	F 66 L
Artikel-Nr.	**F 1020**	**F 1120**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 60	F 60	F 60
Laborschraube	F 60 L	F 60 L	F 60 L	F 60 L
Artikel-Nr.	**F 1000**	**F 1200**	**F 1100**	**F 1300**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 61	F 61	F 61	F 61
Laborschraube	F 61 L	F 61 L	F 61 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 1010**	**F 1210**	**F 1110**	**F 1310**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: NP: 35 Ncm
- Drehmoment: RP: 35 Ncm





Implantatanschluss	D 3,0	NP	RP
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 0,65	GH 0,65
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 61
Laborschraube	F 66 L	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 1520**	**F 1500**	**F 1510**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: NP: 35 Ncm
- Drehmoment: RP: 35 Ncm







Implantatanschluss	D 3,0	NP	NP	RP	RP
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 60	F 61	F 61
Laborschraube	F 66 L	F 60 L	F 60 L	F 61 L	F 61 L
Artikel-Nr.	**F 9020-R**	**F 9000-R**	**F 9000-16R**	**F 9010-R**	**F 9010-16R**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: NP: 35 Ncm
- Drehmoment: RP: 35 Ncm



Implantatanschluss	WP
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	UG
Abutmentschraube	F 603
Laborschraube	F 603 L
Artikel-Nr.	**F 9030-R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: NP: 35 Ncm
- Drehmoment: RP: 35 Ncm
- Drehmoment: WP: 35 Ncm






Implantatanschluss	D 3,0	NP	RP	WP
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 16,0	D 11,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 61	F 603
Laborschraube	F 66 L	F 60 L	F 61 L	F 603 L
Artikel-Nr.	**F 9820-R**	**F 9800-16R**	**F 9810-16R**	**F 9830-R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: NP: 35 Ncm
- Drehmoment: RP: 35 Ncm
- Drehmoment: WP: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	NP	RP	WP
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 61	F 603
Laborschraube	F 66 L	F 60 L	F 61 L	F 603 L
Artikel-Nr.	**F 9020-ST**	**F 9000-ST**	**F 9010-ST**	**F 9030-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**			

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**F 4000**	**F 4100**	**F 4200**	**F 4300**	**F 4400**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**F 4010**	**F 4110**	**F 4210**	**F 4310**	**F 4410**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	UG	UG
Brückenschraube	6-28-01	F 7600	F 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**F 4730**	**F 4840**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	UG	UG
Brückenschraube	F 7600	F 7600
Artikel-Nr.	**F 4710**	**F 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Brückenschraube	F 7600		F 7600	
Artikel-Nr.	**F 4800**	**F 4810**	**F 4820**	**F 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	UG
Brückenschraube	F 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**F 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7 ▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:	**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

Neu

- Titan





Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan





Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**F 4610**	**F 4620**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm









Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**F 8000**	**F 8003**	**F 8001**	**F 8002**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 600	F 600	F 600
Artikel-Nr. Type 1	**F 8100**	**F 8101**	**F 8102**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 600	F 600	F 600
Artikel-Nr. Type 1	**F 8300**	**F 8301**	**F 8302**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**F 8010**	**F 8013**	**F 8011**	**F 8012**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 601	F 601	F 601
Artikel-Nr. Type 1	**F 8110**	**F 8111**	**F 8112**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 601	F 601	F 601
Artikel-Nr. Type 1	**F 8310**	**F 8311**	**F 8312**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	WP	WP	WP	WP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**F 8030**	**F 8033**	**F 8031**	**F 8032**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	WP	WP	WP
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 601	F 601	F 601
Artikel-Nr. Type 1	**F 8130**	**F 8131**	**F 8132**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	WP	WP	WP
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 601	F 601	F 601
Artikel-Nr. Type 1	**F 8330**	**F 8331**	**F 8332**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		UG	UG
Brückenschraube	6-31-01		F 8501	F 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**F 8508**	**F 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	UG	UG
Brückenschraube	F 8501	F 8501
Artikel-Nr.	**F 8506**	**F 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	UG	UG
Artikel-Nr.	**F 8517**	**F 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	UG
Brückenschraube	F 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**F 8500-SB**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm




Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

- Titan


Neu



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**F 8502**	**F 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**F 2000**	**F 2100**	**F 2200**	**F 2300**	**F 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	F 64	F 64	F 64	F 64	F 64
Artikel-Nr. Type 1	**F 2500-1**	**F 2600-1**	**F 2700-1**	**F 2800-1**	**F 2900-1**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**F 2010**	**F 2110**	**F 2210**	**F 2310**	**F 2410**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	F 65	F 65	F 65	F 65	F 65
Artikel-Nr. Type 1	**F 2510-1**	**F 2610-1**	**F 2710-1**	**F 2810-1**	**F 2910-1**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl




Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**56**	**57**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm







Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	**F 6000**	**F 6100**	**F 6200**	**F 6300**	**F 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1 







Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	F 67	F 67	F 67	F 67	F 67
Artikel-Nr. Type 1	**F 6500-1**	**F 6600-1**	**F 6700-1**	**F 6800-1**	**F 6900-1**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**				

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm







Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	**F 6010**	**F 6110**	**F 6210**	**F 6310**	**F 6410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	F 68	F 68	F 68	F 68	F 68
Artikel-Nr. Type 1	**F 6510-1**	**F 6610-1**	**F 6710-1**	**F 6810-1**	**F 6910-1**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**F 5000**	**F 5100**	**F 5200**	**F 5300**	**F 5400**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**F 5010**	**F 5110**	**F 5210**	**F 5310**	**F 5410**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.

- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.**

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

GM-SERIE




Die Abutments der GM-Serie sind kompatibel zu

Neodent®*
Grand Morse®*

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-5,0
Eindrehinstrument	Neodent
Halteschraube	GM 61 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Kompatibilitäts-symbol	●
Artikel-Nr.	**GM 1400-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan

Neu




Implantatanschluss	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		GM 80 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**GM 50**	**GM 80-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3,5-5,0
Artikel-Nr.	**GM 80 T**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
			
Implantatanschluss	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Eindrehinstrument	Neodent	Neodent	Neodent
Abutmentschraube	GM 63	GM 63	GM 63
Laborschraube	GM 63 L	GM 63 L	GM 63 L
Artikel-Nr.	**GM 1600-S**	**GM 1601-S**	**GM 1602-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Neodent	Neodent
Abutmentschraube	GM 63	GM 63
Laborschraube	GM 63 L	GM 63 L
Artikel-Nr.	**GM 1700-S**	**GM 1701-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Neodent	Neodent
Abutmentschraube	GM 63	GM 63
Laborschraube	GM 63 L	GM 63 L
Artikel-Nr.	**GM 1800-S**	**GM 1801-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis
SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Neodent	Neodent
Abutmentschraube	GM 63	GM 63
Laborschraube	GM 63 L	GM 63 L
Artikel-Nr.	**GM 1900-S**	**GM 1901-S**


Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abtmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	GM 62	GM 62
Laborschraube	GM 62 L	GM 62 L
Artikel-Nr. Type 1	**GM 1600-1-SF**	**GM 1700-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Abutmentschraube	GM 62
Laborschraube	GM 62 L
Artikel-Nr.	**GM 1800**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Neodent	Neodent	Neodent	Neodent
Abutmentschraube	GM 61	GM 61	GM 61	GM 61
Laborschraube	GM 61 L	GM 61 L	GM 61 L	GM 61 L
Artikel-Nr.	**GM 1000**	**GM 1200**	**GM 1100**	**GM 1300**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Neodent	Neodent
Abutmentschraube	GM 61	GM 61
Laborschraube	GM 61 L	GM 61 L
Artikel-Nr.	**GM 1500**	**GM 1600**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-5,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Neodent
Abutmentschraube	GM 61
Laborschraube	GM 61 L
Artikel-Nr.	**GM 9000-R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-5,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Neodent
Abutmentschraube	GM 61
Laborschraube	GM 61 L
Artikel-Nr.	**GM 9800-R**

TI-Forms-Abutment für M-Series


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-5,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Neodent
Abutmentschraube	GM 61
Laborschraube	GM 61 L
Artikel-Nr.	**GM 9000-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

H-SERIE




Die Abutments der H-Serie sind kompatibel zu

ZimVie*
Biomet 3i Certain®


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche




TYP 2

abgewinkelt über Eck

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Abformpfosten geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Artikel-Nr.	**H 30**	**H 31**	**H 32**

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Halteschraube	H 60 SB	H 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 5,0
Kompatibilitäts-symbol	●	⬟
Artikel-Nr.	**H 1400-SB**	**H 1410-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**	

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		H 80 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**H 50**	**H 80-CS**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Laborimplantat

Neu

· Titan




Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		H 81 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**H 51**	**H 81-CS**

Laborimplantat

Neu

· Titan




Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		H 82 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**H 52**	**H 82-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

· Edelstahl





Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Artikel-Nr.	**H 80 T**	**H 81 T**	**H 82 T**

Provisorisches Abutment

· Titan
· inkl. Abutmentschraube
· Drehmoment: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 3500**	**H 3510**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 3700**	**H 3710**	**H 3720**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser	D 4,2	D 4,5	D 4,7	D 5,2
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 100**	**H 100-3**	**H 110**	**H 110-3**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser	D 5,9	D 6,2
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 120**	**H 120-3**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 






Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser	D 4,2	D 4,5	D 4,7	D 5,2
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr. Type 1	**H 200-1**	**H 200-1-3**	**H 210-1**	**H 210-1-3**
Artikel-Nr. Type 2	**H 200-2**	**H 200-2-3**	**H 210-2**	**H 210-2-3**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1  Type 2 




Implantatanschluss			D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe			GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser			D 5,7	D 6,2
Eindrehinstrument			Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube			H 60	H 60
Laborschraube			H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr. Type 1			**H 220-1**	**H 220-1-3**
Artikel-Nr. Type 2			**H 220-2**	**H 220-2-3**

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Goldgewicht (g)	0,43	0,63	0,88
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 300**	**H 310**	**H 320**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Goldgewicht (g)	0,35	0,54	0,79
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 300 R**	**H 310 R**	**H 320 R**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 700**	**H 710**	**H 720**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 700 R**	**H 710 R**	**H 720 R**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Massivabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 4,7	D 5,4	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 400**	**H 410**	**H 420**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**		

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 4,7	D 5,4	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr. Type 1	**H 500-1**	**H 510-1**	**H 520-1**
Artikel-Nr. Type 2	**H 500-2**	**H 510-2**	**H 520-2**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**		

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	H 63	H 63	H 63
Artikel-Nr. Type 1	**H 1600-1-SF**	**H 1610-1-SF**	**H 1620-1-SF**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**		

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	H 63	H 63	H 63
Artikel-Nr.	**H 1800**	**H 1810**	**H 1820**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis
2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm






Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 1000**	**H 1100**	**H 1010**	**H 1110**

Titanbasis
2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 1020**	**H 1120**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 1500**	**H 1510**	**H 1520**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm






Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 4,1	D 5,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 9000-R**	**H 9010-R**	**H 9010-16R**	**H 9020-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 9800-R**	**H 9810-16R**	**H 9820-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	**H 9000-ST**	**H 9010-ST**	**H 9020-ST**

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**H 4000**	**H 4100**	**H 4200**	**H 4300**	**H 4400**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**H 4010**	**H 4110**	**H 4210**	**H 4310**	**H 4410**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	6-28-01	H 7600	H 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**H 4730**	**H 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	H 7600	H 7600
Artikel-Nr.	**H 4710**	**H 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	H 7600		H 7600	
Artikel-Nr.	**H 4800**	**H 4810**	**H 4820**	**H 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,2
Brückenschraube	H 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**H 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

Neu

- Titan





Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan





Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**H 4610**	**H 4620**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm







Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**H 8000**	**H 8001**	**H 8002**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 0,6/2,0	GH 1,6/3,0	GH 3,6/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 62	H 62	H 62
Artikel-Nr. Type 1	**H 8100**	**H 8101**	**H 8102**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 62	H 62	H 62
Artikel-Nr. Type 1	**H 8300**	**H 8301**	**H 8302**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**H 8010**	**H 8011**	**H 8012**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 0,6/2,0	GH 1,6/3,0	GH 3,6/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 62	H 62	H 62
Artikel-Nr. Type 1	**H 8110**	**H 8111**	**H 8112**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm





Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	H 62	H 62	H 62
Artikel-Nr. Type 1	**H 8310**	**H 8311**	**H 8312**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	6-31-01		H 8501	H 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**H 8508**	**H 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	H 8501	H 8501
Artikel-Nr.	**H 8506**	**H 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**H 8517**	**H 8518**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,2
Brückenschraube	H 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**H 8500-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

Neu

- Titan



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Zubehör

- Titan





Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**H 8502**	**H 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**H 2000**	**H 2100**	**H 2200**	**H 2300**	**H 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**H 2010**	**H 2110**	**H 2210**	**H 2310**	**H 2410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**56**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**H 6000**	**H 6100**	**H 6200**	**H 6300**	**H 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**H 6010**	**H 6110**	**H 6210**	**H 6310**	**H 6410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**58**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**H 5000**	**H 5100**	**H 5200**	**H 5300**	**H 5400**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**H 5010**	**H 5110**	**H 5210**	**H 5310**	**H 5410**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.

- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.**

Optiloc® Modellanalog, Al




Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

ZimVie*
Biomet 3i Certain®* Internal Connection

I-SERIE




Die Abutments der I-Serie sind kompatibel zu

ZimVie*
Biomet 3i External Hex


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche



TYP 2

abgewinkelt über Eck

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

	Neu	Neu
		
Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Halteschraube	I 61 SB	I 61 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	●	■
Artikel-Nr.	**I 1400-SB**	**I 1410-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**	

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu		 gerade unilateral lang	 gerade unilateral kurz	 gerade bilateral kurz	 abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	 abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				


Laborimplantat

- Titan

		Neu
		
Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		I 80 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**I 52**	**I 82-CS**

Laborimplantat

- Titan






		Neu		Neu
Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		I 80 T		I 80 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**I 50**	**I 80-CS**	**I 51**	**I 81-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3,4-5,0
Artikel-Nr.	**I 80 T**

Provisorisches Abutment

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 3500**	**I 3510**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Gingivahöhe	GH 2,5	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 4,4	D 4,8	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 100**	**I 110**	**I 120**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Gingivahöhe	GH 2,5	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 4,4	D 4,8	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**I 200-1**	**I 210-1**	**I 220-1**
Artikel-Nr. Type 2	**I 200-2**	**I 210-2**	**I 220-2**

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Goldgewicht (g)	0,37	0,57	0,97
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 300**	**I 310**	**I 320**

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 4,1
Goldgewicht (g)	0,57
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61
Laborschraube	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 310 R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 700**	**I 710**	**I 720**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Kaminhöhe	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 0,5	GH 0,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	I 63	I 62	I 62
Artikel-Nr. Type 1	**I 1600-1-SF**	**I 1610-1-SF**	**I 1620-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Kaminhöhe	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 0,5	GH 0,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	I 63	I 62	I 62
Artikel-Nr.	**I 1800**	**I 1810**	**I 1820**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 1000**	**I 1100**	**I 1010**	**I 1110**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 1020**	**I 1120**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 1500**	**I 1510**	**I 1520**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 9000-R**	**I 9010-R**	**I 9020-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 9800-R**	**I 9810-R**	**I 9820-16R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	**I 9000-ST**	**I 9010-ST**	**I 9020-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**		

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**I 4000**	**I 4100**	**I 4200**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**I 4010**	**I 4110**	**I 4210**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm





Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-28-01	I 7600	I 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**I 4730**	**I 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	I 7600	I 7600
Artikel-Nr.	**I 4710**	**I 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	I 7600		I 7600	
Artikel-Nr.	**I 4800**	**I 4810**	**I 4820**	**I 4830**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	I 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**I 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

Neu

- Titan




Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**I 4610**	**I 4620**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**I 2000**	**I 2100**	**I 2200**	**I 2300**	**I 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**I 2010**	**I 2110**	**I 2210**	**I 2310**	**I 2410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**I 2020**	**I 2120**	**I 2220**	**I 2320**	**I 2420**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**56**

IPS-SERIE




Die Abutments der IPS-Serie sind kompatibel zu

MEDENTiKA®
MICROCONE
QUATTROCONE
QUATTROCONE30


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche



TYP 2

abgewinkelt über Nocke

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	NI	NI	NI
Gingivahöhe	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Durchmesser	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**1-03-01**	**1-03-02**	**1-03-03**

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	RI
Gingivahöhe	GH 4,0
Durchmesser	D 3,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**2-03-14**

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 3,0	GH 4,0	GH 6,0
Durchmesser	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**2-03-18**	**2-03-19**	**2-03-20**

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 6,0
Durchmesser	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**2-03-02**	**2-03-03**	**2-03-15**	**2-03-04**	**2-03-05**

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 6,0
Durchmesser	D 5,5	D 5,5	D 5,5	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**2-03-06**	**2-03-07**	**2-03-16**	**2-03-08**	**2-03-09**

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 6,0
Durchmesser	D 6,5	D 6,5	D 6,5	D 6,5	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**2-03-10**	**2-03-11**	**2-03-17**	**2-03-12**	**2-03-13**

Gingivaformer

- Titan
- Steril verpackt



Implantatanschluss	AI	AI	AI
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5
Durchmesser	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4-03-04**	**4-03-05**	**4-03-06**

Abformpfosten offener Löffel

- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	NI	RI	RI	AI
Länge	lang	kurz	lang	kurz
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Halteschraube	1-04-02	2-04-04	2-04-05	2-04-04
Artikel-Nr.	**1-04-01**	**2-04-01**	**2-04-02**	**4-04-01**

Abformpfosten geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube




Implantatanschluss	NI	RI
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	2-06-03
Artikel-Nr.	**1-04-08**	**2-04-17**

Abformpfosten Individuell offener Löffel

- Titan
- inkl. Halteschraube




Implantatanschluss	RI	RI
Länge	kurz	lang
Halteschraube	2-04-04	2-04-05
Artikel-Nr.	**2-04-07**	**2-04-08**

Abformpfosten Individuell geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube



Implantatanschluss	RI
Abutmentschraube	2-06-03
Artikel-Nr.	**2-04-18**

Emergenzprofil für individuelle Abformpfosten

- PEEK









Gingivahöhe	GH 1-2	GH 1-2	GH 3-6	GH 3-6
Durchmesser	D 4,5	D 5,5	D 4,5	D 5,5
Artikel-Nr.	**2-04-09**	**2-04-10**	**2-04-12**	**2-04-13**

Emergenzprofil für individuelle Abformpfosten

- PEEK





Gingivahöhe	GH 1-2	GH 3-6
Durchmesser	D 6,5	D 6,5
Artikel-Nr.	**2-04-11**	**2-04-14**

Positionierkappen für Abformpfosten geschlossener Löffel

- POM



Implantatanschluss	RI
Artikel-Nr.	**2-04-19**

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	Neu	Neu
Implantatanschluss	NI	RI	AI
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Halteschraube	1-06-03	2-06-06	2-06-06
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	▲	●	■
Artikel-Nr.	**1-09-11**	**2-09-25**	**4-09-02**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**		

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung



Neu		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan



		Neu		Neu
Implantatanschluss	NI	NI	RI	RI
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		1-05-03		2-05-03
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**1-05-01**	**1-05-04**	**2-05-01**	**2-05-04**

Laborimplantat

- Titan

Neu



Implantatanschluss	AI	AI
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		4-05-03
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4-05-01**	**4-05-04**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	NI	RI	AI
Artikel-Nr.	**1-05-03**	**2-05-03**	**4-05-03**

Provisorisches Abutment gerade

- Titan / PVDF
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI
Gingivahöhe	GH 3,5
Durchmesser	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03
Laborschraube	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-17-08**

Provisorisches Abutment abgewinkelt 18°

- Titan / PVDF
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	RI
Gingivahöhe	GH 3,5
Durchmesser	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03
Laborschraube	2-06-04
Artikel-Nr. Type 1	**2-17-09**
Artikel-Nr. Type 2	**2-17-10**

Provisorisches Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm




Implantatanschluss	NI	RI
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	2-06-03
Laborschraube	1-06-02	2-06-04
Artikel-Nr.	**1-17-04**	**2-17-07**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm





Implantatanschluss	NI	NI	NI
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 5,0
Durchmesser	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	1-06-01	1-06-01
Laborschraube	1-06-02	1-06-02	1-06-02
Artikel-Nr.	**1-07-01**	**1-07-02**	**1-07-07**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI
Gingivahöhe	GH 0
Durchmesser	D 3,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03
Laborschraube	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-07-20**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 1,5	GH 1,5
Durchmesser	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Laborschraube	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-07-01**	**2-07-02**	**2-07-03**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 3,0	GH 3,0	GH 3,0
Durchmesser	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Laborschraube	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-07-04**	**2-07-05**	**2-07-06**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 5,0	GH 5,0	GH 5,0
Durchmesser	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Laborschraube	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-07-23**	**2-07-24**	**2-07-25**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	NI	NI	NI
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 5,0
Durchmesser	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	1-06-01	1-06-01
Laborschraube	1-06-02	1-06-02	1-06-02
Artikel-Nr. Type 1	**1-07-03**	**1-07-04**	**1-07-08**
Artikel-Nr. Type 2	**1-07-05**	**1-07-06**	**1-07-09**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 1,5	GH 1,5
Durchmesser	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Laborschraube	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Artikel-Nr. Type 1	**2-07-07**	**2-07-08**	**2-07-09**
Artikel-Nr. Type 2	**2-07-13**	**2-07-14**	**2-07-15**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 3,0	GH 3,0	GH 3,0
Durchmesser	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Laborschraube	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Artikel-Nr. Type 1	**2-07-10**	**2-07-11**	**2-07-12**
Artikel-Nr. Type 2	**2-07-16**	**2-07-17**	**2-07-18**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 5,0	GH 5,0	GH 5,0
Durchmesser	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Laborschraube	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Artikel-Nr. Type 1	**2-07-26**	**2-07-27**	**2-07-28**
Artikel-Nr. Type 2	**2-07-29**	**2-07-30**	**2-07-31**

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm

Implantatanschluss	NI	RI
Goldgewicht (g)	0,23	0,35
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	2-06-03
Laborschraube	1-06-02	2-06-04
Artikel-Nr.	**1-08-01**	**2-08-01**

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI
Goldgewicht (g)	0,28
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03
Laborschraube	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-08-02**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm





Implantatanschluss	NI	RI
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	2-06-03
Laborschraube	1-06-02	2-06-04
Artikel-Nr.	**1-10-01**	**2-10-02**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03
Laborschraube	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-10-03**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

Massivabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI
Gingivahöhe	GH 3,5
Durchmesser	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03
Laborschraube	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-07-19**

Bitte beachten: **Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	RI
Gingivahöhe	GH 3,5
Durchmesser	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03
Laborschraube	2-06-04
Artikel-Nr. Type 1	**2-07-21**
Artikel-Nr. Type 2	**2-07-22**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm







	Neu	Neu	Neu	Neu	Neu
Implantatanschluss	NI	NI	RI	RI	RI
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Durchmesser	D 3,6	D 3,6	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	1-06-01	2-06-09	2-06-09	2-06-09
Laborschraube	1-06-02	1-06-02	2-06-10	2-06-10	2-06-10
Artikel-Nr.	**1-09-12**	**1-09-13**	**2-09-26**	**2-09-27**	**2-09-28**
Bitte beachten:	**Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**				

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm




	Neu	Neu
Implantatanschluss	RI	RI
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-09	2-06-09
Laborschraube	2-06-10	2-06-10
Artikel-Nr.	**2-09-29**	**2-09-30**
Bitte beachten:	**Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**	

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm

	Neu	Neu	Neu	Neu	Neu
					
Implantatanschluss	NI	NI	RI	RI	RI
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Durchmesser	D 3,6	D 3,6	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	1-06-01	2-06-09	2-06-09	2-06-09
Laborschraube	1-06-02	1-06-02	2-06-10	2-06-10	2-06-10
Artikel-Nr.	**1-09-14**	**1-09-15**	**2-09-32**	**2-09-33**	**2-09-34**
Bitte beachten:	**Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.Bitte beachten: Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**				


Titanbasis SSC Flex rotierend


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	Neu	Neu
		
Implantatanschluss	RI	RI
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-09	2-06-09
Laborschraube	2-06-10	2-06-10
Artikel-Nr.	**2-09-35**	**2-09-36**
Bitte beachten:	**Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**	

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- SC (Scanbody Corner): winkelt über die rechte Ecke des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm





Implantatanschluss	NI	NI	RI	RI
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	1-06-04	1-06-05	2-06-07	2-06-08
Artikel-Nr. Type 1 SF	**1-09-06**	**1-09-08**	**2-09-19**	**2-09-21**
Artikel-Nr. Type 2 SC	**1-09-07**	**1-09-09**	**2-09-20**	**2-09-22**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx 0-13-60, 0-13-59 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm



Implantatanschluss	NI	RI
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 1,2
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	1-06-04	2-06-07
Artikel-Nr.	**1-09-10**	**2-09-23**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx 0-13-60, 0-13-59 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Implantatanschluss	NI	NI
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,7	GH 1,2
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	1-06-01
Laborschraube	1-06-02	1-06-02
Artikel-Nr.	**1-09-01**	**1-09-02**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 1,1	GH 0,6	GH 1,1
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Laborschraube	2-06-04	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-09-11**	**2-09-13**	**2-09-12**	**2-09-14**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm



Implantatanschluss	NI	RI
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,7	GH 0,6
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	2-06-03
Laborschraube	1-06-02	2-06-04
Artikel-Nr.	**1-09-04**	**2-09-15**

Titanbasis CEREC®*

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI	RI
Kaminhöhe	4,7 mm	4,7 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-03	2-06-03
Laborschraube	2-06-04	2-06-04
Artikel-Nr.	**2-09-17**	**2-09-24**

ScanPost Cerec®

- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	RI
Halteschraube	2-06-03
Artikel-Nr.	**2-09-18**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm
- Drehmoment: AI: 25 Ncm



Implantatanschluss	NI	RI	RI	AI	AI
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	2-06-03	2-06-03	4-06-01	4-06-01
Laborschraube	1-06-02	2-06-04	2-06-04	4-06-02	4-06-02
Artikel-Nr.	**1-90-02**	**2-90-02**	**2-90-03**	**4-90-02**	**4-90-03**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm



Implantatanschluss	NI	RI
Durchmesser	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	2-06-03
Laborschraube	1-06-02	2-06-04
Artikel-Nr.	**1-90-03**	**2-90-06**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: NI: 15 Ncm
- Drehmoment: RI: 25 Ncm



Implantatanschluss	NI	RI
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	1-06-01	2-06-03
Laborschraube	1-06-02	2-06-04
Artikel-Nr.	**1-90-05-ST**	**2-90-07-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**	

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	0-13-37	0-13-37	0-13-37	0-13-37	0-13-37
Artikel-Nr.	**2-28-01**	**2-28-02**	**2-28-03**	**2-28-04**	**2-28-05**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis	Titankappe Flex	Titanbasis ASC
Kaminhöhe		H 4.0-14.0	
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Kugeltorx
Brückenschraube	0-06-03	0-06-03	6-28-01
Artikel-Nr.	**0-28-05**	**0-28-22**	**6-28-02**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	HSL-Kappe	Kunststoff-kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	0-06-03	0-06-03
Artikel-Nr.	**0-28-07**	**0-28-08**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Klebebasis	Klebebasis	Klebehülse	Klebehülse
Länge	kurz	lang	kurz	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	0-06-03	0-06-03		
Artikel-Nr.	**0-28-14**	**0-28-15**	**0-28-16**	**0-28-17**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	0-06-03
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**0-28-23**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat gerade

- Titan

Neu



Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**0-28-20**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**0-28-04**	**0-28-12**

Eindrehinstrument MedentiBASE Abutment

- Edelstahl



Version	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	**0-13-37**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	0-13-76	0-13-76	0-13-76	0-13-76
Artikel-Nr.	**2-31-01**	**2-31-16**	**2-31-02**	**2-31-03**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-02	2-06-02	2-06-02
Artikel-Nr. Type 1	**2-31-04**	**2-31-05**	**2-31-06**
Artikel-Nr. Type 2	**2-31-10**	**2-31-11**	**2-31-12**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-02	2-06-02	2-06-02
Artikel-Nr. Type 1	**2-31-07**	**2-31-08**	**2-31-09**
Artikel-Nr. Type 2	**2-31-13**	**2-31-14**	**2-31-15**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	AI	AI	AI
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	4-06-01	4-06-01	4-06-01
Artikel-Nr.	**4-31-01**	**4-31-02**	**4-31-03**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis	Modellierhülse	Titankappe Flex	Titanbasis ASC
Eindrehinstrument	Hex 1,26		Hex 1,26	Kugeltorx
Brückenschraube	0-31-02		0-31-02	6-31-01
Artikel-Nr.	**0-31-09**	**0-31-11**	**0-31-20**	**6-31-02**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	0-31-02	0-31-02
Artikel-Nr.	**0-31-07**	**0-31-08**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- ADLC beschichtet
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	Novaloc®	MedentiLOC
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**0-31-18**	**0-31-19**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	0-31-02
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**0-31-21**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

- Titan

Neu






Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**0-31-05**	**0-31-12**	**0-31-13**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan




Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**0-31-03**	**0-31-04**

Eindrehinstrument Multi-unit Abutment

- Edelstahl



Version	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	**0-13-76**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**2-21-01**	**2-21-02**	**2-21-03**	**2-21-04**	**2-21-05**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm 0-13-18 oder 0-13-22, 0-13-04, 0-13-23, 0-13-05.**

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	2-06-02	2-06-02	2-06-02	2-06-02	2-06-02
Artikel-Nr. Type 1	**2-21-06**	**2-21-07**	**2-21-08**	**2-21-09**	**2-21-10**
Artikel-Nr. Type 2	**2-21-11**	**2-21-12**	**2-21-13**	**2-21-14**	**2-21-15**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm 0-13-39 oder 0-13-38.**

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

Eindrehinstrument Kugel Hex

- Edelstahl



Länge	lang (L 28 mm)	lang (L 24 mm)
Version	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	**0-13-38**	**0-13-39**

Passend für: **MedentiLOC Abutment abgewinkelt**

MedentiLOC Laborimplantat

- Titan




Version					
				gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.				**0-21-01**	**0-21-02**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**2-23-01**	**2-23-02**	**2-23-03**	**2-23-04**	**2-23-05**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	2-06-05	2-06-05	2-06-05	2-06-05	2-06-05
Artikel-Nr. Type 1	**2-23-06**	**2-23-07**	**2-23-08**	**2-23-09**	**2-23-10**
Artikel-Nr. Type 2	**2-23-11**	**2-23-12**	**2-23-13**	**2-23-14**	**2-23-15**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx 0-13-60 oder 0-13-59.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

Eindrehinstrument Kugel Torx

- Edelstahl






Länge	lang (L 28 mm)	lang (L 24 mm)	lang (L 30 mm)
Version	Hand und Ratsche	Winkelstück	Winkelstück
Artikel-Nr.	**0-13-59**	**0-13-60**	**6-13-06**

Passend für: **Novaloc Abutment abgewinkelt, Titanbasis ASC Flex**

Novaloc Laborimplantat

- Titan




Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**0-23-01**	**0-23-02**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm







Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	0-13-61 0-13-82	0-13-61 0-13-82	0-13-61 0-13-82	0-13-61 0-13-82	0-13-61 0-13-82
Artikel-Nr.	**2-22-01**	**2-22-02**	**2-22-03**	**2-22-04**	**2-22-05**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.

- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.**

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- Edelstahl





Version	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	**0-13-61**	**0-13-82**

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr.	2102.0024-OPT

K-SERIE




Die Abutments der K-Serie sind kompatibel zu

Nobel Biocare
Brånemark System®*
NobelSpeedy®*
Groovy®*


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche



TYP 2

abgewinkelt über Eck

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	Neu	Neu
Implantatanschluss	NP	RP	WP
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Halteschraube	K 60 SB	K 61 SB	K 62 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5	D 5,5
Kompatibilitäts-symbol	●	■	▲
Artikel-Nr.	**K 1400-SB**	**K 1410-SB**	**K 1420-SB**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung



Neu		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,5	▲	6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

Laborimplantat

- Titan



		Neu		Neu
Implantatanschluss	NP	NP	RP	RP
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		K 80 T		K 81 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**K 50**	**K 80-CS**	**K 51**	**K 81-CS**

Laborimplantat

- Titan



	Neu	Neu
Implantatanschluss	WP	WP
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		K 82 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**K 52**	**K 82-CS**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	NP	RP	WP
Artikel-Nr.	**K 80 T**	**K 81 T**	**K 82 T**

Provisorisches Abutment

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	RP
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61
Laborschraube	K 60 L	K 61 L
Artikel-Nr.	**K 3500**	**K 3510**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	RP	WP
Gingivahöhe	GH 2,5	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 4,4	D 4,8	D 6,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	**K 100**	**K 110**	**K 120**

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP	RP	WP
Gingivahöhe	GH 2,5	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 4,4	D 4,8	D 6,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr. Type 1	**K 200-1**	**K 210-1**	**K 220-1**
Artikel-Nr. Type 2	**K 200-2**	**K 210-2**	**K 220-2**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	RP	WP
Goldgewicht (g)	0,45	0,57	0,80
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	**K 300**	**K 310**	**K 320**

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP
Goldgewicht (g)	0,57
Eindrehinstrument	UG
Abutmentschraube	K 61
Laborschraube	K 61 L
Artikel-Nr.	**K 310 R**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	RP	WP
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	**K 700**	**K 710**	**K 720**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP
Eindrehinstrument	UG
Abutmentschraube	K 61
Laborschraube	K 61 L
Artikel-Nr.	**K 710 R**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	NP	RP
Kaminhöhe	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 0,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	K 63	K 64
Artikel-Nr. Type 1	**K 1600-1-SF**	**K 1610-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NP	RP
Kaminhöhe	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 0,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	K 63	K 64
Artikel-Nr.	**K 1800**	**K 1810**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	NP	NP	RP	RP
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 60	K 61	K 61
Laborschraube	K 60 L	K 60 L	K 61 L	K 61 L
Artikel-Nr.	**K 1000**	**K 1100**	**K 1010**	**K 1110**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	WP	WP
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	K 62	K 62
Laborschraube	K 62 L	K 62 L
Artikel-Nr.	**K 1020**	**K 1120**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP	RP	WP
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	**K 1500**	**K 1510**	**K 1520**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP	RP	WP
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	**K 9000-R**	**K 9010-R**	**K 9020-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NP	RP	WP
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	**K 9800-R**	**K 9810-R**	**K 9820-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	RP	WP
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	**K 9000-ST**	**K 9010-ST**	**K 9020-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**		

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**K 4000**	**K 4100**	**K 4200**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**K 4010**	**K 4110**	**K 4210**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	UG	UG
Brückenschraube	6-28-01	K 7600	K 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**K 4730**	**K 4840**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	UG	UG
Brückenschraube	K 7600	K 7600
Artikel-Nr.	**K 4710**	**K 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Brückenschraube	K 7600		K 7600	
Artikel-Nr.	**K 4800**	**K 4810**	**K 4820**	**K 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	UG
Brückenschraube	K 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**K 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

Neu

- Titan





Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan





Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**K 4610**	**K 4620**

MedentiLOC Abutment gerade


- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm











Implantatanschluss	NP	NP	NP	NP	NP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**K 2000**	**K 2100**	**K 2200**	**K 2300**	**K 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade


- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm












Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**K 2010**	**K 2110**	**K 2210**	**K 2310**	**K 2410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	WP	WP	WP	WP	WP
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**K 2020**	**K 2120**	**K 2220**	**K 2320**	**K 2420**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.




Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**56**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	**K 6010**	**K 6110**	**K 6210**	**K 6310**	**K 6410**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**58**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**K 5010**	**K 5110**	**K 5210**	**K 5310**	**K 5410**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**5202.0001-OPT**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr.	**2102.0024-OPT**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

L-SERIE




Die Abutments der L-Serie sind kompatibel zu

Straumann
Bone Level
Bone Level Tapered


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche




TYP 2

abgewinkelt über Eck

Abformpfosten offener Löffel

- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	NC	NC	RC	RC
Länge	kurz	lang	kurz	lang
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	**L 10**	**L 20**	**L 11**	**L 21**

Abformpfosten geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe



Implantatanschluss	NC	RC
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Artikel-Nr.	**L 30**	**L 31**

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	Neu	Neu
Implantatanschluss	SC	NC	RC
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Halteschraube	L 62 SB	L 61 SB	L 61 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	▲	●	■
Artikel-Nr.	**L 1420-SB**	**L 1400-SB**	**L 1410-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

Bitte beachten: Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.

Straumann
Bone Level, Bone Level Tapered


Laborimplantat

· Titan

		Neu		Neu
				
Implantatanschluss	SC	SC	NC	NC
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		L 82 T		L 80 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**L 52**	**L 82-CS**	**L 50**	**L 80-CS**

Laborimplantat

· Titan

	Neu	
		
Implantatanschluss	RC	RC
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		L 81 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**L 51**	**L 81-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

· Edelstahl

			
Implantatanschluss	SC	NC	RC
Artikel-Nr.	**L 82 T**	**L 80 T**	**L 81 T**

Provisorisches Abutment

· Titan
· inkl. Abutmentschraube
· Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss		NC	RC
Eindrehinstrument		Torx	Torx
Abutmentschraube		L 60	L 60
Laborschraube		L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.		**L 3500**	**L 3510**

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NC	RC
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 63
Laborschraube	L 60 L	L 63 L
Artikel-Nr.	**L 3700**	**L 3710**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	NC	NC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser	D 4,2	D 4,2	D 5,0	D 5,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	**L 100**	**L 100-3**	**L 110**	**L 110-3**

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm








Implantatanschluss	NC	NC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0	GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser	D 4,2	D 4,2	D 5,0	D 5,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr. Type 1	**L 200-1**	**L 200-1-3**	**L 210-1**	**L 210-1-3**
Artikel-Nr. Type 2	**L 200-2**	**L 200-2-3**	**L 210-2**	**L 210-2-3**

Straumann
Bone Level, Bone Level Tapered

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Abutmentschraube
- angussfähig
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NC	RC
Goldgewicht (g)	0,31	0,53
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	**L 300**	**L 310**

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Abutmentschraube
- angussfähig
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NC	RC
Goldgewicht (g)	0,23	0,38
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 63
Laborschraube	L 60 L	L 63 L
Artikel-Nr.	**L 300 R**	**L 310 R**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- angussfähig
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NC	RC
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	**L 700**	**L 710**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- angussfähig
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NC	RC
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 63
Laborschraube	L 60 L	L 63 L
Artikel-Nr.	**L 700 R**	**L 710 R**
Bitte beachten:	**Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**	

Massivabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NC	RC
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 5,0	D 5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	**L 400**	**L 410**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**	

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm






Implantatanschluss	NC	RC
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 5,0	D 5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr. Type 1	**L 500-1**	**L 510-1**
Artikel-Nr. Type 2	**L 500-2**	**L 510-2**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**	

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abtmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	Neu	Neu	Neu	Neu	Neu
					
Implantatanschluss	SC	SC	NC	NC	NC
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Durchmesser	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 68	L 68	L 602	L 602	L 602
Laborschraube	L 68 L	L 68 L	L 602 L	L 602 L	L 602 L
Artikel-Nr.	**L 1620-S**	**L 1621-S**	**L 1600-S**	**L 1601-S**	**L 1602-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abtmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	Neu	Neu	Neu
			
Implantatanschluss	RC	RC	RC
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Durchmesser	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 603	L 603	L 603
Laborschraube	L 603 L	L 603 L	L 603 L
Artikel-Nr.	**L 1610-S**	**L 1611-S**	**L 1612-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	Neu	Neu
		
Implantatanschluss	RC	RC
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 603	L 603
Laborschraube	L 603 L	L 603 L
Artikel-Nr.	**L 1710-S**	**L 1711-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	Neu	Neu	Neu	Neu
				
Implantatanschluss	NC	NC	RC	RC
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0
Durchmesser	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 602	L 602	L 603	L 603
Laborschraube	L 602 L	L 602 L	L 603 L	L 603 L
Artikel-Nr.	**L 1800-S**	**L 1801-S**	**L 1810-S**	**L 1811-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm






	Neu	Neu
Implantatanschluss	RC	RC
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 63	L 63
Laborschraube	L 63 L	L 63 L
Artikel-Nr.	**L 1910-S**	**L 1911-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- SC (Scanbody Corner): winkelt über die rechte Ecke des Scanbodys ab
- Drehmoment: 35 Ncm













Implantatanschluss	SC	SC	NC	NC
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,1	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	L 69	L 69	L 64	L 67
Laborschraube	L 69 L	L 69 L		
Artikel-Nr. Type 1	**L 1620-1-SC**	**L 1720-1-SC**	**L 1600-1-SF**	**L 1700-1-SF**
Artikel-Nr. Type 2	**L 1620-2-SF**	**L 1720-2-SF**	**L 1600-2-SC**	**L 1700-2-SC**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- SC (Scanbody Corner): winkelt über die rechte Ecke des Scanbodys ab
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	RC	RC
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	L 64	L 64
Artikel-Nr. Type 1	**L 1610-1-SF**	**L 1710-1-SF**
Artikel-Nr. Type 2	**L 1610-2-SC**	**L 1710-2-SC**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC	RC
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	L 64	L 64
Artikel-Nr.	**L 1800**	**L 1810**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC	NC	RC	RC
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 0,8	GH 0,8
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	**L 1000**	**L 1100**	**L 1010**	**L 1110**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	NC	RC
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 0,8
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 63
Laborschraube	L 60 L	L 63 L
Artikel-Nr.	**L 1500**	**L 1510**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm







Implantatanschluss	SC	NC	NC	RC	RC
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 68	L 60	L 60	L 60	L 60
Laborschraube	L 68 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	**L 9020-R**	**L 9000-R**	**L 9000-16R**	**L 9010-R**	**L 9010-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	SC	NC	RC
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 68	L 60	L 60
Laborschraube	L 68 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	**L 9820-R**	**L 9800-16R**	**L 9810-16R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	SC	NC	RC
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 68	L 60	L 60
Laborschraube	L 68 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	**L 9020-ST**	**L 9000-ST**	**L 9010-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**		

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC	NC	NC	NC	NC
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**L 4000**	**L 4100**	**L 4200**	**L 4300**	**L 4400**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RC	RC	RC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**L 4010**	**L 4110**	**L 4210**	**L 4310**	**L 4410**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Torx	Torx
Brückenschraube	6-28-01	L 7600	L 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**L 4730**	**L 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Brückenschraube	L 7600	L 7600
Artikel-Nr.	**L 4710**	**L 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Brückenschraube	L 7600		L 7600	
Artikel-Nr.	**L 4800**	**L 4810**	**L 4820**	**L 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Torx
Brückenschraube	L 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**L 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7 ▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:	**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

- Titan


Neu




Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan

Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**L 4610**	**L 4620**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm
- Steril verpackt





Implantatanschluss	NC	NC	NC
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**L 8000**	**L 8001**	**L 8002**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm
- Steril verpackt

Type 1  Type 2 





Implantatanschluss	NC	NC	NC
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 65	L 65	L 65
Artikel-Nr. Type 1	**L 8100**	**L 8101**	**L 8102**
Artikel-Nr. Type 2	**L 8200**	**L 8201**	**L 8202**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm
- Steril verpackt

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	NC	NC	NC
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 65	L 65	L 65
Artikel-Nr. Type 1	**L 8300**	**L 8301**	**L 8302**
Artikel-Nr. Type 2	**L 8400**	**L 8401**	**L 8402**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm
- Steril verpackt

Implantatanschluss	RC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**L 8010**	**L 8011**	**L 8012**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm
- Steril verpackt

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	RC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 65	L 65	L 65
Artikel-Nr. Type 1	**L 8110**	**L 8111**	**L 8112**
Artikel-Nr. Type 2	**L 8210**	**L 8211**	**L 8212**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm
- Steril verpackt

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	RC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 65	L 65	L 65
Artikel-Nr. Type 1	**L 8310**	**L 8311**	**L 8312**
Artikel-Nr. Type 2	**L 8410**	**L 8411**	**L 8412**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Torx	Torx
Brückenschraube	6-31-01		L 8501	L 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**L 8508**	**L 8519**

Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Brückenschraube	L 8501	L 8501
Artikel-Nr.	**L 8506**	**L 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Artikel-Nr.	**L 8517**	**L 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Torx
Brückenschraube	L 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**L 8500-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5 ■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:	**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

- Titan


Neu



	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Version				
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan



	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Bezeichnung		
Artikel-Nr.	**L 8502**	**L 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	NC	NC	NC	NC	NC
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**L 2000**	**L 2100**	**L 2200**	**L 2300**	**L 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	NC	NC	NC	NC	NC
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	L 62	L 62	L 62	L 62	L 62
Artikel-Nr. Type 1	**L 2500-1**	**L 2600-1**	**L 2700-1**	**L 2800-1**	**L 2900-1**
Artikel-Nr. Type 2	**L 2500-2**	**L 2600-2**	**L 2700-2**	**L 2800-2**	**L 2900-2**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RC	RC	RC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**L 2010**	**L 2110**	**L 2210**	**L 2310**	**L 2410**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment abgewinkelt

- Titan
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	RC	RC	RC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	L 62	L 62	L 62	L 62	L 62
Artikel-Nr. Type 1	**L 2510-1**	**L 2610-1**	**L 2710-1**	**L 2810-1**	**L 2910-1**
Artikel-Nr. Type 2	**L 2510-2**	**L 2610-2**	**L 2710-2**	**L 2810-2**	**L 2910-2**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl




Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**56**	**57**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm







Implantatanschluss	NC	NC	NC	NC	NC
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	**L 6000**	**L 6100**	**L 6200**	**L 6300**	**L 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm









Implantatanschluss	NC	NC	NC	NC	NC
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	L 64	L 64	L 64	L 64	L 64
Artikel-Nr. Type 1	**L 6500-1**	**L 6600-1**	**L 6700-1**	**L 6800-1**	**L 6900-1**
Artikel-Nr. Type 2	**L 6500-2**	**L 6600-2**	**L 6700-2**	**L 6800-2**	**L 6900-2**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**				

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm







Implantatanschluss	RC	RC	RC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	**L 6010**	**L 6110**	**L 6210**	**L 6310**	**L 6410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	RC	RC	RC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	L 64	L 64	L 64	L 64	L 64
Artikel-Nr. Type 1	**L 6510-1**	**L 6610-1**	**L 6710-1**	**L 6810-1**	**L 6910-1**
Artikel-Nr. Type 2	**L 6510-2**	**L 6610-2**	**L 6710-2**	**L 6810-2**	**L 6910-2**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC	NC	NC	NC	NC
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**L 5000**	**L 5100**	**L 5200**	**L 5300**	**L 5400**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RC	RC	RC	RC	RC
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**L 5010**	**L 5110**	**L 5210**	**L 5310**	**L 5410**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.

- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.**

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

LX-SERIE




Die Abutments der LX-Serie sind kompatibel zu

Straumann
BLX
BLC

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 2

abgewinkelt über Eck

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

Neu



Implantatanschluss	RB/WB
Eindrehinstrument	Torx
Halteschraube	LX 61 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Kompatibilitäts-symbol	●
Artikel-Nr.	**LX 1400-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan

Neu **Neu**



Implantatanschluss	RB	RB	WB	WB
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		LX 80 T		LX 81 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**LX 50**	**LX 80-CS**	**LX 51**	**LX 81-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	RB/WB
Artikel-Nr.	**LX 80 T**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	Neu	Neu	Neu	Neu
				
Implantatanschluss	RB/WB	RB/WB	RB/WB	WB
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 0,75
Durchmesser	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 5,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	LX 60	LX 60	LX 60	LX 60
Laborschraube	LX 60 L	LX 60 L	LX 60 L	LX 60 L
Artikel-Nr.	**LX 1600-S**	**LX 1601-S**	**LX 1602-S**	**LX 1610-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	Neu	Neu
		
Implantatanschluss	RB/WB	RB/WB
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	LX 60	LX 60
Laborschraube	LX 60 L	LX 60 L
Artikel-Nr.	**LX 1700-S**	**LX 1701-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis
SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	Neu	Neu	Neu
			
Implantatanschluss	RB/WB	RB/WB	WB
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 0,7
Durchmesser	D 4,5	D 4,5	D 5,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	LX 63	LX 63	LX 63
Laborschraube	LX 63 L	LX 63 L	LX 63 L
Artikel-Nr.	**LX 1800-S**	**LX 1801-S**	**LX 1810-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis
SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm


	Neu	Neu
		
Implantatanschluss	RB/WB	RB/WB
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Durchmesser	D 5,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	LX 63	LX 63
Laborschraube	LX 63 L	LX 63 L
Artikel-Nr.	**LX 1900-S**	**LX 1901-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abtmentschraube
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	RB/WB	RB/WB	WB	WB
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,1	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	LX 61	LX 61	LX 61	LX 61
Laborschraube	LX 61 L	LX 61 L	LX 61 L	LX 61 L
Artikel-Nr. Type 2	**LX 1600-2-SF**	**LX 1700-2-SF**	**LX 1610-2-SF**	**LX 1710-2-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RB/WB	WB
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 0,9
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	LX 62	LX 62
Laborschraube	LX 62 L	LX 62 L
Artikel-Nr.	**LX 1800**	**LX 1810**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RB/WB	WB
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	LX 60	LX 60
Laborschraube	LX 60 L	LX 60 L
Artikel-Nr.	**LX 9000-R**	**LX 9010-R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	RB/WB	WB
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	LX 60	LX 60
Laborschraube	LX 60 L	LX 60 L
Artikel-Nr.	**LX 9800-R**	**LX 9810-R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	RB/WB	WB
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	LX 60	LX 60
Laborschraube	LX 60 L	LX 60 L
Artikel-Nr.	**LX 9000-ST**	**LX 9010-ST**

Bitte beachten: **Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

MG-SERIE




Die Abutments der MG-Serie sind kompatibel zu

MegaGen AnyRidge®*

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-8,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2
Halteschraube	MG 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Kompatibilitäts-symbol	●
Artikel-Nr.	**MG 1400-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

Neu

- Titan



Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		MG 80 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**MG 50**	**MG 80-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3,5-8,0
Artikel-Nr.	**MG 80 T**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
			
Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	MG 60	MG 60	MG 60
Laborschraube	MG 60 L	MG 60 L	MG 60 L
Artikel-Nr.	**MG 1600-S**	**MG 1601-S**	**MG 1602-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 60	MG 60
Laborschraube	MG 60 L	MG 60 L
Artikel-Nr.	**MG 1700-S**	**MG 1701-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	MG 60	MG 60
Laborschraube	MG 60 L	MG 60 L
Artikel-Nr.	**MG 1800-S**	**MG 1801-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis
SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 60	MG 60
Laborschraube	MG 60 L	MG 60 L
Artikel-Nr.	**MG 1900-S**	**MG 1901-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1  Type SF 

Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	MG 61	MG 61
Laborschraube	MG 61 L	MG 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**MG 1600-1-SF**	**MG 1700-1-SF**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**	

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-8,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Abutmentschraube	MG 61
Laborschraube	MG 61 L
Artikel-Nr.	**MG 1800**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-8,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 60
Laborschraube	MG 60 L
Artikel-Nr.	**MG 9000-R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-8,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 60
Laborschraube	MG 60 L
Artikel-Nr.	**MG 9800-R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-8,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 60
Laborschraube	MG 60 L
Artikel-Nr.	**MG 9000-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**MG 8000**	**MG 8001**	**MG 8002**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 62	MG 62	MG 62
Artikel-Nr. Type 1	**MG 8100**	**MG 8101**	**MG 8102**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 62	MG 62	MG 62
Artikel-Nr. Type 1	**MG 8300**	**MG 8301**	**MG 8302**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	6-31-01		MG 8501	MG 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**MG 8508**	**MG 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	MG 8501	MG 8501
Artikel-Nr.	**MG 8506**	**MG 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**MG 8517**	**MG 8518**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,2
Brückenschraube	MG 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**MG 8500-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

Neu

- Titan



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Zubehör

- Titan




Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**MG 8502**	**MG 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm







Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**MG 2000**	**MG 2100**	**MG 2200**	**MG 2300**	**MG 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**56**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm







Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**MG 6000**	**MG 6100**	**MG 6200**	**MG 6300**	**MG 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**58**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**MG 5000**	**MG 5100**	**MG 5200**	**MG 5300**	**MG 5400**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**5202.0001-OPT**


Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr.	**2102.0024-OPT**

N-SERIE




Die Abutments der N-Serie sind kompatibel zu

Straumann
Tissue Level


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche



TYP 2

abgewinkelt über Eck

Abformpfosten offener Löffel

- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	RN	RN	WN	WN
Länge	kurz	lang	kurz	lang
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	**N 11**	**N 21**	**N 12**	**N 22**

Abformpfosten geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube



Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Artikel-Nr.	**N 33**	**N 31**	**N 32**

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	**Neu**	**Neu**
Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Halteschraube	N 64 SB	N 63 SB	N 63 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 5,0	D 5,5
Kompatibilitäts-symbol	▲	⬟	⏢
Artikel-Nr.	**N 1430-SB**	**N 1410-SB**	**N 1420-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4
D 5,5	⏢	6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4

Bitte beachten: Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.

Laborimplantat

· Titan

Neu Neu



Implantatanschluss	NNC	NNC	RN	RN
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		N 83 T		N 81 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**N 53**	**N 83-CS**	**N 51**	**N 81-CS**

Laborimplantat

· Titan

Neu



Implantatanschluss	WN	WN
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		N 82 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**N 52**	**N 82-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

· Edelstahl



Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Artikel-Nr.	**N 83 T**	**N 81 T**	**N 82 T**

Provisorisches Abutment gerade

· Titan
· Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 3530**	**N 3510**	**N 3520**

Provisorisches Abutment gerade rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 3730**	**N 3710**	**N 3720**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	RN	RN	WN
Gingivahöhe	GH 0	GH 0	GH 0
Durchmesser	D 3,5	D 3,5	D 4,3
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 61	N 61	N 61
Laborschraube	N 61 L	N 61 L	N 61 L
Artikel-Nr.	**N 110**	**N 110L**	**N 120**

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 




Implantatanschluss		RN	WN
Gingivahöhe		GH 0	GH 0
Durchmesser		D 3,5	D 4,3
Eindrehinstrument		Torx	Torx
Abutmentschraube		N 61	N 61
Laborschraube		N 61 L	N 61 L
Artikel-Nr. Type 1		**N 210-1**	**N 220-1**
Artikel-Nr. Type 2		**N 210-2**	**N 220-2**

Standardabutment abgewinkelt 21°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1  Type 2 



Implantatanschluss	RN
Gingivahöhe	GH 0
Durchmesser	D 3,5
Eindrehinstrument	Torx
Abutmentschraube	N 61
Laborschraube	N 61 L
Artikel-Nr. Type 1	**N 210-1-21**
Artikel-Nr. Type 2	**N 210-2-21**

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	RN	WN
Goldgewicht (g)	0,44	0,92
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 310**	**N 320**

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	RN	WN
Goldgewicht (g)	0,42	0,89
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 310 R**	**N 320 R**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN	WN
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 710**	**N 720**
Bitte beachten:	**Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**	

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN	WN
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 710 R**	**N 720 R**
Bitte beachten:	**Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**	

Massivabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN	WN
Gingivahöhe	GH 0	GH 0
Durchmesser	D 4,8	D 6,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 410**	**N 420**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**	

Massivabutment einteilig gerade

- Titan
- nur verwendbar für den ZA
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN	RN	RN	WN	WN
Gingivahöhe	GH 4,0	GH 5,5	GH 7,0	GH 4,0	GH 5,5
Durchmesser	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 4,3	D 4,3
Eindrehinstrument	046.067 046.068	046.067 046.068	046.067 046.068	Torx	Torx
Artikel-Nr.	**N 110-40**	**N 110-55**	**N 110-70**	**N 120-40**	**N 120-55**

Bitte beachten: **Für die Produkte N 110-40, N 110-55, N 110-70 wird das Eindrehwerkzeug für RN Massivsekundärteile (046.067 oder 046.068) benötigt.**

Laborimplantat Massivabutment

- Aluminium



Implantatanschluss	RN	RN	RN	WN	WN
Artikel-Nr.	**N 51-40**	**N 51-55**	**N 51-70**	**N 52-40**	**N 52-55**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



	Neu	**Neu**	**Neu**
Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,4	GH 0,4
Durchmesser	D 4,0	D 5,0	D 7,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 69	N 69
Laborschraube	N 65 L	N 69 L	N 69 L
Artikel-Nr.	**N 1630-S**	**N 1610-S**	**N 1620-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

	Neu	Neu	Neu
			
Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,4	GH 0,4
Durchmesser	D 4,0	D 5,0	D 7,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 69	N 69
Laborschraube	N 65 L	N 69 L	N 69 L
Artikel-Nr.	**N 1830-S**	**N 1810-S**	**N 1820-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- SC (Scanbody Corner): winkelt über die rechte Ecke des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



	
Implantatanschluss	NNC
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Abutmentschraube	N 68
Artikel-Nr. Type 1	**N 1630-1-SF**
Artikel-Nr. Type 2	**N 1630-2-SC**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	RN	WN
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,4	GH 0,4
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	N 67	N 67
Artikel-Nr. Type 1	**N 1610-1-SF**	**N 1620-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,4	GH 0,4
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	N 68	N 67	N 67
Artikel-Nr.	**N 1830**	**N 1810**	**N 1820**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC	NNC	RN	RN
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,1	GH 0,1
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 1030**	**N 1130**	**N 1010**	**N 1110**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	WN	WN
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,1	GH 0,1
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 1020**	**N 1120**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,1	GH 0,1
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 1530**	**N 1510**	**N 1520**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm







Implantatanschluss	NNC	RN	RN	WN	WN
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 9030-R**	**N 9010-R**	**N 9010-16R**	**N 9020-R**	**N 9020-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm





Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 9830-R**	**N 9810-16R**	**N 9820-16R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC	RN	WN
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	**N 9030-ST**	**N 9010-ST**	**N 9020-ST**

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC	NNC	NNC	NNC	NNC
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**N 4030**	**N 4130**	**N 4230**	**N 4330**	**N 4430**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN
Gingivahöhe	GH 0
Eindrehinstrument	M 11-6
Artikel-Nr.	**N 4010**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Torx	Torx	Torx
Brückenschraube	6-28-01	N 7600	NNC 7600	NNC 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**N 4730**	**NNC 4730**	**NNC 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Brückenschraube	N 7600	N 7600	NNC 7600	NNC 7600
Artikel-Nr.	**N 4710**	**N 4720**	**NNC 4710**	**NNC 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Brückenschraube	NNC 7600		NNC 7600	
Artikel-Nr.	**NNC 4800**	**NNC 4810**	**NNC 4820**	**NNC 4830**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Brückenschraube	N 7600	
Artikel-Nr.	**N 4800**	**N 4810**

MedentiBASE Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	**Neu**
Implantatanschluss	NNC	RN
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Brückenschraube	NNC 7600	N 7600
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	▲	■
Artikel-Nr.	**NNC 4900-SB**	**N 4900-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

- Titan

Neu





Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan





Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**NNC 4610**	**NNC 4620**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 35 Ncm




Implantatanschluss	RN	WN
Gingivahöhe	GH 0,9	GH 1,2
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**N 8010**	**N 8020**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Torx	Torx
Brückenschraube	6-31-01		N 8501	N 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**N 8508**	**N 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Brückenschraube	N 8501	N 8501
Artikel-Nr.	**N 8506**	**N 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Artikel-Nr.	**N 8517**	**N 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Torx
Brückenschraube	N 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**N 8500-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

Neu

- Titan





Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-11 0-13-76
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan




Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**N 8502**	**N 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC	NNC	NNC	NNC	NNC
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**N 2030**	**N 2130**	**N 2230**	**N 2330**	**N 2430**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN	RN	RN	RN	RN
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**N 2010**	**N 2110**	**N 2210**	**N 2310**	**N 2410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	WN	WN	WN	WN	WN
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**N 2020**	**N 2120**	**N 2220**	**N 2320**	**N 2420**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN	RN	RN	RN	RN
Gingivahöhe	GH 0,5/1,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 3,5/4,5	GH 4,5/5,5
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	N 64	N 64	N 64	N 64	N 64
Artikel-Nr. Type 1	**N 2510**	**N 2610**	**N 2710**	**N 2810**	**N 2910**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**56**	**57**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC	NNC	NNC	NNC	NNC
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	**N 6030**	**N 6130**	**N 6230**	**N 6330**	**N 6430**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN	RN	RN	RN	RN
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	**N 6010**	**N 6110**	**N 6210**	**N 6310**	**N 6410**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 35 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	RN	RN	RN	RN	RN
Gingivahöhe	GH 0,5/1,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 3,5/4,5	GH 4,5/5,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	N 66	N 66	N 66	N 66	N 66
Artikel-Nr. Type 1	**N 6510**	**N 6610**	**N 6710**	**N 6810**	**N 6910**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC	NNC	NNC	NNC	NNC
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**N 5030**	**N 5130**	**N 5230**	**N 5330**	**N 5430**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN	RN	RN	RN	RN
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**N 5010**	**N 5110**	**N 5210**	**N 5310**	**N 5410**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**


Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

NE-SERIE




Die Abutments der NE-Serie sind kompatibel zu

NEOSS®*
ProActive®*

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 2

abgewinkelt über Nocke

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5
Eindrehinstrument	NEO
Halteschraube	NE 60 SB
MedentiWINGS	D 5,0
Kompatibilitäts-symbol	⬟
Artikel-Nr.	**NE 1400-SB**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

Laborimplantat

Neu

- Titan



Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		NE 80 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**NE 50**	**NE 80-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat

- Edelstahl



Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5
Artikel-Nr.	**NE 80 T**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 32 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 1,0
Eindrehinstrument	NEO	NEO
Abutmentschraube	NE 63	NE 63
Laborschraube	NE 63 L	NE 63 L
Artikel-Nr.	**NE 1600-S**	**NE 1601-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 32 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 1,0
Eindrehinstrument	NEO	NEO
Abutmentschraube	NE 63	NE 63
Laborschraube	NE 63 L	NE 63 L
Artikel-Nr.	**NE 1800-S**	**NE 1801-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 32 Ncm

Type 2  Type SF 




Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	NE 61	NE 61
Laborschraube	NE 61 L	NE 61 L
Artikel-Nr. Type 2	**NE 1600-2-SF**	**NE 1700-2-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis
ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Abutmentschraube	NE 61
Laborschraube	NE 61 L
Artikel-Nr.	**NE 1800**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

PreFace-Abutment
Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	NEO
Abutmentschraube	NE 60
Laborschraube	NE 60 L
Artikel-Nr.	**NE 9000-R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	NEO
Abutmentschraube	NE 60
Laborschraube	NE 60 L
Artikel-Nr.	**NE 9800-R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	NEO
Abutmentschraube	NE 60
Laborschraube	NE 60 L
Artikel-Nr.	**NE 9000-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 32 Ncm





Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**NE 8000**	**NE 8001**	**NE 8002**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 32 Ncm





Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	NEO	NEO	NEO
Abutmentschraube	NE 60	NE 60	NE 60
Artikel-Nr. Type 1	**NE 8100**	**NE 8101**	**NE 8102**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 32 Ncm





Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	NEO	NEO	NEO
Abutmentschraube	NE 60	NE 60	NE 60
Artikel-Nr. Type 1	**NE 8300**	**NE 8301**	**NE 8302**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		NEO	NEO
Brückenschraube	6-31-01		NE 8501	NE 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**NE 8508**	**NE 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	NEO	NEO
Brückenschraube	NE 8501	NE 8501
Artikel-Nr.	**NE 8506**	**NE 8507**

Multi-unit Schraubpatrize MedentiLOC

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	NEO	NEO
Artikel-Nr.	**NE 8517**	**NE 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	NEO
Brückenschraube	NE 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**NE 8500-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm




Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

Neu

- Titan



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan




Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**NE 8502**	**NE 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 32 Ncm







Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**NE 2000**	**NE 2100**	**NE 2200**	**NE 2300**	**NE 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**56**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 32 Ncm







Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
Artikel-Nr.	**NE 6000**	**NE 6100**	**NE 6200**	**NE 6300**	**NE 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.




Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**58**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**NE 5000**	**NE 5100**	**NE 5200**	**NE 5300**	**NE 5400**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**5202.0001-OPT**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr.	**2102.0024-OPT**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

OT-SERIE



Die Abutments der OT-Serie sind kompatibel zu


HiOssen Implant®*
ET System

OSSTEM Implants
TS System

T-Plus Implant Tech
A+ Implant
ST Implant

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

	Neu	Neu
		
Implantatanschluss	M	R
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Halteschraube	OT 60 SB	OT 61 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	●	■
Artikel-Nr.	**OT 1400-SB**	**OT 1410-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**	

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Laborimplantat

- Titan

		Neu		Neu
				
Implantatanschluss	M	M	R	R
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		OT 80 T		OT 81 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**OT 50**	**OT 80-CS**	**OT 51**	**OT 81-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl

		
Implantatanschluss	M	R
Artikel-Nr.	**OT 80 T**	**OT 81 T**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: M: 20 Ncm
- Drehmoment: R: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**	**In Kürze erhältlich**	**In Kürze erhältlich**
				
Implantatanschluss	M	M	R	R
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	OT 60	OT 60	OT 61	OT 61
Laborschraube	OT 60 L	OT 60 L	OT 61 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	**OT 1600-S**	**OT 1601-S**	**OT 1610-S**	**OT 1611-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	R	R
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	OT 61	OT 61
Laborschraube	OT 61 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	**OT 1710-S**	**OT 1711-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: M: 20 Ncm
- Drehmoment: R: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
				
Implantatanschluss	M	M	R	R
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	OT 60	OT 60	OT 61	OT 61
Laborschraube	OT 60 L	OT 60 L	OT 61 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	**OT 1800-S**	**OT 1801-S**	**OT 1810-S**	**OT 1811-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	R	R
Version	Molar	Molar
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	OT 61	OT 61
Laborschraube	OT 61 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	**OT 1910-S**	**OT 1911-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: M: 20 Ncm
- Drehmoment: R: 30 Ncm

Type 1  Type SF 

Implantatanschluss	M	M	R	R
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,1	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	OT 62	OT 66	OT 63	OT 63
Artikel-Nr. Type 1	**OT 1600-1-SF**	**OT 1700-1-SF**	**OT 1610-1-SF**	**OT 1710-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: M: 20 Ncm
- Drehmoment: R: 30 Ncm

Implantatanschluss	M	R
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,1
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	OT 62	OT 63
Artikel-Nr.	**OT 1800**	**OT 1810**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: M: 20 Ncm
- Drehmoment: R: 30 Ncm

Implantatanschluss	M	R
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	OT 60	OT 61
Laborschraube	OT 60 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	**OT 9000-R**	**OT 9010-R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: M: 20 Ncm
- Drehmoment: R: 30 Ncm




Implantatanschluss	M	R
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	OT 60	OT 61
Laborschraube	OT 60 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	**OT 9800-R**	**OT 9810-R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: M: 20 Ncm
- Drehmoment: R: 30 Ncm




Implantatanschluss	M	R
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	OT 60	OT 61
Laborschraube	OT 60 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	**OT 9000-ST**	**OT 9010-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**	

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	M	M	M
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**OT 8000**	**OT 8001**	**OT 8002**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1







Implantatanschluss	M	M	M
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	OT 64	OT 64	OT 64
Artikel-Nr. Type 1	**OT 8100**	**OT 8101**	**OT 8102**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1 



Implantatanschluss	M	M	M
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	OT 64	OT 64	OT 64
Artikel-Nr. Type 1	**OT 8300**	**OT 8301**	**OT 8302**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	R	R	R
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**OT 8010**	**OT 8011**	**OT 8012**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1 



Implantatanschluss	R	R	R
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	OT 65	OT 65	OT 65
Artikel-Nr. Type 1	**OT 8110**	**OT 8111**	**OT 8112**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1 



Implantatanschluss	R	R	R
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	OT 65	OT 65	OT 65
Artikel-Nr. Type 1	**OT 8310**	**OT 8311**	**OT 8312**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	6-31-01		OT 8501	OT 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**OT 8508**	**OT 8519**

Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	OT 8501	OT 8501
Artikel-Nr.	**OT 8506**	**OT 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**OT 8517**	**OT 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,2
Brückenschraube	OT 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**OT 8500-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5 ■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:	**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

- Titan


Neu



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**OT 8502**	**OT 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



■	■	■	■	■
Implantatanschluss	M	M	M	M	M
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**OT 2000**	**OT 2100**	**OT 2200**	**OT 2300**	**OT 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	R	R	R	R	R
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**OT 2010**	**OT 2110**	**OT 2210**	**OT 2310**	**OT 2410**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**56**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	M	M	M	M	M
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**OT 6000**	**OT 6100**	**OT 6200**	**OT 6300**	**OT 6400**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	M	M	M	M	M
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	OT 62	OT 62	OT 62	OT 62	OT 62
Artikel-Nr. Type 1	**OT 6500-1**	**OT 6600-1**	**OT 6700-1**	**OT 6800-1**	**OT 6900-1**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	R	R	R	R	R
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**OT 6010**	**OT 6110**	**OT 6210**	**OT 6310**	**OT 6410**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	R	R	R	R	R
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	OT 63	OT 63	OT 63	OT 63	OT 63
Artikel-Nr. Type 1	**OT 6510-1**	**OT 6610-1**	**OT 6710-1**	**OT 6810-1**	**OT 6910-1**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	M	M	M	M	M
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**OT 5000**	**OT 5100**	**OT 5200**	**OT 5300**	**OT 5400**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	R	R	R	R	R
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**OT 5010**	**OT 5110**	**OT 5210**	**OT 5310**	**OT 5410**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**


Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.**

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

R-SERIE



Die Abutments der R-Serie sind kompatibel zu


BioHorizons Camlog
BioHorizons Tapered System

MIS
SEVEN Internal Hex

ZimVie*
Zimmer Tapered Screw-Vent®*


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche



TYP 2

abgewinkelt über Eck

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Vergleichstabelle

ZimVie*
MIS
BioHorizons Camlog

ZimVie*
Zimmer Tapered Screw-Vent®*

Implantat ø	3,70	4,10	4,70	6,00
Plattform ø	3,50	3,50	4,50	5,70
Label	■ 3,5 mm	■ 3,5 mm	■ 4,5 mm	■ 5,7 mm
Farbe	grün	grün	lila	gelb
Labi ø	3,50	3,50	4,50	5,70
Art-Nr.	IA3	IA3	IA4	IA5
Medentika® R-Serie				
Laborimplantat ø	**3,50**	**3,50**	**4,50**	**5,70**
Label	■ **3,5 mm**	■ **3,5 mm**	■ **4,5 mm**	■ **5,7 mm**
Art-Nr.	**R 50**	**R 50**	**R 51**	**R52**

MIS
SEVEN Internal Hex

Implantat ø	3,30	3,75	4,20	5,00	6,00
Plattform ø	3,30	3,75	3,65	4,50	4,50
Label	■ NP	■ SP	■ SP	■ WP	■ WP
Farbe	gelb	lila	lila	grün	grün
Labi ø	3,30	4,20	4,20	4,50	4,50
Art-Nr.	MN-RSM10	MD-RSM10	MD-RSM10	MW-RSM10	MW-RSM10
Medentika® R-Serie					
Laborimplantat ø	**XX**	**3,50**	**4,50**	**5,70**	**5,70**
Label	**XX**	■ **3,5 mm**	■ **3,5 mm**	■ **4,5 mm**	■ **5,7 mm**
Art-Nr.	**XX**	**R 50**	**R 50**	**R 51**	**R 51**

BioHorizons Camlog
BioHorizons Tapered System

Implantat ø	3,40	3,80	4,60	5,80
Plattformø	3,00	3,50	4,50	5,70
Label	■ 3,00 mm	■ 3,5 mm	■ 4,5 mm	■ 5,7mm
Farbe	grau	gelb	grün	blau
Labi ø	3,0	3,50	4,50	5,70
Art-Nr.	TP3IA	PYIA	PGIA	PBIA
Medentika® R-Serie				
Laborimplantat ø	**XX**	**3,50**	**4,50**	**5,70**
Label	**XX**	■ **3,5 mm**	■ **4,5 mm**	■ **5,7 mm**
Art-Nr.	**XX**	**R 50**	**R 51**	**R 52**

Abformpfosten offener Löffel


- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**R 10**	**R 11**	**R 20**	**R 21**

Abformpfosten offener Löffel

- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss			D 5,7	D 5,7
Länge			kurz	lang
Eindrehinstrument			Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.			**R 12**	**R 22**

Abformpfosten geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Artikel-Nr.	**R 30**	**R 31**	**R 32**

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

Neu **Neu** **Neu**



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Halteschraube	R 60 SB	R 60 SB	R 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5	D 5,5
Kompatibilitäts-symbol	●	■	▲
Artikel-Nr.	**R 1400-SB**	**R 1410-SB**	**R 1420-SB**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,5	⏢	6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

Laborimplantat

- Titan

Neu **Neu**




Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Version			CADCAM-CS	CADCAM-CS
Eindrehinstrument			R 80 T	R 81 T
Konterschraube			Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**R 50**	**R 51**	**R 80-CS**	**R 81-CS**

Laborimplantat

- Titan

Neu



Implantatanschluss	D 5,7	D 5,7
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		R 82 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**R 52**	**R 82-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Artikel-Nr.	**R 80 T**	**R 81 T**	**R 82 T**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Provisorisches Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 3500**	**R 3510**

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 3700**	**R 3710**	**R 3720**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 4,3	D 5,2	D 4,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 100-1**	**R 110-1**	**R 100**	**R 110**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Durchmesser	D 4,3	D 5,2	D 4,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr. Type 1	**R 200-1-1**	**R 210-1-1**	**R 200-1**	**R 210-1**
Artikel-Nr. Type 2	**R 200-2-1**	**R 210-2-1**	**R 200-2**	**R 210-2**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss	D 5,7	D 5,7
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5
Durchmesser	D 6,0	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 120-1**	**R 120**

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1  Type 2 

Implantatanschluss	D 5,7	D 5,7
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5
Durchmesser	D 6,0	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr. Type 1	**R 220-1-1**	**R 220-1**
Artikel-Nr. Type 2	**R 220-2-1**	**R 220-2**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Goldgewicht (g)	0,36	0,55	1.21
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 300**	**R 310**	**R 320**

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Goldgewicht (g)	0,35	0,54	0,87
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 300 R**	**R 310 R**	**R 320 R**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 700**	**R 710**	**R 720**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 700 R**	**R 710 R**	**R 720 R**
Bitte beachten:	**Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidus-temperatur nicht über 1420°C liegt.**		

Massivabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 400**	**R 410**	**R 420**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**		

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm







Implantatanschluss	D 5,7	D 4,5	D 3,5
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,4	GH 0,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	R 63	R 63	R 63
Artikel-Nr. Type 1	**R 1620-1-SF**	**R 1610-1-SF**	**R 1600-1-SF**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**		

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	D 5,7	D 4,5	D 3,5
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,4	GH 0,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	R 63	R 63	R 63
Artikel-Nr.	**R 1820**	**R 1810**	**R 1800**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis
2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm






Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 1000**	**R 1010**	**R 1100**	**R 1110**

Titanbasis
2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm




Implantatanschluss	D 5,7	D 5,7
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 1020**	**R 1120**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 1500**	**R 1510**	**R 1520**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 9000-R**	**R 9010-R**	**R 9000-16R**	**R 9010-16R**	**R 9020-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Durchmesser	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 9800-16R**	**R 9810-16R**	**R 9820-16R**

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	**R 9000-ST**	**R 9010-ST**	**R 9020-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**		

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5	D 3,5
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 0,5	GH 1,5	GH 1,5	GH 2,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**R 4000**	**R 4010**	**R 4100**	**R 4110**	**R 4200**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 2,5	GH 3,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**R 4210**	**R 4300**	**R 4310**	**R 4400**	**R 4410**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-28-01	R 7600	R 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**R 4730**	**R 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	R 7600	R 7600
Artikel-Nr.	**R 4710**	**R 4720**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	R 7600		R 7600	
Artikel-Nr.	**R 4800**	**R 4810**	**R 4820**	**R 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	R 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**R 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Laborimplantat

- Titan


Neu




Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan

Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**R 4610**	**R 4620**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**R 8000**	**R 8001**	**R 8002**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1







Implantatanschluss	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 64	R 64	R 64
Artikel-Nr. Type 1	**R 8100**	**R 8101**	**R 8102**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1 





Implantatanschluss	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 64	R 64	R 64
Artikel-Nr. Type 1	**R 8300**	**R 8301**	**R 8302**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm





Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**R 8010**	**R 8011**	**R 8012**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1 





Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 64	R 64	R 64
Artikel-Nr. Type 1	**R 8110**	**R 8111**	**R 8112**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1 





Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	R 64	R 64	R 64
Artikel-Nr. Type 1	**R 8310**	**R 8311**	**R 8312**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-31-01		R 8501	R 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**R 8508**	**R 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	R 8501	R 8501
Artikel-Nr.	**R 8506**	**R 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**R 8517**	**R 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	R 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**R 8500-SB**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5 ■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

- Titan


Neu



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**R 8502**	**R 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**R 2000**	**R 2100**	**R 2200**	**R 2300**	**R 2400**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1






Implantatanschluss	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	R 62	R 62	R 62	R 62	R 62
Artikel-Nr. Type 1	**R 2500-1**	**R 2600-1**	**R 2700-1**	**R 2800-1**	**R 2900-1**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**R 2010**	**R 2110**	**R 2210**	**R 2310**	**R 2410**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**56**	**57**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**R 6000**	**R 6100**	**R 6200**	**R 6300**	**R 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	R 63	R 63	R 63	R 63	R 63
Artikel-Nr. Type 1	**R 6500-1**	**R 6600-1**	**R 6700-1**	**R 6800-1**	**R 6900-1**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**				

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**R 6010**	**R 6110**	**R 6210**	**R 6310**	**R 6410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 30 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	R 63	R 63	R 63	R 63	R 63
Artikel-Nr. Type 1	**R 6510-1**	**R 6610-1**	**R 6710-1**	**R 6810-1**	**R 6910-1**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**R 5000**	**R 5100**	**R 5200**	**R 5300**	**R 5400**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**R 5010**	**R 5110**	**R 5210**	**R 5310**	**R 5410**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.

- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

S-SERIE




Die Abutments der S-Serie sind kompatibel zu

DENTSPLY SIRONA
ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Abformpfosten offener Löffel


- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Länge	kurz	lang	kurz	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**S 10**	**S 20**	**S 11**	**S 21**

Abformpfosten geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Artikel-Nr.	**S 30**	**S 32**

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	Neu	Neu
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Halteschraube	S 67 SB	S 60 SB	S 61 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 5,0
Kompatibilitäts-symbol	▲	●	⬟
Artikel-Nr.	**S 1430-SB**	**S 1400-SB**	**S 1420-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4

Bitte beachten: Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Laborimplantat

- Titan

		Neu		Neu
				
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		S 83 T		S 80 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**S 53**	**S 83-CS**	**S 50**	**S 80-CS**

Laborimplantat

- Titan

			Neu
		
Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		S 82 T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**S 52**	**S 82-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl

			
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Artikel-Nr.	**S 83 T**	**S 80 T**	**S 82 T**

Provisorisches Abutment

- Titan
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 61
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 3530**	**S 3500**	**S 3520**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 3700**	**S 3720**

Standardabutment gerade


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 1,5	GH 1,5	GH 3,0	GH 3,0
Durchmesser	D 3,5	D 4,0	D 5,2	D 4,5	D 5,2
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 60	S 60	S 60
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L
Artikel-Nr.	**S 130**	**S 100**	**S 110**	**S 100-3**	**S 110-3**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser	D 6,0	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 61	S 61
Laborschraube	S 61 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 120**	**S 120-3**

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 1,5	GH 1,5	GH 3,0	GH 3,0
Durchmesser	D 3,5	D 4,0	D 5,2	D 4,5	D 5,2
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 60	S 60	S 60
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L
Artikel-Nr.	**S 230**	**S 200**	**S 210**	**S 200-3**	**S 210-3**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,0
Durchmesser	D 6,0	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 61	S 61
Laborschraube	S 61 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 220**	**S 220-3**

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm




Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Goldgewicht (g)	0,36	0,95
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 300**	**S 320**

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm




Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Goldgewicht (g)	0,32	0,90
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 300 R**	**S 320 R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 700**	**S 720**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 700 R**	**S 720 R**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

Massivabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 5,0	D 6,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 400**	**S 420**

Bitte beachten: **Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm




Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 5,0	D 6,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 500**	**S 520**

Bitte beachten: **Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
				
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 600	S 600	S 601	S 601
Laborschraube	S 600 L	S 600 L	S 601 L	S 601 L
Artikel-Nr.	**S 1630-S**	**S 1631-S**	**S 1600-S**	**S 1601-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 602	S 602
Laborschraube	S 602 L	S 602 L
Artikel-Nr.	**S 1620-S**	**S 1621-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm

	In Kürze erhältlich	In Kürze erhältlich
		
Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 601	S 601
Laborschraube	S 601 L	S 601 L
Artikel-Nr.	**S 1800-S**	**S 1801-S**

Bitte beachten: **Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis SSC Flex rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

	In Kürze erhältlich	**In Kürze erhältlich**
		
Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Kaminhöhe	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 602	S 602
Laborschraube	S 602 L	S 602 L
Artikel-Nr.	**S 1820-S**	**S 1821-S**

Bitte beachten: Zum Einschrauben der Titanbasis SSC Flex benötigen Sie das entsprechende MEDENTiKA® Eindrehinstrument oder das gleichwertige Eindrehinstrument des jeweiligen Implantatsystems. Das Sandstrahlen der SSC Flex wird nicht empfohlen. Weitere Informationen zur Anpassung des Sekundärteils entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm

				
Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	S 70	S 70	S 71	S 71
Artikel-Nr.	**S 1630-SF**	**S 1730-SF**	**S 1600-SF**	**S 1700-SF**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

		
Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,7	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	S 69	S 69
Artikel-Nr.	**S 1620-SF**	**S 1720-SF**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm





Implantatanschluss	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 1,0	GH 0,7
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	S 70	S 71	S 69
Artikel-Nr.	**S 1830**	**S 1800**	**S 1820**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Implantatanschluss	D 3,0	D 3,0
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 67	S 67
Laborschraube	S 67 L	S 67 L
Artikel-Nr.	**S 1030**	**S 1130**

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm






Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 1,1	GH 0,6	GH 1,1
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 60	S 60	S 60
Laborschraube	S 60 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L
Artikel-Nr.	**S 1000**	**S 1200**	**S 1100**	**S 1300**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis 2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 1,1	GH 0,6	GH 1,1
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 61	S 61	S 61	S 61
Laborschraube	S 61 L	S 61 L	S 61 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 1020**	**S 1220**	**S 1120**	**S 1320**

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 1500**	**S 1520**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 60	S 61	S 61
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 60 L	S 61 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 9030-R**	**S 9000-R**	**S 9000-16R**	**S 9020-R**	**S 9020-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.0: 15 Ncm
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 61
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 9830-R**	**S 9800-16R**	**S 9820-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Drehmoment: D 4.5/5.0: 25 Ncm




Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	**S 9000-ST**	**S 9020-ST**

Bitte beachten: **Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**S 4000**	**S 4100**	**S 4200**	**S 4300**	**S 4400**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**S 4020**	**S 4120**	**S 4220**	**S 4320**	**S 4420**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-28-01	S 7600	S 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**S 4730**	**S 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	S 7600	S 7600
Artikel-Nr.	**S 4710**	**S 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebehülse	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	S 7600		S 7600	
Artikel-Nr.	**S 4800**	**S 4810**	**S 4820**	**S 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	S 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**S 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

MedentiBASE Laborimplantat

Neu

- Titan






Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan





Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**S 4610**	**S 4620**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm
- Drehmoment: 25 Ncm










Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 1,5	GH 3,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**S 8000**	**S 8001**	**S 8020**	**S 8021**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°


- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 65	S 65	S 66	S 66
Artikel-Nr. Type 1	**S 8100**	**S 8101**	**S 8120**	**S 8121**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 20 Ncm
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 65	S 65	S 66	S 66
Artikel-Nr. Type 1	**S 8300**	**S 8301**	**S 8320**	**S 8321**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	6-31-01		S 8501	S 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**S 8508**	**S 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Brückenschraube	S 8501	S 8501
Artikel-Nr.	**S 8506**	**S 8507**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**S 8517**	**S 8518**

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,26
Brückenschraube	S 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**S 8500-SB**
Bitte beachten:	Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5 ■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:	Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm




Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Laborimplantat

Neu


- Titan



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**S 8502**	**S 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**S 2000**	**S 2100**	**S 2200**	**S 2300**	**S 2400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**S 2020**	**S 2120**	**S 2220**	**S 2320**	**S 2420**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment abgewinkelt

- Titan
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	S 65	S 65	S 65	S 65	S 65
Artikel-Nr.	**S 2500**	**S 2600**	**S 2700**	**S 2800**	**S 2900**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.**				

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**
Bitte beachten:	**Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**56**	**57**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**S 6000**	**S 6100**	**S 6200**	**S 6300**	**S 6400**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	S 68	S 68	S 68	S 68	S 68
Artikel-Nr.	**S 6500**	**S 6600**	**S 6700**	**S 6800**	**S 6900**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**S 6020**	**S 6120**	**S 6220**	**S 6320**	**S 6420**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.**

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**S 5000**	**S 5100**	**S 5200**	**S 5300**	**S 5400**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**S 5020**	**S 5120**	**S 5220**	**S 5320**	**S 5420**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.

- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.**


Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

T-SERIE




Die Abutments der T-Serie sind kompatibel zu

DENTSPLY SIRONA
XiVE®* S


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche




TYP 2

abgewinkelt über Eck

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Abformpfosten offener Löffel


- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,8	D 3,8
Länge	kurz	lang	kurz	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**T 10**	**T 20**	**T 15**	**T 25**

Abformpfosten offener Löffel


- Titan
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Länge	kurz	lang	kurz	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**T 11**	**T 21**	**T 12**	**T 22**

Abformpfosten geschlossener Löffel

- Titan
- inkl. Positionierkappe
- inkl. Abutmentschraube



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Artikel-Nr.	**T 30**	**T 35**	**T 31**	**T 32**

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



	Neu	Neu	Neu
Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Halteschraube	T 60 SB	T 60 SB	T 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5	D 5,0
Kompatibilitäts-symbol	●	■	⬟
Artikel-Nr.	**T 1400-SB**	**T 1405-SB**	**T 1410-SB**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0	⬟	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4


Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

Laborimplantat

- Titan

Neu **Neu**







Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,8	D 3,8
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		T 80 T		T 85 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**T 50**	**T 80-CS**	**T 55**	**T 85-CS**

Laborimplantat

- Titan

Neu **Neu**






Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Version		CADCAM-CS		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		T 81 T		T 82 T
Konterschraube		Hex 1,26		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**T 51**	**T 81-CS**	**T 52**	**T 82-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl






Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Artikel-Nr.	**T 80 T**	**T 85 T**	**T 81 T**	**T 82 T**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Provisorisches Abutment gerade


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 3500**	**T 3505**	**T 3510**

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Durchmesser	D 3,8	D 4,5	D 4,5	D 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 100-1**	**T 100**	**T 105-1**	**T 105**

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1  Type 2 




Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Durchmesser	D 3,8	D 4,5	D 4,5	D 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr. Type 1	**T 200-1-1**	**T 200-1**	**T 205-1-1**	**T 205-1**
Artikel-Nr. Type 2	**T 200-2-1**	**T 200-2**	**T 205-2-1**	**T 205-2**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Standardabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Durchmesser	D 5,2	D 5,7	D 6,2	D 6,7
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 110-1**	**T 110**	**T 120-1**	**T 120**

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Durchmesser	D 5,2	D 5,7	D 6,2	D 6,7
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr. Type 1	**T 210-1-1**	**T 210-1**	**T 220-1-1**	**T 220-1**
Artikel-Nr. Type 2	**T 210-2-1**	**T 210-2**	**T 220-2-1**	**T 220-2**

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Goldgewicht (g)	0,47	0,69	0,75	1,02
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 300**	**T 305**	**T 310**	**T 320**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5
Goldgewicht (g)	0,38	0,54	0,60
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 300 R**	**T 305 R**	**T 310 R**

CoCr Abutment

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 700**	**T 705**	**T 710**	**T 720**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

CoCr Abutment rotierend

- CoCr
- WAK: 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 700 R**	**T 705 R**	**T 710 R**

Bitte beachten: **Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Massivabutment gerade

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 4,6	D 5,0	D 5,5	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 400**	**T 405**	**T 410**	**T 420**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**			

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Typ 2: winkelt über die Ecke/Nocke des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Gingivahöhe	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Durchmesser	D 4,6	D 5,0	D 5,7	D 6,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr. Type 1	**T 500-1**	**T 505-1**	**T 510-1**	**T 520-1**
Artikel-Nr. Type 2	**T 500-2**	**T 505-2**	**T 510-2**	**T 520-2**
Bitte beachten:	**Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.**			

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm





Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr. Type 1	**T 1600-1-SF**	**T 1605-1-SF**	**T 1610-1-SF**	**T 1620-1-SF**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**			

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis
ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr.	**T 1800**	**T 1805**	**T 1810**	**T 1820**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis
2. Generation


- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,8	D 3,8
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 1000**	**T 1100**	**T 1005**	**T 1105**

Titanbasis
2. Generation

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Kaminhöhe	3.5 mm	5,5 mm	3.5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 1010**	**T 1110**	**T 1020**	**T 1120**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,6	GH 0,6
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 1500**	**T 1505**	**T 1510**	**T 1520**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 3,8	D 4,5	D 4,5
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 9000-R**	**T 9005-R**	**T 9005-16R**	**T 9010-R**	**T 9010-16R**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 5,5
Durchmesser	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60
Laborschraube	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 9020-16R**

PreFace-Abutment CoCr

- WAK: 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Durchmesser	D 11,5	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 9800-R**	**T 9805-16R**	**T 9810-16R**	**T 9820-16R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Durchmesser	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	**T 9000-ST**	**T 9005-ST**	**T 9010-ST**	**T 9020-ST**

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**T 4000**	**T 4100**	**T 4200**	**T 4300**	**T 4400**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**T 4005**	**T 4105**	**T 4205**	**T 4305**	**T 4405**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**T 4010**	**T 4110**	**T 4210**	**T 4310**	**T 4410**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	6-28-01	T 7600	T 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**T 4730**	**T 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	T 7600	T 7600
Artikel-Nr.	**T 4710**	**T 4720**

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Klebehülse	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Brückenschraube	T 7600		T 7600	
Artikel-Nr.	**T 4800**	**T 4810**	**T 4820**	**T 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,2
Brückenschraube	T 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**T 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7 ▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

Bitte beachten: Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Laborimplantat

- Titan

Neu



Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**T 4610**	**T 4620**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**T 2000**	**T 2100**	**T 2200**	**T 2300**	**T 2400**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**T 2005**	**T 2105**	**T 2205**	**T 2305**	**T 2405**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**T 2010**	**T 2110**	**T 2210**	**T 2310**	**T 2410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.**				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	T 62	T 62	T 62	T 62	T 62
Artikel-Nr. Type 1	**T 2500-1**	**T 2600-1**	**T 2700-1**	**T 2800-1**	**T 2900-1**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.**				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	T 62	T 62	T 62	T 62	T 62
Artikel-Nr. Type 1	**T 2505-1**	**T 2605-1**	**T 2705-1**	**T 2805-1**	**T 2905-1**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- TiN beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	T 62	T 62	T 62	T 62	T 62
Artikel-Nr. Type 1	**T 2510-1**	**T 2610-1**	**T 2710-1**	**T 2810-1**	**T 2910-1**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**56**	**57**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**T 6000**	**T 6100**	**T 6200**	**T 6300**	**T 6400**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**T 6005**	**T 6105**	**T 6205**	**T 6305**	**T 6405**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Artikel-Nr.	**T 6010**	**T 6110**	**T 6210**	**T 6310**	**T 6410**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr. Type 1	**T 6500-1**	**T 6600-1**	**T 6700-1**	**T 6800-1**	**T 6900-1**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**				

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr. Type 1	**T 6505-1**	**T 6605-1**	**T 6705-1**	**T 6805-1**	**T 6905-1**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.**				

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- Drehmoment: 25 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr. Type 1	**T 6510-1**	**T 6610-1**	**T 6710-1**	**T 6810-1**	**T 6910-1**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**T 5000**	**T 5100**	**T 5200**	**T 5300**	**T 5400**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**T 5005**	**T 5105**	**T 5205**	**T 5305**	**T 5405**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**T 5010**	**T 5110**	**T 5210**	**T 5310**	**T 5410**

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: **Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.**


Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Y-SERIE




Die Abutments der Y-Serie sind kompatibel zu

DENTSPLY SIRONA
ANKYLOS®* C/X

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



TYP 1

abgewinkelt über Fläche

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube
- Drehmoment: 10 Ncm

Neu




Implantatanschluss	/X 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0
Halteschraube		Y 61 SB
MedentiWINGS		D 4,0
Kompatibilitäts-symbol		●
Artikel-Nr.	**Y 1400X-L**	**Y 1400-SB**

Bitte beachten: **Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4

Bitte beachten: **Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**

Laborimplantat

- Titan

Neu




Implantatanschluss	C/X 3,5-7,0	C/X 3,5-7,0
Version		CADCAM-CS
Eindrehinstrument		Y 80X T
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**Y 50X**	**Y 80X-CS**

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	C/X 3,5-7,0
Artikel-Nr.	**Y 80X T**

Titanbasis ASC Flex

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- SF (Scanbody Flat): winkelt über die Fläche des Scanbodys ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Implantatanschluss	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,2	GH 2,5
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx
Artikel-Nr. Type 1	**Y 1600X-1-SF**	**Y 1700X-1-SF**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.**

Titanbasis ASC Flex rotierend

- Titan
- abgewinkelter Schraubenkanal
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3,5-7,0
Kaminhöhe	3,5-6,5 mm
Gingivahöhe	GH 1,2
Eindrehinstrument	Kugeltorx
Artikel-Nr.	**Y 1800C**

Bitte beachten: **Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.**

Titanbasis 2. Generation rotierend

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Implantatanschluss	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Gingivahöhe	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0
Abutmentschraube	Y 61	Y 61	Y 61	Y 61
Laborschraube	Y 61 L	Y 61 L	Y 61 L	Y 61 L
Artikel-Nr.	**Y 1500**	**Y 1700**	**Y 1600**	**Y 1800**

PreFace-Abutment Titan

- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Implantatanschluss	/X 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Durchmesser	D 11,5	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0
Artikel-Nr.	**Y 9000X-R**	**Y 9000-R**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Implantatanschluss	/X 3,5-7,0
Durchmesser	D 11,5
Eindrehinstrument	Hex 1,0
Artikel-Nr.	**Y 9000X-ST**
Bitte beachten:	**Wird verwendet mit Straumann/M-Series.**

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Gingivahöhe	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	**Y 4000**	**Y 4100**	**Y 4200**	**Y 4300**	**Y 4400**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Titan
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Hex 1,0	Hex 1,0
Brückenschraube	6-28-01	Y 7600	Y 7600
Artikel-Nr.	**6-28-02**	**Y 4730**	**Y 4840**

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	Kunststoff-kappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0
Brückenschraube	Y 7600	Y 7600
Artikel-Nr.	**Y 4710**	**Y 4720**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- inkl. Modellierschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Länge	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0
Brückenschraube	Y 7600		Y 7600	
Artikel-Nr.	**Y 4800**	**Y 4810**	**Y 4820**	**Y 4830**

MedentiBASE Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,0
Brückenschraube	Y 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Kompatibilitäts-symbol	▲
Artikel-Nr.	**Y 4900-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu







		gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
Bitte beachten:		**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

MedentiBASE Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	MedentiBASE
Artikel-Nr.	**4910**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

MedentiBASE Laborimplantat

- Titan

Neu



Version	gerade	CADCAM-CS
Eindrehinstrument		M 11-6 0-13-37
Konterschraube		Hex 1,26
Artikel-Nr.	**4630**	**6-28-03**

MedentiBASE Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**Y 4610**	**Y 4620**

Multi-unit Abutment gerade

- Titan
- Steril verpackt
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Gingivahöhe	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	**Y 8000**	**Y 8001**	**Y 8002**

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 15 Ncm



Implantatanschluss	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0
Gingivahöhe	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0
Artikel-Nr. Type 1	**Y 8100X**	**Y 8101X**	**Y 8102X**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Steril verpackt
- Drehmoment: 15 Ncm





Implantatanschluss	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0
Gingivahöhe	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0
Artikel-Nr. Type 1	**Y 8300X**	**Y 8301X**	**Y 8302X**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Titan
- Tecanat (PC)
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm






Bezeichnung	Titanbasis ASC	Modellierhülse	Titanbasis	Titankappe Flex
Eindrehinstrument	Kugeltorx		Hex 1,0	Hex 1,0
Brückenschraube	6-31-01		Y 8501	Y 8501
Artikel-Nr.	**6-31-02**	**8510**	**Y 8508**	**Y 8519**

Bitte beachten: **Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.**

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0
Brückenschraube	Y 8501	Y 8501
Artikel-Nr.	**Y 8506**	**Y 8507**

Multi-unit Schraubpatrize

- Titan
- TiN beschichtet
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 15 Ncm




Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc®
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0
Artikel-Nr.	**Y 8517**	**Y 8518**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Multi-unit Scanbody

Neu

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube
- Drehmoment: 10 Ncm



Eindrehinstrument	Hex 1,0
Brückenschraube	Y 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Kompatibilitäts-symbol	■
Artikel-Nr.	**Y 8500-SB**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.**

MedentiWINGS

- POM
- Menge: 4 Stück pro Packung

Neu



	gerade unilateral lang	gerade unilateral kurz	gerade bilateral kurz	abgewinkelt unilateral rechts kurz 20°	abgewinkelt unilateral links kurz 20°
D 4,5 ■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
Bitte beachten:	**Die MedentiWINGS sind mit den neu designten Medentika Scanbodies (-SB) kompatibel und werden mit ihnen zusammen verwendet.**				

Multi-unit Scanbody RevEX

- Titan
- spezialbeschichtet
- Drehmoment: 10 Ncm



Implantatanschluss	Multi-unit
Artikel-Nr.	**8520**
Bitte beachten:	**Der Scanbody ist sterilisierbar und für extraoralen Scan geeignet.**

Multi-unit Laborimplantat

Neu

- Titan



Version	gerade	abgewinkelt 17°	abgewinkelt 30°	CADCAM-CS
Eindrehinstrument				M 11-11 0-13-76
Konterschraube				Hex 1,26
Artikel-Nr.	**8504**	**8514-17**	**8514-30**	**6-31-03**

Multi-unit Zubehör

- Titan



Bezeichnung	Verschluss-kappe	Abformpfosten
Artikel-Nr.	**Y 8502**	**Y 8503**

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan
- TiN beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	**Y 2000**	**Y 2100**	**Y 2200**	**Y 2300**	**Y 2400**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.




Artikel-Nr.	2010.601-NOV

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade
Artikel-Nr.	**56**

Novaloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0
Artikel-Nr.	**Y 6000**	**Y 6100**	**Y 6200**	**Y 6300**	**Y 6400**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan
- ADLC beschichtet
- Typ 1: winkelt über die Fläche des Implantatanschlusses ab
- inkl. Abutmentschraube
- Drehmoment: 15 Ncm

Type 1





Implantatanschluss	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0
Gingivahöhe	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Eindrehinstrument	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx	Kugeltorx
Artikel-Nr. Type 1	**Y 6500X-1**	**Y 6600X-1**	**Y 6700X-1**	**Y 6800X-1**	**Y 6900X-1**

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc® Prozesspackung, Ti / POM / PEEK / Silikon

- Novaloc® Prozesspackung
- Novaloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Novaloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Novaloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr.	**2010.601-NOV**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Version	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	**58**	**59**

Optiloc Abutment gerade

- Titan
- ADLC beschichtet
- Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Gingivahöhe	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Eindrehinstrument	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Artikel-Nr.	**Y 5000**	**Y 5100**	**Y 5200**	**Y 5300**	**Y 5400**

*ist eine eingetragene Marke eines nicht verbundenen Drittunternehmens

Optiloc® Prozesspackung, Ti / PEEK / Silikon

- Optiloc® Prozesspackung
- Optiloc® Matrizengehäuse, Titan, 2 Stk.

- Optiloc® Retentionseinsatz weiss - Leicht, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Gelb - Mittel, 2 Stk.
- Optiloc® Retentionseinsatz Grün - Stark, 2 Stk.
- Optiloc® Montagemanschette, 2 Stk.



Artikel-Nr. **5202.0001-OPT**

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Optiloc® Modellanalog, Al



Artikel-Nr. **2102.0024-OPT**

NOVALOC®



I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Tools	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikationen	Anzahl pro Einheit
	2010.101-NOV	Novaloc® Equipmentbox mit 3 Instrumenten	Inkl. 3 Werkzeuge Instrument Braun 2010.741 Instrument Blau 2010.731 Instrument Grau 2010.751 (ohne Verbrauchsmaterial) PP / PS / rostfreier Stahl /Al	1 Stück
	2010.601-NOV	Novaloc® Prozesspackung	Matrizengehäuse aus Titan inkl. Montageeinsatz Retentionseinsatz weiß Retentionseinsatz gelb Retentionseinsatz grün Montagemanschette Silikon Ti / POM / PEEK / Silikon	2 Stück
	2010.611-NOV	Novaloc® Prozesspackung	Matrizengehäuse aus PEEK inkl. Montageeinsatz Retentionseinsatz weiß Retentionseinsatz gelb Retentionseinsatz grün Montagemanschette Silikon PEEK, PEEK / POM / Silikon	2 Stück
	2010.701-NOV	Novaloc® Matrizengehäuse	Matrize: Titan Montageeinsatz: POM	4 Stück
	2010.702-NOV	Novaloc® Matrizengehäuse PEEK	Matrize: PEEK Montageeinsatz: POM	4 Stück
	2010.703-NOV	Novaloc® Matrizengehäuse - Verlängert	Matrize: Titan Montageeinsatz: POM	4 Stück
	2010.710-NOV	Novaloc® Retentionseinsatz Rot	Extraleicht, PEEK	4 Stück
	2010.711-NOV	Novaloc® Retentionseinsatz weiss	Leicht, PEEK	4 Stück
	2010.712-NOV	Novaloc® Retentionseinsatz Gelb	Mittel, PEEK	4 Stück
	2010.713-NOV	Novaloc® Retentionseinsatz Grün	Stark, PEEK	4 Stück
	2010.714-NOV	Novaloc® Retentionseinsatz Blau	Extrastark, PEEK	4 Stück
	2010.715-NOV	Novaloc® Retentionseinsatz Schwarz	Ultrastark, PEEK	4 Stück
	2010.721-NOV	Novaloc® Modellanalog	Al	4 Stück
	2010.722-NOV	Novaloc® Abformmatrize	PEEK	4 Stück
	2010.723-NOV	Novaloc® Dublierplatzhalter	Die Artikel 2010.723, 2010.723-STM, 2010.723-NOV sind identische Produkte, POM	4 Stück

OPTILOC®



I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Tools	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikationen	Anzahl pro Einheit
	5102.0000-OPT	Optiloc® Equipmentbox mit 3 Instrumenten	Inkl. 3 Werkzeuge Instrument Braun 3202.0001 Instrument Blau 3202.0002 Instrument Grau 3202.0003 (ohne Verbrauchsmaterial) PP / PS / rostfreier Stahl / Al	1 Stück
	5202.0001-OPT	Optiloc® Prozesspackung	Matrizengehäuse aus Titan Retentionseinsatz weiß Retentionseinsatz gelb Retentionseinsatz grün Montagemanschette Silikon Ti / PEEK / Silikon	2 Stück
	2102.0001-OPT	Optiloc® Matrizengehäuse	Matrize: Titan	4 Stück
	2102.0009-OPT	Optiloc® Matrizengehäuse - Elliptisch	Tian	4 Stück
	2102.0010-OPT	Optiloc® Matrizengehäuse - Verlängert	Matrize: Titan	4 Stück
	2102.0003-OPT	Optiloc® Retentionseinsatz Rot	Extraleicht, PEEK	4 Stück
	2102.0004-OPT	Optiloc® Retentionseinsatz weiss	Leicht, PEEK	4 Stück
	2102.0005-OPT	Optiloc® Retentionseinsatz Gelb	Mittel, PEEK	4 Stück
	2102.0006-OPT	Optiloc® Retentionseinsatz Grün	Stark, PEEK	4 Stück
	2102.0007-OPT	Optiloc® Retentionseinsatz Blau	Extrastark, PEEK	4 Stück
	2102.0008-OPT	Optiloc® Retentionseinsatz Schwarz	Ultrastark, PEEK	4 Stück
	2102.0024-OPT	Optiloc® Modellanalog	Al	4 Stück
	2102.0012-OPT	Optiloc® Abformmatrize	POM	4 Stück
	2102.0023-OPT	Optiloc® Dublierplatzhalter	POM	4 Stück
	2102.0011-OPT	Optiloc® Montagemanschette	Silikon	10 Stück

WERKZEUGE



I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Tools	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

PreFace Abutmenthalter universal

· Edelstahl



Artikel-Nr.	M 58

Bitte beachten: Die Integration des Halters M 58 in die Fräsmaschine, als auch in die CAM-Software, erfordert dementsprechende fachliche Kenntnisse. Die Integration des Halters muss vom Kunden eigenständig und eigenverantwortlich durchgeführt werden.

PreFace-Abutment Prüfkörper

· Titan



Artikel-Nr.	M 20

PreFace-Abutment Prüfkörper

· CoCr



Artikel-Nr.	M 60

Drehmomentschlüssel PreFace Abutmenthalter

· inkl. Bit-Einsatz Hex 3.0



Artikel-Nr.	M 21

Einsatz Hex 3.0

· Drehmomentschlüssel PreFace



Artikel-Nr.	M 29

Eindrehinstrument Hex 1,26

· Edelstahl




Version	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche
Länge	lang (L 24 mm)	kurz (L 18 mm)	lang (L 28 mm)	kurz (L 20 mm)
Artikel-Nr.	M 03-1	M 09-1	M 10-1	M 11-1

Passend für: BS-Serie, C-Serie, D-Serie, DT-Serie, EV-Serie, I-Serie, IPS-Serie, R-Serie, S-Serie, MedentiLOC Abutment gerade, Konterschraube Laborimplantat CADCAM-CS

Eindrehinstrument Hex 1,18

· Edelstahl



Version	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche	Winkelstück
Länge	lang (L 24 mm)	lang (L 28 mm)	kurz (L 20 mm)	kurz (L 18 mm)
Artikel-Nr.	**M 03-14**	**M 10-14**	**M 11-14**	**M 09-14**
Passend für:	AB-Serie, AT-Serie			

Eindrehinstrument Hex 1,2

· Edelstahl



Version	Hand und Ratsche	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Länge	lang (L 28 mm)	lang (L 24 mm)	kurz (L 18 mm)	kurz (L 20 mm)
Artikel-Nr.	**M 10-2**	**M 03-2**	**M 09-2**	**M 11-2**
Passend für:	H-Serie, MG-Serie, OT-Serie, T-Serie			

Eindrehinstrument Hex 1,0

· Edelstahl



Version	Hand und Ratsche	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Länge	kurz (L 20 mm)	lang (L 24 mm)	kurz (L 18 mm)	lang (L 28 mm)
Artikel-Nr.	**M 11-3**	**M 03-3**	**M 09-3**	**M 10-3**
Passend für:	Y-Serie			

Eindrehinstrument Torx

· Edelstahl



Version	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche
Länge	lang (L 24 mm)	kurz (L 18 mm)	lang (L 28 mm)	kurz (L 20 mm)
Artikel-Nr.	**M 03-4**	**M 09-4**	**M 10-4**	**M 11-4**
Passend für:	B-Serie, N-Serie, L-Serie, LX-Serie			

Eindrehinstrument UG

· Edelstahl



Version	Hand und Ratsche	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Länge	lang (L 28 mm)	lang (L 24 mm)	kurz (L 18 mm)	kurz (L 20 mm)
Artikel-Nr.	**M 10-5**	**M 03-5**	**M 09-5**	**M 11-5**
Passend für:	E-Serie, F-Serie, K-Serie			

Eindrehinstrument Hex 1,4

· Edelstahl



Version	Winkelstück	Hand und Ratsche	Winkelstück	Hand und Ratsche
Länge	lang (L 24 mm)	lang (L 28 mm)	kurz (L 18 mm)	kurz (L 20 mm)
Artikel-Nr.	**M 03-9**	**M 10-9**	**M 09-9**	**M 11-9**
Passend für:	CX-Serie			

Eindrehinstrument NEO


· Edelstahl



Version	Winkelstück	Hand und Ratsche	Winkelstück	Hand und Ratsche
Länge	kurz (L 18 mm)	kurz (L 20 mm)	lang (L 24 mm)	lang (L 28 mm)
Artikel-Nr.	**M 09-12**	**M 11-12**	**M 03-12**	**M 10-12**
Passend für:	NE-Serie			

Eindrehinstrument Neodent

· Edelstahl



Version	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche
Länge	lang (L 24 mm)	kurz (L 18 mm)	lang (L 28 mm)	kurz (L 20 mm)
Artikel-Nr.	**M 03-13**	**M 09-13**	**M 10-13**	**M 11-13**
Passend für:	GM-Serie			

Eindrehinstrument Kugel Torx

· Edelstahl





Version	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Länge	lang (L 30 mm)	lang (L 24 mm)	lang (L 28 mm)
Artikel-Nr.	**6-13-06**	**M 03-8**	**M 10-8**
Passend für:	**Novaloc Abutment abgewinkelt, Titanbasis ASC Flex abgewinkelt, Titanbasis ASC Flex; mit Aspirationsschutz**	**Passend für:**	**Novaloc Abutment**

Eindrehinstrument Kugel Hex

· Edelstahl




Version	Winkelstück	Hand und Ratsche
Länge	lang (L 24 mm)	lang (L 28 mm)
Artikel-Nr.	**M 03-7**	**M 10-7**
Passend für:	**MedentiLOC Abutment abgewinkelt**	

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

· Edelstahl




Version	Winkelstück	Hand und Ratsche
Länge	kurz (L 22 mm)	extra-kurz (L 17 mm)
Artikel-Nr.	**M 79**	**M 59**

Eindrehinstrument MedentiBASE Abutment

· Edelstahl



Version	Hand und Ratsche
Länge	kurz (L 21 mm)
Artikel-Nr.	**M 11-6**

Eindrehinstrument Multi-unit Abutment gerade

· Edelstahl



Version	Hand und Ratsche
Länge	kurz (L 21 mm)
Artikel-Nr.	**M 11-11**

Eindrehinstrument Schraubpatrize Stege Hex 2.0

- Edelstahl



Version	Hand und Ratsche
Länge	kurz (L 20 mm)
Artikel-Nr.	**M 11-10**

Drehmomentratsche

- Edelstahl
- mit Drehmomenteinstellung
- Drehmoment: 10-40 Ncm

Artikel-Nr. **M 12**

Drehmomentratsche Chirurgie

- Edelstahl
- mit Serviceinstrument
- Drehmoment: 10-45 Ncm



Artikel-Nr. **6-13-05**

Ratsche Chirurgie

- Edelstahl

Artikel-Nr. **6-13-01**

Drehmomentaufsatz

- Edelstahl
- Drehmoment: 10-45 Ncm



Artikel-Nr. **6-13-02**

Serviceinstrument

- Edelstahl

Artikel-Nr. **6-13-03**

Adapter ISO-Schaft Ratsche M 12

- Edelstahl
- Handschaft auf ISO-Schaft



Artikel-Nr.	M 14

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

- Aluminium
- D 2.17



Farbe	blau beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-1
Passend für:	C 1000 - C 1020, C 1100 - C 1120, C 1500 - C 1520, C 1500 - C 1520, EV 1000, EV 1010, EV 1100, EV 1110, EV 1200, EV 1210, EV 1300, EV 1310, H 1000 - H 1020, H 1100 - H 1120, H 1500 - H 1520, K 1100, K 1500, K 1000, N 1100, N 1000, S 1030, S 1130, S 1530, T 1000 - T 1020, T 1100 - T 1120, T 1500 - T 1520

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

- Aluminium
- D 2,3



Farbe	schwarz beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-2
Passend für:	B 1000, B 1100, B 1500, D 1000, D 1010, D 1100, D 1110, D 1200, D 1210, D 1300, D 1310, D 1500, D 1510, F 1100, F 1200, F 1300, F 1500, F 1000, L 1000, L 1010, L 1100, L 1110, L 1500, L 1510, S 1100, S 1200, S 1300, S 1500, S 1000

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

- Aluminium
- D 2.45



Farbe	rot beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-3
Passend für:	BS 1010 - BS 1030, BS 1110 - BS 1130, BS 1510, BS 1520, S 1020, S 1220, S 1120, S 1320, S 1520

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

- Aluminium
- D 2.52



Farbe	gelb beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-4
Passend für:	CX 1000, CX 1100, CX 1200, CX 1300, CX 1500, E 1000 - E 1030, E 1100 - E 1130, E 1500 - E 1520, F 1110, F 1210, F 1310, F 1510, F 1010, I 1000 - I 1020, I 1100 - I 1120, I 1500 - I 1520, K 1110, K 1510, K 1010, N 1010, N 1020, N 1110, N 1120, N 1510, N 1520, R 1000 - R 1020, R 1100 - R 1120, R 1500 - R 1520

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

- Aluminium
- D 2.4



Farbe	grün beschichtet
Artikel-Nr.	**M 05-5**
Passend für:	**EV 1020 - EV 1040, EV 1120 - EV 1140, EV 1220 - EV 1240, EV 1320 - EV 1340**

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

- Aluminium
- D 2,6



Farbe	grau beschichtet
Artikel-Nr.	**M 05-6**
Passend für:	**C 1030, C 1040, C 1130, C 1140**

Tool Box

- ohne Inhalt



Artikel-Nr. **M 89**

Sortierbox Abutments und Scanbodys

- Polystyrol
- ohne Inhalt



Artikel-Nr. **MB 04**

Tray Eco

- sterilisierbar
- inkl. Silikonmatte



Artikel-Nr. **M 76**

Positionierkappen für Abformpfosten geschlossener Löffel

- POM



Linie / Serie	Serien C, E, F, H, R, S, T	Serien L, N, IPS
Artikel-Nr.	**30**	**31**

MedentiLOC Schraubpatrize Stege

- Titan
- TiN beschichtet
- M 2,0
- Drehmoment: 35 Ncm



Linie / Serie	alle Systeme
Artikel-Nr.	**2000**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der MedentiLOC Schraubpatrize benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 2,00 mm M 11-10.**

Novaloc Schraubpatrize Stege

- Titan
- ADLC beschichtet
- M 2,0
- Drehmoment: 35 Ncm



Linie / Serie	alle Systeme
Artikel-Nr.	**6000**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Novaloc Schraubpatrize benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 2,00 mm M 11-10.**

Optiloc Schraubpatrize Stege

- Titan
- ADLC beschichtet
- M 2,0
- Drehmoment: 35 Ncm



Linie / Serie	alle Systeme
Artikel-Nr.	**5000**
Bitte beachten:	**Zum Eindrehen der Optiloc Schraubpatrize benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument M 59 / M 79.**

Herausgeber:
MEDENTiKA GmbH

Stand: April 2026

Die elektronischen Gebrauchsanweisungen
zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website
www.medentika.com/ifu

WEITERENTWICKELTE, KOMPATIBLE PROTHETIKKOMPONENTEN

MEDENTiKA®
A Straumann Group Brand

© MEDENTiKA® GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.
MEDENTiKA® und/oder andere in diesem Dokument erwähnte Marken und Logos von MEDENTiKA® sind Marken oder eingetragene Marken der MEDENTiKA® GmbH und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Hinweis: Diese Broschüre enthält Bilder, die von einer KI generiert wurden.

PM01_01_0027/AT 04/26

Vertrieb in Österreich durch:

MEDENTICAL CARE GmbH
Pucheggerstraße 2
A-4844 Regau
office@medentical-care.at
www.medentical-care.at
Bestell-Hotline: +43 (0) 7672 22530